



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Świebodzin, dn. 11.10.2017 r.

Znak sprawy ZP.PN.9.2017

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o. w Świebodzinie.

Pytanie 1

dot. Zadania nr 1 poz. 1, 5, 7-10

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej przyostrzonej (o zakończeniu krótkim tnącym), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 2

dot. Zadania nr 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 3

dot. Zadania nr 1 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 26 mm.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 4

dot. Zadania nr 2

Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanianalny, o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, z kwasu glikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok.65%, po 8-11 dniach ok.50% i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 5

dot. Zadania nr 2 poz. 12-13, 15-17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 6

dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, z polidiodksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 7

dot. Zadania nr 3 poz. 18-19, 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 8

dot. Zadania nr 3 poz. 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 19 mm i długości nici 45 cm.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 9

dot. Zadania nr 3 poz. 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o długości 45 cm.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 10

dot. Zadania nr 3 poz. 20, 24, 25, 27

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o długości 75 cm.



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Odpowiedź 10

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 11

dot. Zadania nr 3 poz. 26-27

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 26 mm.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 12

dot. Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści nie chirurgiczną, niewchłanianą, syntetyczną, plecioną, poliestrową, powlekaną silikonem?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 13

dot. Zadania nr 5 poz. 37-39, 41

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej przyostrzonej (o zakończeniu krótkim tnącym), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 14

dot. Zadania nr 5 poz. 42

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 15

dot. Zadania nr 5 poz. 43

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 30 mm.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Pytanie 16

dot. zadanie 9 pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków hemostatycznych Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonanych z nieoksydowanej celulozy, wzmocnionych na poziomie molekularnym, przeznaczonych do tamowania krwawień, nie wymagających mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu gdyż jest to produkt o innych zastosowaniu, różniący się od opisanego przez Zamawiającego.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 51 do osobnego pakietu?

Odpowiedź 18

Poz. 51 jest osobnym pakietem – zadanie 9 Homeostatyki

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.