

Świebodzin, 04.03.2019 r.

Znak sprawy ZP.PN.2.2019

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 22 omyłkowo nie odpowiedział jedynie na końcową część pytania? Odpowiedź odnosi się (wzmiankuje) jedynie do logerów bezprzewodowych, natomiast wydaje się pomijać kwestię szlifowania komory sterylizatora.

W związku z powyższym, Wykonawca prosi o ustosunkowanie się do treści pytania i dopuszczenie sterylizatora o dokładności szlifowania komory Ra do 6 mikrometrów.

Zarazem Zamawiający wskazuje, że określenie dokładności szlifowania na poziomie Ra 0,2 µm (minimum) wskazuje wprost na urządzenie CISA seria 640 SV GLOBO, którego wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest przedsiębiorstwo „WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA ul. Hugo Kołłątaja 4, 62 – 035 Kórnik”.

Zamawiający dołącza kopię z zaznaczonym stosownym fragmentem do zapytania.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. sterylizator o dokładności szlifowania komory Ra do 6 mikrometrów.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.