

Świebodzin, 24.02.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.3.2020

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy zestawów operacyjnych jednorazowego użytku i preparatów do leczenia ran dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie

Pytanie nr 1

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny bez wzmocnień o odporności na penetracje alkoholi – 8 stopień?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 2

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ściereczki do wytarcia rąk w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o czystości mikrobiologicznej 0 CFU/100cm²?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 5

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 6800 g/m²/24h?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 6

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 7

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 8

Pakiet 2, pozycja 1-,2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane podwójnie w karton transportowy oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 9

Pakiet 2, pozycja 1-,2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby fartuchy pakowane były próżniowo?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 11

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w okolicy przedramion, klatki piersiowej oraz brzucha dwuwarstwowym laminatem: włóknina polipropylenowa 25g/m² + folia PE 15g/m²?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści odzież chirurgiczną wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m², o wytrzymałości na wypychanie na sucho 106kpa, czystości pod względem cząstek stałych 2,0IPM, pylenie równe 2,1Log10?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Proponowana odzież chirurgiczna ma niższe parametry od wymaganych przez Zamawiającego co zmniejsza bezpieczeństwo personelu, który ma użytkować odzież chirurgiczną.

Pytanie nr 13

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści kartę techniczną potwierdzającą zgodność z norma 13795?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 14

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 40g/m² (włóknina 25g/m² + folia PE 15g/m²), o odporności na przenikanie cieczy 105cm H₂O?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Proponowana serweta ma niższe parametry od wymaganych przez Zamawiającego co zmniejsza bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie nr 15

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 40g/m² (włóknina 25g/m² + folia PE 15g/m²), o odporności na przenikanie cieczy 105cm H₂O?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Proponowana serweta ma niższe parametry od wymaganych przez Zamawiającego co zmniejsza bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie nr 16

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 17

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu trójwarstwowego 75g/m² (włóknina 28g/m² + folia PE 25g/m² + włóknina 22g/m²) o odporności na przenikanie cieczy 180cm H₂O?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 18

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m² (włóknina 28g/m² + folia PE 28g/m²) o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kpa?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Proponowana osłona na kończynę ma niższe parametry od wymaganych przez Zamawiającego co zmniejsza bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie nr 19

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m² (włóknina 28g/m² + folia PE 28g/m²) o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kpa?

Odpowiedź nr 19



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Proponowana osłona na kończynę ma niższe parametry od wymaganych przez Zamawiającego co zmniejsza bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie nr 20

Pakiet 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną w rozmiarze 10x50cm wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m²?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 21

Pakiet 6 poz. 2,3,4

Prosimy o dopuszczenie do oceny wodnego roztworu nadtlenkowego na bazie kwasu podchloraowego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 30-40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 22

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4-6

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie wydziela osobnego pakietu dla pozycji 4-6, pakiet nr 1.

Pytanie nr 23

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu równoważnego, bez pyłących włókien wiskozy i celulozy w serwetach głównych, z materiału pozwalającego na swobodne dopasowanie do ciała pacjenta. Skład i parametry techniczne jak niżej:

- a. Obłożenie główne chirurgiczne wzmocnione o wymiarach 230x260cm (+/-2cm) z samoprzylepnym wycięciem w kształcie U o wymiarach 10 x 100 cm, o gramaturze 30g/m² (+/-5%) oraz folii PE 33µm i warstwie komfortowej od strony pacjenta 15g/m², wzmocnienie o wymiarach 75 x 140cm i gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy > 167cmH₂O – 1szt
- b. Serweta chirurgiczna wzmocniona o wymiarach 300x175cm (+/-2cm) z taśmą lepną, o gramaturze min. 30g/m² oraz folii PE 33µm i warstwie komfortowej od strony pacjenta 15 g/m², wzmocnienie o wymiarach 60 x 25cm i gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 167cmH₂O – 1szt.
- c. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 200 x 250cm o gramaturze 30g/m² oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 100 x 250cm – 1szt.
- d. Osłona na kończynę typu stokineta o wymiarach 32x120cm – 1 szt.
- e. Taśma lepną wykonaną z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m² o wymiarach 10 x 50cm – 4 szt.
- f. Kieszeń foliowa o wymiarach 40 x 30cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt.
- g. Miska nerkowa o pojemności 500ml z podziałką niebieska – 1szt.
- h. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2 szt.
- i. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 19cm – 2 szt.

j. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.

k. Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m². Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa, rozmiar XL – 2szt.

l. Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m². Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa, rozmiar L – 1szt.

m. Serweta na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna min. 30g/m², folia PE 55µm, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm – 1szt.

n. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną 65x85 cm, Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m². Wzmocnienie chłonne- laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m² – 1 szt.

o. Serweta na stolik instrumentalny o wymiarach 200 x 250 o gramaturze min. 30g/m² oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 100 x 250 służąca jako owinięcie zestawu, – 1szt.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany zestaw nie zawiera:

a) Elektroda monopolarna- nóż prosty o długości 15,3 (SS)- 1 szt.

b) Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 6x8cm- 2 szt.

c) Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x20cm- 1 szt.

Pytanie nr 24

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu równoważnego, bez pyłących włókien wiskozy i celulozy w serwetach głównych, z materiału pozwalającego na swobodne dopasowanie do ciała pacjenta. Skład i parametry techniczne jak niżej:

a. Serweta chirurgiczna o wymiarach 230/330 x 320cm (+/-2cm) o gramaturze: 30g/m² (+/-5%) + folii PE 25µm + warstwa od strony pacjenta 15g/m², z otworem elastycznym o średnicy 7cm oraz wzmocnieniem w centralnej części o wymiarach 70x140cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy >167cmH₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej 314/290kPa – 1szt.

- b. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 200 x 250 cm o gramaturze 30g/m² oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 100 x 250 cm – 2szt.
- c. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 30g/m² oraz folii PE 33µm, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 165cmH₂O - 1szt.
- d. Osłona na kończynę typu stockineta o wymiarach 22x75cm – 1szt.
- e. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m² o wymiarach 10 x 50cm – 2 szt.
- f. Kieszeń foliowa o wymiarach 40 x 30cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt.
- g. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2 szt.
- h. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 19cm – 3 szt.
- i. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.
- j. Kleszczyki typu Kocher blokowane, plastikowe 12cm, niebieskie – 1 szt.
- k. Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m². Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa, rozmiar XL – 2szt.
- l. Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m². Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa, rozmiar L – 1szt.
- m. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna min. 30g/m², folia PE 55 mikronów, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm – 1szt.
- n. Osłona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną 65x85 cm. Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m². Wzmocnienie chłonne-laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m² – 1 szt.
- o. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 200 x 250cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny PP min. 30g/m², folia PE 55µm, obszar chłonny o wymiarach 100 x 250cm – 1szt.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany zestaw nie zawiera:

- a) Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch o długości 3,0m F/F- 1szt.
- b) Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm, okrągła końcówka, 4 otwory- 1szt.
- c) Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x25cm- 1szt.
- d) Pulsed Lavage, zawiera długą, krótką końcówkę i pręt czyszczący – 1szt.

Pytanie nr 25

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu równoważnego, bez pylących włókien wiskozy i celulozy w serwetach głównych, z materiału pozwalającego na swobodne dopasowanie do ciała pacjenta. Skład i parametry techniczne jak niżej:

1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 230x 300cm (+/-2cm) o gramaturze 30g/m² (+/-5%) folii PE 33µm oraz warstwa od strony pacjenta 15g/m², z otworem elastycznym o średnicy 3,5cm oraz wzmocnieniem w centralnej części o wymiarach 50 x 100cm o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >167cmH₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 314/290kPa – 1szt
2. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 200 x 250 cm o gramaturze 30 g/m² oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 100 x 250 – 1szt
3. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 30g/m² oraz folii PE 33µm - 1szt.
4. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m² o wymiarach 10x 50cm – 1szt.
5. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 1szt.
6. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 19cm – 1szt.
7. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 20 szt.
8. Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m². Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa, rozmiar XL – 2szt.
9. Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m². Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa, rozmiar L – 1szt.
10. Osłona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną 65x 85 cm, Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m². Wzmocnienie chłonne- laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m²– 1 szt.
11. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 200 x 250 o gramaturze 30g/m² oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 100 x 250 służąca jako owinięcie zestawu,– 1szt.– 1szt.

Odpowiedź nr 25

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem

SIWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego.

W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 26

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O

Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

IB – 2,9

125 cm, M

135 cm, L

145 cm, XL

155 cm, XXL

Odpowiedź nr 26

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SIWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego.

W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 27

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu

dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m². Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep.

Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczętki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach.

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H₂O

Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa

Odporność na rozerwanie na mokro 200kPa

IB – 6,0

126 cm, M

137 cm, L

147 cm, XL

155 cm, XXL

Odpowiedź nr 27

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SIWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego.

W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 28

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x180cm.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 29

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony na kończynę 30x120cm.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 30

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie taśmy 9x50cm.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31

dotyczy dostaw wyrobów jałowych

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 2017/745, a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment wyrobów jałowych był opakowany w opakowaniach zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe).

Pytanie 32

Dotyczy pakiet 6. Czy Zamawiający dopuści produkt o stężeniu HOCl/NaOCl w stężeniu 50ppm/50ppm w danym pakiecie?

Odpowiedź 32

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakiet 6. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści produkt w opakowaniach 1000 ml?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 34

Dotyczy Pakiet 6. Czy Zamawiający z Pakietu 6 wyłączy pozycje 1?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie wyłącza pozycji 1 z Pakietu 6.

Pytanie nr 35

Pakiet 2 Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m² o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Rozmiary M-130, L-140, XL-150, XXL-165.

Termin ważności 5 lat. Sterylizowany EO.

Fartuch pakowany w torebkę papierowo-foliową z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk 40x20cm oraz zawinięciem w papier krepowany. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 398kPa i na mokro min 414kPa; odporność na przenikanie cieczy min. 23cmH₂O, czystość pod względem cząsteczek stałych min. 3,3 IPM, pylenie min. 3,7 log10,

czystość mikrobiologiczna min. 68cfu/dm³, paroprzepuszczalność min. 3090g/m²x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie.

Odpowiedź nr 35

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SIWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego.

W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 36

Pakiet 2 Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m² o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m². Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone.

Rozmiary M-130, L-140, XL-150, XXL-165. Termin ważności 5 lat. Sterylizowany EO.

Fartuch pakowany w torebkę papierowo-foliową z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk 40x20cm oraz zawinięciem w papier krepowany.

Wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho min. 401kPa i na mokro min. 415kPa; odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznych min. 224cmH₂O i mniej krytycznych min. 23cmH₂O, czystość pod względem cząstek stałych min. 3,0 IPM, pylenie min. 3,5 log₁₀, czystość mikrobiologiczna min. 68cfu/dm³, paroprzepuszczalność min. 4080g/m²x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie.

Odpowiedź nr 36

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SIWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego.

W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 37

Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego kompletu wykonanego z miękkiej antystatycznej, niepyłającej, oddychającej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m², składającego się z bluzy i spodni:

- bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic z 3 kieszeniami – jedna na piersi i dwie na dole bluzy, dół bluzy ma zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki,

- spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie,

Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu.

Komplet dostępny w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach, dostępne w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu.

Ubranie o wytrzymałości na wypychanie min. 138 kPa, czystość pod względem cząsteczek stałych 2,7 IPM, pylenie 2,8 log10.

Wyroby zgodne w pełnym zakresie z normą PN EN 13795.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 38

Pakiet 5 Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o łącznej gramaturze min. 56g/m²?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39

Pakiet 5 Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozm. 180x240cm, wykonanych z laminatu trójwarstwowego o łącznej gramaturze min. 73g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 191cm H₂O?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 40

Pakiet 5 Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozm. 45x80cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o łącznej gramaturze min. 43g/m²?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 41

Pakiet 5 Poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozm. 37x120cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o łącznej gramaturze min. 56g/m²?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 42

Pakiet 5 Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy w rozmiarze 9x50cm, wykonanej z włókniny spunlance: poliestr + wiskoza, adhezja do płytki stalowej pod kątem $180^\circ \geq 20 \text{ N/25mm}$?

Odpowiedź nr 42

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SIWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 43

Pakiet nr 1 Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, zestaw o składzie:

1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 225x320 cm o gramaturze włókniny min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²), z otworem elastycznym o średnicy 5 x 7cm oraz wzmocnieniem w centralnej części o wymiarach 75x130 cm o łącznej gramaturze min. 110g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 300kPa - 1 szt.
2. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm o gramaturze włókniny min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²) - 1 szt.
3. Serweta na stół instrumentalny wzmocniony o wymiarach 150x190 cm o gramaturze min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm) obszar chłonny 75 x 140 cm – 2 szt
4. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 68g/m² 10 x 50 cm - 2szt.
5. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 25 szt.
6. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 1 szt.
7. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24 cm – 2 szt.
8. Osłona stopy o rozmiarach 22 x 40 cm – 1 szt.
9. Osłona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 80 x145cm z warstwą chłonną 60 x145 cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 57g/m²) – 1 szt.
10. Fartuch Sontara niewzmocniony, włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL – 1 szt.
11. Fartuch Sontara niewzmocniony włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XL – 1 szt.
12. Serweta na stół instrumentalny wzmocniona o wymiarach 140 x 190 cm o gramaturze min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm) obszar chłonny 75 x 140 cm, poziom absorpcji 450%, służąca jako owinięcie zestawu – 1 szt.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 44

Pakiet nr 1 Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, zestaw o składzie:

1. Obłożenie chirurgiczne barku o wymiarach 420x245 cm z otworem 13x15 cm o gramaturze włókniny min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²) odporność na przenikanie płynów min. 200cmH₂O - 1 szt.
2. Serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 200 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U 10 x 60cm o gramaturze włókniny min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²) odporność na przenikanie płynów min. 200cmH₂O - 1 szt.
3. Ośłona na kończynę typu stokineta o wymiarach 25 x 80 cm – 1 szt.
4. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 68g/m² 10 x 50 cm - 2 szt.
5. Wysokochłonny, włókninowy opatrunek pooperacyjny 6 x 10 cm – 2 szt.
6. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.
7. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 1 szt.
8. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24 cm – 1 szt.
9. Ośłona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 80 x 145cm z warstwą chłonną 60 x 145 cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 57g/m²) – 1 szt.
10. Fartuch Sontara niewzmocniony, włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL – 1 szt.
11. Fartuch Sontara niewzmocniony włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XL – 1 szt.
12. Serweta na stół instrumentalny wzmocniona o wymiarach 140 x 190 cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm) poziom absorpcji 450%, obszar chłonny 75 x 140 cm, służąca jako owinięcie zestawu – 2 szt.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany zestaw nie zawiera:

a) Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 6x8cm- 2szt.

Pytanie nr 45

Pakiet nr 1 Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do protezy biodra izolacyjny zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, zestaw o składzie:

1. Serweta na stół instrumentalny wzmocniony o wymiarach 150x240, o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm), obszar chłonny 75 x 240 cm – 1 szt.

2. Serweta operacyjna dwuwarstwowa z padem chłonnym 240x150 cm z taśmą samoprzylepną, odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O, absorpcja na poziomie 386 ml/m² w miejscu padu chłonnego – 1 szt
3. Kieszeń foliowa o wymiarach 38 x 43 z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1 szt.
4. Wysokochłonny, włókninowy opatrunek pooperacyjny 10x20cm – 1 szt.
5. Miska nerkowa o pojemności 800ml – 1 szt.
6. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2szt
7. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24 cm – 1 szt.
8. Dren łączący do ssaka PVC 25/8,33 CH/mm, długość 300cm F/F
9. Aspiracja typu Yankauer 24/8,00 CH/mm z 4 otworami okrągłą końcówką
10. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.
11. Fartuch Sontara niewzmocniony, włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XXL - 2 szt
12. Fartuch Sontara niewzmocniony włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XL – 1 szt.
13. Serweta na stół instrumentalny wzmocniony o wymiarach 150x240 cm wzmocnienie 75 x 240 cm, o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm) poziom absorpcji 450%, obszar chłonny 75 x 240 cm, służąca jako owinięcie zestawu – 1 szt.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany zestaw nie zawiera:
a) Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x20cm- 1 szt.

Pytanie nr 46

Pakiet nr 1 Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do protezy biodra zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, zestaw o składzie:

1. Obłożenie główne chirurgiczne o wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie U o wymiarach 10 x 95cm o gramaturze włókniny min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²), wzmocnienie o wymiarach 100 x 175 cm i gramaturze całkowitej min. 110g/m², odporności na przenikanie cieczy min.200cmH₂O – 1szt.
2. Serweta chirurgiczna o wymiarach 300x170cm z taśmą lepną, o gramaturze włókniny min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²), wzmocnienie o wymiarach 50 x 75 cm i gramaturze całkowitej min. 110g/m², odporności na przenikanie cieczy min.200cmH₂O – 1szt.
3. Elektroda monopolarna- nóż prosty o długości 15,3 (SS)- 1 szt.
4. Serweta na stół instrumentalny wzmocniony o wymiarach 150 x 190 cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm), obszar chłonny 75 x 140 cm – 1szt.
5. Osłona na kończynę typu stokineta o wymiarach 35x120cm – 1 szt.

6. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 68g/m² 10 x 50 cm - 4 szt.
7. Kieszeń foliowa o wymiarach 43x38cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1 szt.
8. Wysokochłonny opatrunek włókninowy, pooperacyjny 6 x 10 cm – 2 szt.
9. Wysokochłonny opatrunek włókninowy, pooperacyjny 10x20 cm – 1 szt.
10. Miska nerkowa o pojemności 800ml – 1 szt.
11. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2 szt.
12. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24 cm – 2 szt.
13. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.
14. Fartuch Sontara niewzmocniony, włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL – 2 szt.
15. Fartuch Sontara niewzmocniony włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XL – 1 szt.
16. Serweta na stolik instrumentalny wzmocniony o wymiarach 150x190cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm) poziom absorpcji 450%, obszar chłonny 75 x 140 cm – 1 szt.
17. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80x145cm z warstwą chłonną 60 x 145 cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 57g/m²) – 1 szt.
18. Serweta na stolik instrumentalny wzmocniony o wymiarach 300x150cm, o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm), służąca jako owinięcie zestawu – 1 szt.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany zestaw nie zawiera:

- a) Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 6x8cm- 2 szt.
- b) Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x20cm- 1 szt.

Pytanie nr 47

Pakiet nr 1 Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do protezy kolana zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, zestaw o składzie:

1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 245x320cm o gramaturze włókniny min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²), z otworem elastycznym o średnicy 5 x 7cm oraz wzmocnieniem w centralnej części o wymiarze 75x130 cm o gramaturze całkowitej min. 110g/m² odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 300kPa – 1 szt.
2. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 140 x 190cm o gramaturze min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm), obszar chłonny 75 x 140 cm – 2 szt.

3. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm o gramaturze min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²), odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 200cmH₂O - 1 szt.
4. Dren łączący do ssaka PVC 25/8,33 CH/mm, o długości 300 cm F/F- 1 szt.
5. Aspiracja typu Yankauer 24/8,00 CH/mm, okrągła końcówka, 4 otwory- 1 szt.
6. Oślona na kończynę typu stockinet o wymiarach 25x80cm – 1 szt.
7. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 68g/m² o wymiarze 10 x 50 cm – 2 szt.
8. Wysokochłonny opatrunek włókninowy, pooperacyjny 10x25 cm – 1 szt.
9. Miska nerkowa w kolorze niebieskim lub przezroczysta , pojemność 700ml- 1 szt.
10. Kieszeń foliowa o wymiarach 43x38cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1 szt.
11. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2 szt.
12. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24 cm – 3 szt.
13. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 100 szt.
14. Kleszczyki typu Kocher blokowane, plastikowe 14cm, niebieskie – 1 szt.
15. Fartuch Sontara niewzmocniony, włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL – 2 szt.
16. Fartuch Sontara niewzmocniony włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XL – 1 szt.
17. Oślona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 80x145cm z warstwą chłonną 60 x145 cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 57g/m²) – 1 szt.
18. Serweta na stół instrumentalny wzmocniony o wymiarach 300x150cm, o gramaturze min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm), poziom absorpcji 450%, służąca jako owinięcie zestawu– 1 szt.

Odpowiedź nr 47

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany zestaw nie zawiera:

- a) Pulsed Lavage, zawiera długą, krótką końcówkę i pręt czyszczący – 1 szt.
- b) Wysokochłonny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową typu Safetac do ran ostrych ze średnim i dużym wysiękiem. Odporny na przenikanie wirusów i bakterii, rozmiar 10x25cm- 1 szt.

Pytanie nr 48

Pakiet nr 1 Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do drobnej ortopedii zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, zestaw o składzie:

1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 245 x 380 cm o gramaturze włókniny min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²) z otworem elastycznym o średnicy 3 cm oraz wzmocnieniem w części centralnej, o gramaturze całkowitej min.110g/m² odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 300kPa – 1 szt.
2. Serweta na stół instrumentalny wzmocniony o wymiarach 150 x 190 cm o gramaturze min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm), obszar chłonny 75 x 140 cm odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O – 1 szt.

3. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 55g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 25g/m²) - 1szt.
4. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 68g/m² o wymiarze 10 x 50 cm – 1szt.
5. Kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 1szt.
6. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24 cm – 1szt.
7. Kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 20 szt.
8. Fartuch Sontara niewzmocniony, włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL – 1 szt
9. Fartuch Sontara niewzmocniony włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 68g/m², mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H₂O w strefie krytycznej, rozmiar XL – 1 szt.
10. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80 x145cm z warstwą chłonną 60 x145 cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 57g/m²) – 1 szt.
11. Serweta na stolik instrumentalny wzmocniony o wymiarach 150 x 190 cm, o gramaturze min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm), obszar chłonny o wymiarze 75 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu, – 1szt.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 49

Pakiet nr 1 Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do drobnej ortopedii zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, zestaw o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm o gramaturze min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 60µm), obszar chłonny o wymiarze 75 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm z warstwą chłonną 60 x145 cm o gramaturze włókniny min. 90g/m² (laminat PP + PE gdzie PP 30g/m² oraz folia PE 57g/m²)

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" ("U" 15 x 95 cm) z padem chłonnym 260 x 200 cm (pad 100 x 175 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 250 cm (pad 50 x 75 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

4 ręczniki chłonne celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź nr 49

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, iż proponowany zestaw nie będzie zestawem do drobnej ortopedii, lecz będzie zestawem typu „LIGHT z serwetą z wycięciem U”

Pytanie nr 50

Pakiet nr 1 Pozycje 1-7. – czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby każdy zestaw posiadał kolorystyczne oznakowanie zarówno na etykiecie wewnętrznej jak i bocznej, opis ten wskazuje na jednego Wykonawcę i uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź nr 50

Tak Zamawiający odstąpi od wymogu aby każdy zestaw posiadał kolorystyczne oznakowanie zarówno na etykiecie wewnętrznej jak i bocznej.

Pytanie nr 51

Pakiet nr 1 Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości zadania i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź nr 51

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i nie wydziela osobnego pakietu dla pozycji 5 pakiet 1.

Pytanie nr 52

Pakiet nr 3 Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety chirurgicznej dwuwarstwowej polipropylen + polietylen o wymiarach 75 x 90 cm, o gramaturze min. 55g/m² gdzie warstwa PP ma 30g/m² i folia PE 25g/m², o odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 3 Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej polipropylen + polietylen o wymiarach 150 x 175 cm, o gramaturze min. 55g/m² gdzie warstwa PP ma 30g/m² i folia PE 25g/m², o odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O?

Odpowiedź nr 53

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 54

Pakiet nr 3 Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o wymiarach 25 x 80 cm o gramaturze min. 55g/m² gdzie włóknina polipropylenowa posiada gramaturę min. 30g/m² oraz folia polietylenowa min 21µm, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro min. 125kPa?

Odpowiedź nr 54

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 55

Pakiet nr 3 Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm o gramaturze min. 55g/m² gdzie włóknina polipropylenowa posiada gramaturę min. 30g/m² oraz folia polietylenowa min 21µm, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro min. 125kPa?

Odpowiedź nr 55

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 3 Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy lepnej wykonanej z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 68g/m²?

Odpowiedź nr 56

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Odpowiedzi udzielił:

Magdalena Gąsior Pytanie 1-20, 22-56 *M. Gąsior*

Jolanta Keklak Pytanie 21 *J. Keklak*

Sporządził: Joanna Piotrowska..... *J. Piotrowska*

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.