

Znak sprawy ZP.PN.11.2018

Świebodzin, 17.10.2018 r.

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytków dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o. o.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 20, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rękojeść laryngoskopu dł. 158mm, śr. uchwytu 28mm, lub dł. 111mm, śr. uchwytu 32mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Pakiet nr 20, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka ze światłowodem o śr. 4mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr 3: Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów z przesuwającą się substancją wskaźnikową, niewymagający interpretacji zmiany koloru?

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga zaoferowania testów z przesuwającą się substancją wskaźnikową, niewymagający interpretacji zmiany koloru.

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr 4: Sposób wykonania wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po podaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach. Czy-wobec powyższego-Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu Bowie&Dick o innym sposobie wykazania zmiany, tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji z koloru żółtego na czarny?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści użyczenie 2 sztuk metkownic trzyczęściowych numerycznych?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 6

Dotyczy § 5. ust. 4: Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostawy na „cito” do 48h?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy dotyczy § 5. ust. 4.

Pytanie 7

Dotyczy § 6. ust. 6: Czy w przypadku gdy Wykonawca nie posiada możliwości przesłania FV w wersji edytowalnej, Zamawiający dopuści przesłanie jej w formacie PDF?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Pakiet 1, poz. 1,3,10-11

Prosimy o wydzielenie poz. 1,3,10-11 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wydziela z pakietu 1 poz. 1,3,10-11 do osobnego pakietu.

Pytanie 9

Pakiet 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etyle-ny), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, strzykawka kompatybilna z pompami ASCOR?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający posiada pompy Medima S1.

Pytanie 10

Pakiet 1, poz. 11

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml - skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że wyżej proponowana strzykawka służy do płukania i karmienia.

Pytanie 11

Pakiet 2, poz. 4-5

Prosimy o wydzielenie poz. 4-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wydziela z pakietu 2 poz.4-5 do osobnego pakietu.

Pytanie 12

Pakiet 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 12

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

Pakiet 4, poz. 4-6,11,27,35,39-40,42

Prosimy o wydzielenie poz. 4-6,11,27,35,39-40,42 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wydziela z pakietu 4 poz. 4-6,11,27,35,39-40,42 do osobnego pakietu.

Pytanie 14

Pakiet 4, poz.27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15

Pakiet 4, poz.27

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Pakiet 4, poz.27

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był również na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Pakiet 4 poz. 39

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Pakiet 4, poz. 40

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 18

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Pakiet 4, poz. 40

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Pakiet 4, poz. 40

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź 20

Zamawiający wymaga aby fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym był mankietem z bawełnianym ściągaczem.

Pytanie 21

Pakiet 9, poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź 21

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 22

Pakiet 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym:



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm $\pm$ 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

Pakiet 9, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepkę typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź 23

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Pakiet 9, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Pakiet 9, poz. 7-8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 26

Pakiet 9, poz. 1,3,7-8

Prosimy o wydzielenie poz. 1,3,7-8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź 26

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 9 poz. 1,3,7-8 do osobnego pakietu.

Pytanie 27

Pakiet 11, poz. 1

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 cm, z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 $\pm$ 0,10 g/m²; minimalna chłonność 160 g/m²; grubość folii 22 $\pm$ 2 μ m, 50 listków?

Odpowiedź 27

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Proponowany podkład jest za wąski.

Pytanie 28

Pakiet 11, poz.2

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29

Pakiet 11, poz.2

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30

Pakiet 11, poz.2

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31

Pakiet 11, poz.2

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź 31

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32

Pakiet 11, poz.2

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź 32

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33

Pakiet 11, poz.2

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34

Pakiet 11, poz.2



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź 34

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 35

Pakiet 11, poz.2

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Pakiet 11, poz.2

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź 36

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

Pakiet 11, poz.2

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź 37

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38

Pakiet 11, poz.2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Pakiet 11, poz.2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź 39

Pytanie 40

Pakiet 11, poz.2

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Pakiet nr 9 Pozycja 9. – czy Zamawiający miał na myśli 300 szt. okularów czy też może 300 opakowań a 5 szt.?

Odpowiedź 41

Zamawiający miał na myśli 120 opakowań – opakowanie 5 szt. co daje 600 szt. okularów ochronnych.

Pytanie 42

Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii kolana, gdzie serweta pomocnicza jest w rozmiarze 150 cm x 175 cm, serweta główna jest w rozmiarze 320 cm x 245 cm, osłona na kończynę jest w rozmiarze 35 cm x 80 cm oraz w zestawie są 4 szt. ręczników celulozowych w rozmiarze 30 cm x 33 cm – pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ?

Odpowiedź 42

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 43

Pozycja 12. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku, gdzie gramatura obszaru wzmocnionego wynosi min. 90 g/m², a chłonność wyrażona w ml/m² wynosi min. 156 ml/m²?

Odpowiedź 43

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 44

Pozycja 14. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu do pielęgnacji chorych z 20-to warstwowym wkładem chłonnym pakowanym a'5szt. – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości - pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ?

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Pozycja 14. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu do pielęgnacji chorych z 8-mio warstwowym wkładem chłonnym pakowanym a'100 szt. – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości - pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ?

Odpowiedź 45

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 46

Dotyczy pakietu nr 4 pozycji nr 18. Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 18 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości oferentów i tym samym korzystnie wpłynie na finanse Szpitala?

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 4 poz.18 do osobnego pakietu.

Pytanie 47

Pakiet nr 1 pozycja 4. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 1 poz. 4 do osobnego pakietu.

Pytanie 48

Pakiet nr 1 pozycja 20. Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne rozmiar 0,8x40?

Odpowiedź 48

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 20 wymaga igły iniekcyjne rozmiar 0,8x50.

Pytanie 49



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pakiet nr 1 pozycja 22. Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne rozmiar 1,2x40?

Odpowiedź 49

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 22 wymaga igły iniekcyjne rozmiar 1,2x50.

Pytanie 50

Pakiet nr 1 pozycja 24. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź 50

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 1 poz. 24 do osobnego pakietu.

Pytanie 51

Pakiet nr 2 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem w zakresie pojemności 5-10ml?

Odpowiedź 51

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 52

Pakiet nr 2 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem w zakresie pojemności 5-10ml lub 30-50ml?

Odpowiedź 52

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 53

Pakiet nr 2 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton ze zmrożoną powierzchnią ułatwiającą wprowadzanie?

Odpowiedź 53

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 54

Pakiet nr 2 pozycja 6-7

Czy Zamawiający oczekuje żelu sterylizowanego parą wodną?

Odpowiedź 54

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 55

Pakiet nr 2 pozycja 6-7. Czy Zamawiający oczekuje żelu w opakowaniu typu Tyvec?

Odpowiedź 55

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 56

Pakiet nr 11, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm i długości 50m z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek w górę.

Odpowiedź 56

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 57

Pakiet nr 12, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach: Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylne, chłonności min. 3850ml?

Odpowiedź 57

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 58

Pakiet nr 13 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści dreny Redona z trokarem o długości 80cm?

Odpowiedź 58

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 59

Pakiet nr 6- Rękawy do sterylizacji. Prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu, aby rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadały na linii zgrzewu fabrycznego oznaczenie norm EN 868-2,4, które nie dotyczą rękawów do sterylizacji? Norma EN 868-2 dotyczy papieru krepowego, a EN 868-4 dotyczy torebek papierowych.

Odpowiedź 59

Zamawiający popełnił błąd w opisie, błąd dotyczy zgodności z normami. Wymagane normy dotyczące rękawów papierowo-foliowych to EN PN 868-3 i 5 oraz ISO 11607.

Pytanie 60

Pakiet nr 6- Rękawy do sterylizacji. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji prawidłowo oznakowane wyłącznie normami EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2 na linii zgrzewu fabrycznego?

Odpowiedź 60

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 61

Dotyczy Pakietu nr 7- papiery do sterylizacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie taśmy wskaźnikowej (Poz. 4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź 61

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 7 poz. 4 do osobnego pakietu.

Pytanie 62

Dotyczy Pakietu nr 7- papiery do sterylizacji. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnej taśmy o szerokości 18mm i długości 55mm po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania.

Odpowiedź 62

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Pakiet 1 poz. 6-9. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym tłokiem w kolorze cylindra (kolor mleczny, a nie zielony), ponadto zakończenie tłoka jest idealnie widoczne dzięki czarnej bezłateksowej gumce, która stanowi podwójne uszczelnienie.

Odpowiedź 63

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 64

Pakiet 15 poz. 17-19. Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź 64

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 15 poz. 17-19 do osobnego pakietu.

Pytanie 65

Pakiet 15 poz. 17. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli:

Kaniula żylna bezpieczna wykonana z teflonu FEP, z dwoma wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny polimerowy (plastikowy) zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port symetrycznie umiejscowiony (ale nie centralnie) wobec skrzydełek. Samodomykający się koreczek portu bocznego, niewymagający docięnięcia. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, dzięki czemu łatwiej nakierować, nakręcić go potem na gwint. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Opakowanie 50 sztuk. Rozmiary:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45
Szary	16 G	1,7 x 45
Biały	17 G	1,5 x 45
Zielony	18 G	1,3 x 45
Różowy	20 G	1,1 x 32
Niebieski	22 G	0,9 x 25

Odpowiedź 65

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 66

Pakiet 15 poz. 18. Zwracam się prośbą o dopuszczenie:

Kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem. Port umieszczony symetrycznie (ale nie centralnie) wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, dzięki czemu łatwiej nakierować, nakręcić go potem na gwint. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną pełniącą tę samą funkcję co hydrofobowa membrana, gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Rozmiary:



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45
Szary	16 G	1,70 x 45
Biały	17 G	1,50 x 45
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38
Różowy	20 G	1,00 x 32
Niebieski	22 G	0,80 x 25
Żółty	24 G	0,70 x 19

Odpowiedź 66

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 67

Pakiet 15 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź 67

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 68

Pakiet 15 poz. 19. Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź 68

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 69

Pakiet 4, Pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych kraników w kolorze niebieskim, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź 69

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 70

Pakiet 4, Pozycja 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek o rozmiarze 23cm x 16cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź 70

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 71

Pakiet 4, Pozycja 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przyrządów z dokładniejszym filtrem 0,1um, bez zastawki, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź 71

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 72

Pakiet 4, Pozycja 30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych pojemników na preparaty o pojemności 20ml (w miejsce 15ml), spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź 72

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 73

Pakiet 4, Pozycja 30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych pojemników na preparaty o pojemności 35ml (w miejsce 30ml), spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź 73

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 74

Pakiet 4, Pozycja 41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych podkładów CleanOp o następujących parametrach:

- Wyjątkowo chłonny rdzeń Mojave na całej długości podkładu dla szybkiej absorpcji płynów
- Powierzchnia pozostaje sucha i miękka, zwiększając komfort pacjenta
- Nieprzepuszczalny spód zapewnia ochronę materaca i stołu operacyjnego
- Rozmiar 101 x 228 cm
- Powierzchnia idealnie gładka, bez przeszyć
- Duża chłonność 4000 ml sprawia, iż powierzchnia pozostaje sucha i miękka podczas całego zabiegu?

Odpowiedź 74

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 75

Pakiet 4, Pozycja 43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych jednorazowych worków na mocz o pojemności 1500ml, wyposażonych we wkładkę pochłaniającą ciecz możliwość całkowitego zamknięcia kaczek, jednokrotnego użytku, niesterylne?

Odpowiedź 75

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 76

Pakiet 4, Pozycja 44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych kocy ogrzewających jednorazowego użytku, chronią przed wyziębieniem, wymiary produktu: 150 x 220 cm, specyfikacja techniczna: 2 x włóknina PP 30 g/m kw. + wypełnienie Molton 60 g/m kw, kolor: niebiesko-zielony, produkt pakowany indywidualnie?

Odpowiedź 76

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 77

Dotyczy pakietu nr 6: poz. 1- 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych przeznaczonych do sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem (3 rodzaje wskaźników sterylizacji), oznaczonych znakiem CE na opakowaniu handlowym oraz bezpośrednio na rękawie (oznakowanie zgodne z ustawą o wyrobach medycznych), folia 7 warstwowa łącznie z warstwą kleju? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyroby te są zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 oraz PN EN 868-5, natomiast informacja ta nie jest nadrukowana na rękawie. Zgodność z normami będzie potwierdzona stosownymi dokumentami producenta.

Odpowiedź 77

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 78

Dotyczy pakietu nr 7: poz. 1: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

Odpowiedź 78

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 7 poz. 1 do osobnego pakietu.

Pytanie 79

Dotyczy pakietu nr 7: poz. 6-7: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

Odpowiedź 79

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 7 poz. 6-7 do osobnego pakietu.

Pytanie 80

Dot. treści umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź 80

Tak, za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 81

Dot. treści umowy: Zważywszy na zapis § 1 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o założenie i określenie przez Zamawiającego minimalnego stopnia realizacji umowy.

Odpowiedź 81

Zamawiający określając przedmiot zamówienia oraz jego ilość na podstawie potrzeb z poprzedniego okresu 12 m-cy zakładał, że zużycie będzie zbliżone z planowanym. Jednak Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować i określić % minimalnego zakresu realizacji przedmiotu zamówienia ponieważ zgodnie z SIWZ rozdział III pkt. 2 określone w załączniku nr 5 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.

Pytanie 82

Dot. treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź 82

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczącym wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 83

Dot. treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze numeru umowy, której dotyczy (§ 6 ust. 5)?

Odpowiedź 83

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy dotyczy (§ 6 ust. 5).



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 84

Dot. treści umowy: Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie?

Odpowiedź 84

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 85

Dot. treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu telefonicznego zgłoszenia zamówienia?

Odpowiedź 85

Zamawiający nie odstępuje od wymogu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.

Pytanie 86

Dot. treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź 86

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy dotyczy § 9 ust. 1.

Pytanie 87

Dot. treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §9 słowa „opóźnienia” zostały zamienione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź 87

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy dotyczy § 9.

Pytanie 88

Dotyczy Pakiet nr 20 poz.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania rękojeści najwyższej jakości, wiodącego producenta, o wymiarach: 32mm szerokość i 117mm długość oraz 28mm szerokość i 146 mm długość - do wyboru.

Odpowiedź 88

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 89

Dotyczy pakietu nr 11 – pozycja 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty na podkład higieniczny papierowo - foliowy, perforowany o szerokości 80 cm. i długość 50m z odpowiednim przeliczeniem na metry. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 89

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 90

Dotyczy pakietu nr 12 – pozycja 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty na jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny o wymiarach 100 cm x 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 90

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 91

Dotyczy pakietu nr 12 – pozycja 1: Czy Zamawiający w celu ułatwienia przenoszenia pacjenta wymaga aby podkład posiadał nośność do 190 kg oraz w celu zwiększenia komfortu aby jego powierzchnia wysychała w czasie 5minut?

Odpowiedź 91

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 92

§ 6 ust. 6 wzoru umowy – Załącznik nr 4

Czy w zakresie Pakietu nr 20 Zamawiający odstąpią od wymogu dostarczania faktury w formie elektronicznej w formacie datafarm lub dopuści dostarczanie faktury elektronicznej w formacie PDF?

Odpowiedź 92

Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury elektronicznej w formacie PDF.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.