

Świebodzin, 29.09.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.16.2020

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o.

Pytanie 1

Pytanie nr 3 – dotyczy pakiet nr 2 poz. 6-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnej (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Żel posiada właściwości lubrykacyjne od chwili jego zastosowania. Efekt znieczulający pojawia się po 3-5 minut.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodorek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezłateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach (opakowanie zawierające 25 sztuk produktu) z podziałką o pojemności 6ml (6g) w pozycji 6 i 11ml (11g) w pozycji 7.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2

Pakiet nr 10 poz. 3,14,15,16,17,20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 :

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr10 poz. 3,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31 co umożliwi złożenie większej licznie Wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 10 poz.3,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31

Pytanie 3

Pakiet nr 10 poz. 1,2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników mikrobiologicznie czystych, opakowanych w folie? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Pakiet nr 10 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra elektrostatycznego o następujących parametrach :

- Zastosowanie dorośli i dzieci
- Powierzchnia filtracyjna 25 cm²
- Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H₂O
przy 60 l/min 1,4 cm H₂O
przy 90 l/min 2,76 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- Przestrzeń martwa 33 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- Czas stosowania 24 godz.
- Opakowanie zbiorcze 50 szt.
- Sterylne

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Pakiet nr 10 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra elektrostatycznego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach :

- Przeznaczenie: respiratory i aparaty do znieczulenia
- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H₂O
przy 60 l/min 2,14 cm H₂O
przy 90 l/min 3,95 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H₂O przy V_t=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem
- Czas stosowania do 24 godz.
- Opakowanie zbiorcze 50 szt

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Pakiet nr 10 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej dla dorosłych o następujących parametrach :

- Anatomicznie ukształtowana maska
- Materiał: delikatny medyczny PVC (nie zawiera lateksu)
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) 2 m ze standardowym złączem
- Elastyczna taśma mocująca na głowie
- Blaszka dopasowująca do nosa
- Otwory boczne ułatwiające wydech
- Dobrze przylegająca do twarzy
- Produkt jednorazowy
- Mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7

Pakiet nr 10 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej dla dzieci o następujących parametrach :

- Anatomicznie ukształtowana maska
- Materiał: delikatny medyczny PVC (nie zawiera lateksu)
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) 2 m ze standardowym złączem
- Elastyczna taśma mocująca na głowie
- Blaszka dopasowująca do nosa
- Otwory boczne ułatwiające wydech
- Dobrze przylegająca do twarzy
- Produkt jednorazowy
- Mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8

Pakiet nr 10 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej o następujących parametrach :

Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie ułatwiające zakładanie

- Wzmocniony koniuszek zapobiegający podwijaniu się maski podczas zakładania
- Maski oraz rurka odlane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
- Delikatny maski zapewniający najlepszą szczelność przy możliwie najniższym ciśnieniu
- Możliwość 40-krotnej sterylizacji
- Oznaczony kolorem balonik kontrolny pozwalający na ustalenie rozmiaru maski oraz ocenę stopnia wypełnienia maski
- Ergonomiczny kształt rurki ułatwiający zakładanie
- Znaczniki kontroli głębokości założenia

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 9

Pakiet nr 10 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę z nebulizatorem i drenem o długości 200cm dla dorosłych, mikrobiologicznie czysta?

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10

Pakiet nr 10 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę z nebulizatorem i drenem o długości 200cm dla dzieci, mikrobiologicznie czysta?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11

Pakiet nr 10 poz. 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika rozciągliwego w zakresie 5 – 15cm?

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12

Pakiet nr 10 poz. 23:

Czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie rurek nosowo- gardłowych o następujących parametrach :

- Anatomiczny kształt
- Atraumatyczne krawędzie (gładko zaokrąglone)
- Blokada przeciw zagryzieniu
- Materiał: medyczny polichlorek winylu (PVC)
- Bezlątkowe
- Kodowane rozmiary kolorami
- Produkt sterylizowany
- Pakowane pojedynczo
- Rozmiary dla dzieci i dorosłych
- Produkt jednorazowy - Rozmiar :

0/50mm.

1/60mm

2/70mm

3/80mm

4/90mm

5/100mm

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 13

Pakiet nr 18 poz. 1,2,3 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 18 poz. 1,2,3 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 18 poz. 1,2,3

Pytanie 14

Pakiet nr 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonane z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 1,5ml
 - cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
 - cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
 - cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
 - cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
 - cewnik 16Fr - 22Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml
- Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Pakiet nr 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 2

Pytanie 16

Pakiet nr 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 15

Pytanie 17

Pakiet nr 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, trzy korki zabezpieczające oraz

mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 18

Pakiet nr 15, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, trzy korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7-8 z Pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 7-8 z Pakietu nr 15

Pytanie 20

Pakiet 20 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji przewodu powietrznego o długości 3,7m, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

Pakiet 20 poz. 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru o wymiarach 60x34x30mm o ciężarze ok 50g z bateriami, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź 21

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 22

Pakiet 20 poz. 20

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganej elektrody. Prosimy o podanie typu aparatu, modelu bądź nr katalogowego dotychczas stosowanej elektrody.

Odpowiedź 22

Rodzaj aparatu: Innomed Cardio-Aid 200-B Star Biphasic, dotychczas stosowana elektroda nr katalogowy Dräger: 7955

Pytanie 23

Pakiet 20 poz. 21

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganego czujnika. Prosimy o podanie numeru katalogowego dotychczas stosowanego czujnika tlenu.

Odpowiedź 23

Dotychczas stosowany czujnik tlenu: czujnik tlenu kapsuła, 6850645.

Pytanie 24

Projekt umowy § 1 ust. 4

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź 24

Zamawiający zmienia zapis w umowie § 1 ust. 4 w następujący sposób:

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości zamawianych towarów określonych szacunkowo w pakietach ujętych w Załączniku nr 1 do umowy, przy czym zobowiązuje się do zakupu minimum 10 % ilości określonej szacunkowo. Dostawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania ilości szacunkowych określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, chyba roszczenie dotyczy ilości minimalnej, do zakupu której zobowiązał się Zamawiający.

Pytanie 25

Projekt umowy § 6 ust. 6 (pakiet nr 20)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury elektronicznej w standardzie Datafarm i dopuszczenie faktury elektronicznej w formacie pdf.

Wskazanie w siwz wymogu dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej przez konkretny program i oczekiwanie od Wykonawców dostarczania faktur w konkretnym stanowi celowe utrudnienie dla Wykonawców i ograniczenie przez Zamawiającego dostępu do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą bowiem korzystać z oprogramowania różnych producentów, niekoniecznie z oprogramowania podanego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się o zaprzestanie naruszeń zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji, a tym samym opracowanie i zamieszczenie w siwz wymogów umożliwiających wszystkim Wykonawcom działania na równych warunkach.

Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 26

Pakiet 1, poz. 4-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j z tłokiem przezroczystym?

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Pakiet 1, poz. 4-7

Czy Zamawiający dopuszcza także strzykawki z rozszerzoną skalą o min. 20 % w stosunku do poj. nominalnej (2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-22 ml), co pozwala nabrać większą poj. leku tańszą strzykawką, np. nabierając 12 ml można użyć wówczas strzykawki 10 ml z rozszerzeniem zamiast już strzykawki 20 ml, która jest znacznie droższa.

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28

Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29

Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30

Pakiet 1, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zaworu bezigłowego z 2 drenami o szybkości przepływu 143 ml/min, 7 dni i 500 aktywacji?

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31

Pakiet 4, poz. 40

Czy Zamawiający wydzieli poz. 40 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 4 poz. 40 do osobnego pakietu.

Pytanie 32

Pakiet 4, poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha medycznego w kolorze niebieskim?

Odpowiedź 32

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33

Pakiet 4, poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha medycznego o gr. 20 gr?

Odpowiedź 33

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 34

Pakiet 4, poz. 41

Czy Zamawiający wydzieli poz. 41 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 4 poz. 41 do osobnego pakietu.

Pytanie 35

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorecznej, natomiast kolekcja igły biorecznej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź 36

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 37

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź 37

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową do pomp infuzyjnych z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml?

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

Pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml - skala mała co 1 ml, duża co 10 ml?

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Pakiet 1, poz. 1-2,8-9,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 1 poz. 1-2,8-9 do osobnego pakietu.

Pytanie 42

Pakiet 1, poz. 4-7

Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?

Odpowiedź 42

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 43

Pakiet 2, poz. 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 2 poz. 4-5 do osobnego pakietu.

Pytanie 44

Pakiet 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Pakiet 2, poz. 4

- Czy zamawiający dopuści dren wyłącznie o długości 90 cm?
- Czy zamawiający dopuści worek w opakowaniu foliowym bez instrukcji użycia, lub z instrukcją dostarczoną osobno?

Odpowiedź 45

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 46

Pakiet 4, poz. 5-7,11-15,39-41,44

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7,11-15,39-41,44 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 4 poz. 5-7,11-15,39-41,44 do osobnego pakietu.

Pytanie 47

Pakiet 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 47

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 48

Pakiet 4, poz. 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 48

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 49

Pakiet 4, poz. 40,41

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
- Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%
- Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

Odpowiedź 49

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania.

Pytanie 50

Pakiet 4, poz. 41

- Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?
- Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?
- Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm, szerokości ok. 160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?
- Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%
- Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

Odpowiedź 50

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania.

Pytanie 51

Pakiet 9, poz. 1,3,5-6

Czy zamawiający wydzieli poz. . 1,3,5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 51

Zamawiający nie wydzieli z pakietu poz. . 1,3,5-6 do osobnego pakietu.

Pytanie 52

Pakiet 9, poz. 1,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 52

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 53

Pakiet 9, poz. 5-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź 53

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 54

Pakiet 9, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuszcza rozmiar 17,5 cm x 9,5 cm?

Odpowiedź 54

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 55

Pakiet 11, poz. 1

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 70 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, o gramaturze 24 g/m², folia o grubości 15 +/- 2 µm?

Odpowiedź 55

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 56

Pakiet 11, poz. 2

- Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
- Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
- Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź 56

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 57

Pakiet nr 4 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x22cm?

Odpowiedź 57

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 58

Pakiet nr 4 pozycja 35
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:
górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,
dolna z elastyczną gumką 80x150cm,
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź 58

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 59

Pakiet nr 4 pozycja 35
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o długości 220cm?

Odpowiedź 59

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 60

Pakiet nr 4 pozycja 38
Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną dla pacjenta wiązaną na troki w pasie oraz przy szyi?

Odpowiedź 60

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 61

Pakiet nr 4 pozycja 40
Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź 61

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 62

Pakiet nr 4 pozycja 41
Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze L?

Odpowiedź 62

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Pakiet nr 9 pozycja 5, 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź 63

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu 9.

Pytanie 64

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm i długości 50m z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek w górę?

Odpowiedź 64

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 65

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach:

Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylny, chłonności min. 3820ml?

Odpowiedź 65

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 66

Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 22 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź 66

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1, 2, 22 z pakietu 1.

Pytanie 67

Pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem w zakresie pojemności 5-10ml?

Odpowiedź 67

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 68

Pakiet nr 2 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z gumową zastawką?

Odpowiedź 68

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 69

Pakiet nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem w zakresie pojemności 5-10ml lub 30ml?

Odpowiedź 69

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 70

Pakiet nr 2 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 11ml?

Odpowiedź 70

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 71

Pakiet nr 4 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 71

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 72

Pakiet nr 4 pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści nerki w op.a300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 72

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 73

Pakiet nr 10 pozycja 7, 8

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź 73

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 74

Pakiet nr 10 pozycja 19

Czy Zamawiający miał na myśli rozciągliwy w zakresie 9-18mm?

Odpowiedź 74

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 75

Pakiet nr 13 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona z trokarem ściętym dwupłaszczyznowo z perforacją na długości 15cm?

Odpowiedź 75

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 76

Pakiet 13 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści butelkę typu Redon wysokociśnieniową 0,98 bar, z paskiem mocującym do podwieszania butli?

Odpowiedź 76

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 77

Pakiet 13 Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści dren z perforacją na odcinku 15 cm?

Odpowiedź 77

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 78

Pakiet 15 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 15 poz. nr 6 i stworzy z niej oddzielny pakiet?

Odpowiedź 78

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 15 poz. nr 6

Pytanie 79

Pakiet 15 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 15 pozycji nr 22-24 stworzy z nich oddzielny pakiet „kaniule dożylny”, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź 79

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 15 pozycji nr 22-24.

Pytanie 80

Pakiet 15 Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści: Przenośny system infuzyjny o objętości nominalnej 300 ml i prędkości przepływu 5 ml/h. Z filtrem cząsteczkowym 5,0 µm oraz nieoddzielnym filtrem odpowietrzającym 0,03 µm na przebiegu linii infuzyjnej, pompy wyposażone w zamknięty układ bezigłowy w części wypełnienia pompy (w centralnej części obudowy), co zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki system automatycznie się zamyka, co zabezpiecza przed rozproszaniem zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków, przezroczysta sztywna obudowa o siedmiokątnych przekroju gwarantuje odporność na przypadkowe zgniecenia i ryzyku zwiększenia infuzji, maksymalna objętość 360ml ?

Odpowiedź 80

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 81

Pakiet 15 Czy Zamawiający w pozycji 22 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania), w następujących rozmiarach:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Odpowiedź 81

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 82

Pakiet 15 Czy Zamawiający w poz. 23 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych bez portu wykonaną z poliuretanu z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę

lokalizacji kaniuli w żyłę, koreczonek z trzpieniem powyżej krawędzi, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy bez zastawki antywypływowej, w następujących rozmiarach:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Odpowiedź 82

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 83

Pakiet 15 Czy Zamawiający w poz. 24 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, koreczonek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania), w następujących rozmiarach:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Odpowiedź 83

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 84

Pakiet 17 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. nr 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź 84

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 17 poz. nr 1 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 85

Pakiet 17 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: Przenośny system infuzyjny o objętości nominalnej 300 ml i prędkości przepływu 5 ml/h. Z filtrem cząsteczkowym 5,0 µm oraz niezdjemowalnym filtrem odpowietrzającym 0,03 µm na przebiegu linii infuzyjnej, pompy wyposażone w zamknięty układ bezigłowy w części wypełnienia pompy (w centralnej części obudowy), co zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki system automatycznie się zamyka, co zabezpiecza przed rozproszeniem zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków, przezroczysta sztywna obudowa o siedmiokątnych przekroju gwarantuje odporność na przypadkowe zgniecenia i ryzyku zwiększenia infuzji, maksymalna objętość 360ml?

Odpowiedź 85

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 86

Pakiet nr 9

Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu do pielęgnacji chorych z 20-to warstwowym wkładem chłonnym pakowanym a'5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 500 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 86

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 87

Pakiet nr 9

Pozycja 11 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu do pielęgnacji chorych z 8-mio warstwowym wkładem chłonnym pakowanym a'100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 25 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 87

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 88

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź 88

Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w § 6 ust. 3.

Pytanie 89

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1:

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną każdorazowo w przypadku nieterminowej dostawy towaru zgodnie z §5 umowy, w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego, którego dotyczy nieterminowa dostawa brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych części przedmiotu zamówienia.**

Odpowiedź 89

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1

Pytanie 90

Pakiet 20 Pozycje 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,21

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 20, wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,21 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź 90

Zamawiający nie wydzieli z Pakietu 20 Pozycji 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,21

Pytanie 91

Pakiet 20 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego urządzenia ma pasować czujnik SpO2.

Odpowiedź 91

Drager Infinity Delta.

Pytanie 92

Pakiet 20 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego urządzenia ma pasować przewód EKG.

Odpowiedź 92

Drager Infinity Delta.

Pytanie 93

Pakiet 20 Pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego urządzenia ma pasować przewód SpO2.

Odpowiedź 93

Drager Infinity Delta.

Pytanie 94

Pakiet 20 Pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Odpowiedź 94

Nr katalogowy Drager: 3368433

Pytanie 95

Pakiet 20 Pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o podanie informacji do jakiego urządzenia ma pasować czujnik SpO2.

Odpowiedź 95

Drager Infinity Delta.

Pytanie 96

Pakiet 20 Pozycja 12

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź 96

Nr katalogowy Drager: MX01004, Mx01005

Pytanie 97

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź 97

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie 98

Dotyczy pakietu nr 6:

poz. 1- 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych przeznaczonych do sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem (3 rodzaje wskaźników sterylizacji), folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju?

Odpowiedź 98

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 99

Dotyczy pakietu nr 6:

poz. 1- 7: Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo foliowe do zgrzewania z oznaczeniem normy ISO 11607-1,2 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu fabrycznego? Części -2 i -3 normy EN 868 nie dotyczą opakowań papierowo-foliowych, dlatego takie oznaczenia nie powinny być umieszczane na torebkach i rękawach papierowo-foliowych. Poszczególne części normy dotyczą kolejno:

Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań: dotyczy materiałów opakowaniowych do sterylizacji takich jak papier krepowany i włókniny w arkuszach.

Część 3: Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -
Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) -- Wymagania i metody badań. Część 3 odnosi się do składowej, z której tworzone są rękawy, czyli tylko i wyłącznie papieru. Nadrzędna dla oferowanego wyrobu jest część 5 normy – ona określa rękaw i tobkę, zarówno konstrukcję jak i użyte materiały. Jeśli wyrób jest zgodny z częścią 5, to oznacza, że jego składowe musiały spełnić wymogi części 3.

Oznaczenie opakowań normami, które tych opakowań nie dotyczą, może wprowadzić w błąd użytkownika końcowego, dlatego wnioskujemy o odstąpienie wymogu oznaczenia normą 868-2,3 na linii zgrzewu.

Proponowane wyroby są zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 oraz PN EN 868-5. Zgodność z normami będzie potwierdzona stosownymi dokumentami producenta.

Odpowiedź 99

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 100

dot. treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź 100

Zamawiający potwierdza, że za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 101

dot. treści umowy

Zważywszy na zapis § 1 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o założenie i określenie przez Zamawiającego minimalnego stopnia realizacji umowy.

Odpowiedź 101

Patrz odpowiedź na pytanie 24

Pytanie 102

dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź 102

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103

dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze numeru umowy, której dotyczy (§ 6 ust. 5)?

Odpowiedź 103

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy (§ 6 ust. 5).

Pytanie 104

dot. treści umowy

Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie?

Odpowiedź 104

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 105

dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniesłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź 105

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w § 8.

Pytanie 106

dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości zamówienia częściowego, którego dotyczy nieterminowa dostawa brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź 106

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w § 9 ust. 1.

Pytanie 107

dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 9 ust. 1 słowa „opóźnienia” zostały zamienione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione

naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź 107

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w §9 ust. 1

Pytanie 108

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie w zadaniu 3 punkt 4 czy zamawiający wymaga traktowania podanych rozmiarów jako dwie pozycje? I odpowiednio wymaga aby zaoferować rozmiar 60x115, oraz rozmiar 45x115 bez ramy mocującej, w ilości po 20 szt. z każdego rodzaju ?

Odpowiedź 108

Zamawiający wymaga zaoferowania rozmiaru 60x115 oraz rozmiaru 45x115 w łącznej ilości 20 szt.

Odpowiedzi udzielił:

Pytanie 1-19, 26-85, 98,99,108 Jolanta Keklak *Keklak Jolanta*

Pytanie 20-23, 86,87,90-96 Magdalena Gąsior *M. Gąsior*

Pytanie 24,25,88,89,97,100-107 Joanna Piotrowska *J. Piotrowska*

Sporządził: Joanna Piotrowska *J. Piotrowska*

Zatwierdzam:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.