

Świebodzin, 27.05.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.7.2020

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy implantów i materiałów medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych dla LCO Sp. z o.o. w Świebodzinie.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Gwoźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoźdźnia zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 240mm do 420mm, średnica gwoźdźnia 9-15mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoźdźnia 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej. Gwoźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźnia z terminem ważności sterylności 1rok?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 2, 3 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej oraz zaślepki kompatybilnej z zaoferowanym gwoźdźciem?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej Ø5,0mm w długości 26-100mm ze skokiem co 2mm?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej Ø4,5mm w długości 26-100mm?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Długość od 300mm do 480mm, średnica gwóźdźa 9-15mm. Promień zagięcia 1000mm. W części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania.?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania: wkrętu trzonowego Ø6,5mm dł. 40-140mm?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania: śruby blokujące Ø4,5mm w długości 26-100mm?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 9, 10 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej oraz zaślepki kompatybilnej z zaoferowanym gwóździem?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 11, 12 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej Ø6,5mm o dł. 40-120mm?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania: Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷14 mm, lewy i prawy. Długość od 200mm do 440mm W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania: śruby blokującej Ø4,5mm w długości 26-100mm?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania: wkrętu trzonowego Ø6,5mm dł. 40-140mm?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania: śruby kompresyjnej?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w Zadaniu nr 8 poz. 18 asortymentu równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. płytek z otworami blokowanymi i blokująco – kompresyjnymi, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych. Wkręty blokowane z gwintem stożkowym na łbie?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płytek pod wkręty Ø 2,4 i 2,7mm, płytki posiadające profil: 1,8; 2 , 3mm?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej Ø4,0mm w długości 16-72mm ze skokiem co 2mm. Kaniulacja 1,25mm?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej Ø2,7mm w długości 10-50mm?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej Ø2,7mm z gwintem na całej długości?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej Ø3,5mm w długości 10-70, T15?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej Ø2,7mm w długości 10-60, T15?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej Ø3,5mm z gniazdem T15?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej Ø3,7mm w długości 6-40mm z gniazdem T15?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 24

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu użyczenia napędu w zakresie Zadania nr 8?

Odpowiedź 24

Zamawiający odstępuje od wymogu użyczenia napędu w zakresie Zadania nr 8

Pytanie 25

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 dopuści możliwość zaoferowania: Płytki klinowej blokującej do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia lub przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 dopuści możliwość zaoferowania: wkrętu blokowanego samogwintującego Ø5,0mm, długość 20-95mm (L od 20 do 60 co 2mm, od 60 do 95 co 5mm)?

Odpowiedź 26

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 dopuści możliwość zaoferowania: wkrętu blokowanego do kości gąbczastej Ø6,0mm, długość 30-95mm ze skokiem co5mm?

Odpowiedź 27

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy 1,0mm zamiast 1,1mm?

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru z 5% na 0,5% wartości brutto zamówionych, za każdą rozpoczętą dobę?

Odpowiedź 29

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w przypadku niedostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego z 50% na 5% niedostarczonych w terminie towarów?

Odpowiedź 30

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 13 wymaga utworzenia składu konsygnacyjnego? Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od tego wymogu na rzecz sukcesywnych dostaw do Zamawiającego w terminie maksymalnie do 48h?

składowanie produktu bez określenia własności produktu jest niczym innym jak obrotem hurtowym. Do prowadzenia obrotu hurtowego uprawnione są wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Dlatego też organizowanie banku w aptece szpitalnej byłoby naruszeniem z naszej strony ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie obrotu (przekazalibyśmy produkt do składowania u podmiotu nieuprawnionego do tego typu usługi) oraz wymagań Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych.

Prosimy się o przychylenie się do powyższej prośby i uwzględnienie proponowanych zmian w SIWZ, formularzach oraz wzorze umowy.

Obowiązek utworzenia banku spowoduje niemożliwość złożenia ofert przetargowych przez wykonawców (gdyż narusza to przepisy obowiązującego prawa).

Odpowiedź 31

Zamawiający w zakresie pakietu nr 13 nie wymaga utworzenia składu konsygnacyjnego.

Pytanie 32

ZADANIE 8(GWOZDZIE SRÓDSZPIKOWE, PŁYTY TYTANOWE DO NADGARSTKA)
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu do ww pakietu?

Odpowiedź 32

Zamawiający odstępuje od wymogu użyczenia napędu do ww pakietu.

Pytanie 33

ZADANIE 8(GWOZDZIE SRÓDSZPIKOWE, PŁYTY TYTANOWE DO NADGARSTKA)
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia narzędzi w poz 1-17 gwoździ śródszpikowych?

Odpowiedź 33

Zamawiający odstępuje od wymogu użyczenia narzędzi w poz 1-17 gwoździ śródszpikowych.

Pytanie 34

ZADANIE 8(GWOZDZIE SRÓDSZPIKOWE, PŁYTY TYTANOWE DO NADGARSTKA)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednego zestawu narzędzi w zakresie implantów w poz 18-26 (płyty tytanowe)

Odpowiedź 34

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego zestawu narzędzi w zakresie implantów w poz 18-26 (płyty tytanowe).


Pytanie 35

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.03.2020r., Dz. U. 2020, poz. 433 z późn. zm.) Stryker, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia - na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego - racjonalizacji procedur zamówień publicznych poprzez przeprowadzenie wyżej wymienionego postępowania o zamówienie publiczne w formie elektronicznej.

Odpowiedź 35

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, ale przedłuża termin składania ofert do 03.06.2020 r.

Odpowiedzi udzielili:

Pytanie 1- 28, 32-34 Piotr Sowiński..... 

Pytanie 29-31, 35 Joanna Piotrowska..... 

Sporządził: Joanna Piotrowska..... 

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.