

Świebodzin, 10.11.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.17.2020

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa stołu operacyjnego, urządzenia do bezkontaktowej iluminacji naczyniowej, sterylizatora plazmowego oraz łóżek szpitalnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

Pytanie 1

Zadanie nr 3

Opis parametrów technicznych stołu operacyjnego

Dot. Pkt 2

W związku z brakiem podania wartości minimalnych zakresów wymaganych parametrów, a tylko stałych wartości :

Czy Zamawiający dopuszcza stół jezdny, operacyjny z napędem elektrycznym, o długość: min.1800 mm (długość z segmentem przedłużającym od strony głowy: min.2085 mm), szerokość: min.518 mm (szerokość stołu nad szynami ślizgowymi: max.600 mm), wysokość regulowana elektrycznie (bez tapicerki): min.: 660 ; max.:1030 mm, udźwig: min 270 kg, blat przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, elektryczna regulacja położenia blatu: przechył pionowy – pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.30 °, przechył boczny min.20°, przesuw wzdłużny min.230 mm, segment oparcia pleców: min.80° w górę, min.40° w dół, segment nożny: min.10° w górę, min.90° w dół bez możliwości regulacji niezależnie każdego podnóżka, a tylko jednocześnie (regulacja położenia i wysokości blatu pilotem połączonym ze stołem kablem i panel przycisków na obudowę kolumny stołu), zagłówek regulowany manualnie.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza, podane wymiary są wymiarami minimalnymi. Proponowaną przez Państwo zmianę dopuszczamy z wyłączeniem: pozostaje wymóg regulacji położenia każdego podnóżka niezależnie, oraz funkcja pozycji '0' – wyrównująca stół w każdej płaszczyźnie za pomocą jednego przycisku.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z zakresem regulacji wysokości w zakresie 600-950 mm (bez wysokości materaca)?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowana przystawka ortopedyczna mogła współpracować ze stołami posiadanymi na bloku operacyjnym?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie oczekuje aby oferowana przystawka ortopedyczna mogła współpracować ze stołami posiadanymi na bloku operacyjnym. Oczekujemy aby przystawka ortopedyczna była kompatybilna ze stołem będącym przedmiotem przetargu, tylko on będzie wykorzystywany jako stół wyciągowy, więc nie ma wymogu, aby przystawka była kompatybilna z jakimkolwiek innym stołem operacyjnym.

Pytanie 4

Czy zamawiający wymaga urządzenia 1-drzwiowego czy przelotowego?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowany sterylizator, nie ma możliwości obsługi urządzenia z komorą przelotową.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności całkowitej 160 litrów? (zaoferowanie takiej pojemności komory determinują minimalne gabaryty wskazane w pkt 3 OPZ.)

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Obecne obciążenie urządzenia istniejącego wskazuje, iż nie ma potrzeby zakupu urządzenia o takiej pojemności komory.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści komorę z aluminium? (Materiał posiada o wiele lepsze właściwości odporności chemicznej na H₂O₂ oraz szybsze nagrzewanie i rozpoczęcie cyklu)

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści naboje na 5 cykli sterylizacji?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści wysokość zewnętrzną sterylizatora 1800mm?

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9

Dotyczy ZADANIA NR 1 – Łóżko medyczne hydrauliczne, 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą wewnętrzną, ukrytą pod segmentami, jako parametr lepszy? Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od opisanej w SIWZ ramy zewnętrznej. Wymagane opisem przedmiotu zamówienia rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leżą umieszczone są wewnątrz ramy, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm „nożyc”. Podczas składania segmentu leżą może dojść do zmiążdżenia dłoni przypadkowo położonej na ramie.

Konstrukcja z ramą wewnętrzną, gdzie rama znajduje się pod segmentami leżą, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwia bliższe podejście personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Dotyczy ZADANIA NR 1 – Łóżko medyczne hydrauliczne, 20 szt.

W zakresie pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach: długość całkowita 2180 mm, szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami lub bez nich 960 mm, wymiary leża 850 x 2000 mm? Pragniemy zauważyć, że wymiary te tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie wpływają zasadniczo na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 11

Dotyczy ZADANIA NR 1 – Łóżko medyczne hydrauliczne, 20 szt.

W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z czterema krążkami odbojowymi jednoosiowymi?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12

Dotyczy ZADANIA NR 1 – Łóżko medyczne hydrauliczne, 20 szt.

W zakresie pkt. 6: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania szczytów ze stali nierdzewnej polerowanej – jako rozwiązania lepszego i trwalszego niż szczyty chromowane. Wizualnie szczyty takie nie różnią się od chromowanych, natomiast są wykonane z materiału twardszego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Odpowiedź 12

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczytów ze stali nierdzewnej.

Pytanie 13

Dotyczy ZADANIA NR 1 – Łóżko medyczne hydrauliczne, 20 szt.

Dotyczy pkt. 11 i 15: Prosimy o dopuszczenie łóżka, w którym zarówno zmiana wysokości leża, jak i przechyły wzdłużne realizowane są za pomocą dwóch pomp hydraulicznych sterowanych nożnie (dźwignie po obu stronach leża). Przy czym, dla ułatwienia obsługi, przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga aktywowane są pomocą czerwonych dźwigni zwalniających umieszczonych zarówno od strony nóg, jak i od strony głowy pacjenta – według kierunku nachylenia. Personel naciska dłonią dźwignię funkcyjną, a ruch wykonywany jest lekko i płynnie dzięki pompie hydraulicznej. Obrazuje to poniższy rysunek poglądowy:



Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 14

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie 360-810 mm. Pragniemy zauważyć, że parametr dolny jest niezwykle praktyczny, ułatwia opuszczanie łóżka, szczególnie osobom starszym.

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15

W zakresie pkt. 19: Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „uchwyt uniwersalny”.

Odpowiedź 15

Zamawiający przez „uchwyt uniwersalny” rozumie np. uchwyt na worek urologiczny.

Pytanie 16

Dotyczy ZADANIA NR 3 – Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrohydrauliczny stół operacyjny którego niektóre parametry odbiegają nieznacznie od opisu przedmiotu zamówienia? Parametry te, to:

- stół operacyjny z blatem wielosegmentowym tj.: segment oparcia głowy odejmowany, segment pleców z wypiętrzeniem klatki piersiowej mechanicznym, segment centralny (siedzisko), segment nożny dzielony (podnóżki odejmowane z regulacją pionową za pomocą sprężyn gazowych), możliwość zamiany segmentu podnóżka z segmentem głowy;
- długość całkowita 2000 mm;
- szerokość blatu bez szyn akcesoryjnych 520 mm, z szynami 572 mm;
- regulacja wysokości 530 (bardzo nisko – parametr lepszy) do 1010 mm (liczone bez materacy);
- dopuszczalna nośność 270 kg;
- przechyły boczne +/- 24 stopnie (parametr lepszy);
- przesuw wzdłużny 360 mm (parametr lepszy);
- regulacja segmentu oparcia pleców -30 / 80 stopni;
- regulacja pionowa podnóżków -90 / 30 stopni (parametr lepszy)

Pozostałe parametry stołu – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza, z powodu braku elektrycznej regulacji dla podnóżków.

Pytanie 17

Dotyczy ZADANIA NR 3 – Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach wyposażenia stołu dopuści do zaoferowania?:

- a) zagłówek segmentu do artroskopii barku w kształcie podwójnej podkowy;
- b) szyna przedłużająca o stałej długości nie mniejszej niż 480 mm;
- c) przystawka ortopedyczna z wyciągiem regulowanym.

Pozostałe parametry wyposażenia – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie dopuszcza, z powodu – zagłówek w kształcie podwójnej podkowy, zamawiający wymaga zagłówka typu „hełm”; szyna przedłużająca stała, zamawiający wymaga szyny regulowanej

Pytanie 18

Zadanie nr 3 - Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

PKT nr: 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny z blatem:

- długości: 2025mm (bez segmentu przedłużającego) / 2290mm (z segmentem przedłużającym od strony głowy)

- szerokości: 520mm (leża) / 560mm (z uwzględnieniem szyn bocznych) ?

Prosimy zauważyć iż proponowane wymiary są nieznacznie większe niż opisane pierwotnie przez Zamawiającego i w żaden sposób nie pogarszają funkcjonalności stołu w stosunku do wymiarów pierwotnych.

Odpowiedź 18

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Zadanie nr 3 - Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

PKT nr: 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny w którym zakres regulacji wysokości wynosi: 580mm - 1100mm?

Prosimy zauważyć, iż w proponowanym stole zakres regulacji wysokości jest szerszy od wymagań pierwotnych Zamawiającego, tym samym jest parametrem lepszym.

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Zadanie nr 3 - Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

PKT nr: 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny z niezależną regulacją kąta nachylenia każdego podnóżka w zakresie +100 / -900 , sterowaną ręcznie wspomaganą sprężynami gazowymi?

Prosimy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie posiada taki sam zakres regulacji , różni się natomiast tylko sposobem regulacji.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie dopuszcza, z powodu braku elektrycznej regulacji dla podnóżków.

Pytanie 21

Zadanie nr 3 - Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

PKT nr: 3: e); f); g); k)

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym stół operacyjny wyposażony m.in. w przystawkę ortopedyczną samonośną (bez potrzeby stosowania dodatkowych podpór), z dwoma ramionami regulowanymi na przegubach kulowych, dwoma aparatami naciągowymi przesuwanymi po ramionach wyciągowych (tj. z możliwością płynnej regulacji ustawienia odległości aparatu naciągowego od stołu), butami oraz wałkiem oporowym?

Prosimy zauważyć iż proponowane rozwiązanie jest lepsze niż opisane pierwotnie przez Zamawiającego, ze względu na zastosowanie przegubów kulowych z rotacją 360 stopni, co znacznie zwiększa funkcjonalność i komfort pracy Chirurgom

Odpowiedź 21

Zamawiający nie dopuszcza, z powodu braku dodatkowych podpór pod przystawkę ortopedyczną.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami odejmowanymi, z wypełnieniem z płyty hpl montowanym na stałe?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 410 – 810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź 24

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź 25

Tak Zamawiający wymaga.

Pytanie 26

Dotyczy Umowy:

§6 ust 6 Prosimy i usunięcie zapisu odnoszącego się do dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku nie usunięcia awarii w czasie określonym zgodnie z zapisami umowy.

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Odpowiedź 26

Zamawiający nie usuwa zapisu umowy §6 ust 6.

Pytanie 27

Dotyczy Umowy:

§6 ust 7 W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji 5 wad (awarii/usterek) tego samego podzespołu, które nie powstały z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego nowego podzespołu, wolnego od jakichkolwiek wad. Dostarczenie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia piątej wady (awarii/usterki). W przypadku wymiany podzespołu na nowy,

okres gwarancji biegnie na nowo od dnia odebrania nowego podzespołu przez Zamawiającego. Niedostarczenie przez Wykonawcę nowego podzespołu zgodnie z niniejszym ustępem zobowiązuje Wykonawcę do zwrotu wynagrodzenia za dane urządzenie (składające się na Sprzęt medyczny), nie później niż w ciągu 3 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego odsetek za opóźnienie. Obecne zapisy pozwalają na żądanie wymiany sprzętu po pięciu nieistotnych naprawach.

Odpowiedź 27

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy §6 ust 7.

Pytanie 28

Dotyczy Umowy:

§10 ust 1.a) Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych umową”

Obecne zapisy chronią jedynie Zamawiającego, nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

Odpowiedź 28

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy §10 ust 1.a)

Pytanie 29

Dotyczy Umowy:

§10 ust 1.b). c). d). Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, zamiast 2% na 0,2%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odpowiedź 29

Zamawiający dokonuje zmiany wysokości kar umownych, zamiast 2% na 0,2% §10 ust 1.b). c). d)

Pytanie 30

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby stężenie nadtlenu wodoru w procesie sterylizacji nie przekraczało 50% zgodnie z zaleceniami producenta endoskopów w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami? Uzasadnienie: Stężenie powyżej 60% w procesie sterylizacji powoduje powierzchniowe zwiększone zużycie materiałowe sterylizowanych elementów w szczególności niemetalicznych

Odpowiedź 30

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 31

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza podczas obsługi urządzenia kontakt z płynnym nadtlakiem wodoru w pojemnikach otwartych, a jeśli tak, to kto bierze odpowiedzialność w przypadku poparzenia nadtlakiem wodoru w wyniku obłania i poparzenia personelu?

Odpowiedź 31

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby system dozowania sterylizatora opróżniał pozostałości niewykorzystanego nadtlenu wodoru do otwartych pojemników co w konsekwencji prowadzi do kontaktu z płynnym czynnikiem sterylizacyjnych i wymaga specjalnych procedur postępowania? Czy Zamawiający posiada procedury usuwania takich płynnych środków chemicznych?

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści komorę sterylizacyjną ze stopów aluminium lub innych materiałów, która wyłącznie powierzchniowo jest zabezpieczona przed utleniającym działaniem nadtlenu, a zarysowania mogą prowadzić do powstania korozji miejscowych?

Odpowiedź 33

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie urządzenia dla którego należy oczekiwać 24 godziny na wynik testu biologicznego co uniemożliwia natychmiastowe wykorzystanie sprzętu?

Odpowiedź 34

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Prosimy o informację czy Zamawiający w miejscu montażu urządzenia dysponuje zasilaniem elektrycznym 230 V, 50Hz?

Odpowiedź 35

Zamawiający informuje, że dysponuje zasilaniem elektrycznym 230 V, 50Hz

Pytanie 36

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Czy droga transportowa do miejsca montażu prowadzi przez drzwi o szerokości światła przejścia 90 cm?

Odpowiedź 36

Droga transportowa do miejsca montażu prowadzi przez drzwi o szerokości światła przejścia 80 cm.

Pytanie 37

dot. Załącznik nr 5, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 4, Przedmiot zamówienia: Sterylizator Plazmowy – 1 szt.)

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli urządzenie z komorą nieprzelotową (jednodrzwiowe) czy przelotową (dwudrzwiowe)?

Odpowiedź 37

Zamawiający ma na myśli urządzenie z komorą nieprzelotową (jednoprzewodowe).

Pytanie 38

(dot. Załącznik nr 5, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 4, Przedmiot zamówienia: Sterylizator Plazmowy – 1 szt., pkt 2)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizatora z komorą prostopadłościenną o objętości całkowitej 143l (urządzenie z komorą nieprzelotową) lub 148l (urządzenie z komorą przelotową)?

Odpowiedź 38

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 39

(dot. Załącznik nr 5, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 4, Przedmiot zamówienia: Sterylizator Plazmowy – 1 szt., pkt 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przebieg procesu z wykresem określającym fazę sterylizacji oraz generowania plazmy załączyć wraz z dostawą urządzenia?

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

(dot. Załącznik nr 5, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 4, Przedmiot zamówienia: Sterylizator Plazmowy – 1 szt., pkt 8)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia posiadające zdolność skutecznej sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych o średnicy 1 mm i długości do 1050 mm?

Odpowiedź 40

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 41

(dot. Załącznik nr 5, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 4, Przedmiot zamówienia: Sterylizator Plazmowy – 1 szt., pkt 9)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizatora posiadającego zdolność skutecznej sterylizacji narzędzi wykonanych ze stali o średnicy od 0,5 mm i długości do 2200 mm?

Odpowiedź 41

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 42

(dot. Załącznik nr 5, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 4, Przedmiot zamówienia: Sterylizator Plazmowy – 1 szt., pkt 13)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia wykorzystujące nadtlenek wodoru o stężeniu 58% oraz plazmę gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego) jako czynnik sterylizujący?

Odpowiedź 42

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 43

(dot. Załącznik nr 5, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 4, Przedmiot zamówienia: Sterylizator Plazmowy – 1 szt., pkt 17)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizatora osiągający max. 58% stężenie nadtlenu wodoru podczas wszystkich programów?

Odpowiedź 43

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 44

(dot. Załącznik nr 5, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zadanie 4, Przedmiot zamówienia: Sterylizator Plazmowy – 1 szt., pkt 19)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia posiadające 4 programy sterylizacyjne (szybki – 28 min., elastyczny – 42 min., standardowy – 55 min. oraz intensywny – 65 min.) oraz niewymagające aeracji wsadu po procesie?

Odpowiedź 44

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 45

Zadanie 3-Przedmiot zamówienia: Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z napędem elektrohydraulicznym, długość 1960mm (długość z segmentem przedłużającym od strony głowy 2240mm), szerokość 550mm i z szynami bocznymi 600, wysokość regulowana elektrycznie min.665-max1165mm, udźwig: min. 450 kg a w każdej pozycji 360 kg, blat przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, elektryczna regulacja położenia blatu: przechył pionowy – pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 30 °, przechył boczny 20°, przesuw wzdłużny 300 mm, segment oparcia pleców: 70° w górę, 40° w dół, segment nożny: 10° w górę, 90° w dół z możliwością manualnej regulacji niezależnie prawa lub lewa kończyna dolna, pozycja "0", (regulacja położenia i wysokości blatu pilotem połączonym ze stołem kablem i panel przycisków na obudowie kolumny stołu z możliwością odjęcia go od kolumny), zagłówek regulowany manualnie.

Odpowiedź 45

Zamawiający nie dopuszcza, z powodu braku elektrycznej regulacji dla podnóżków.

Pytanie 46

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Prosimy o informację czy Zamawiający w miejscu montażu urządzenia dysponuje zasilaniem elektrycznym 230 V, 50Hz? Jeśli Zamawiający nie dysponuje to czy planuje przygotować zasilanie pod montaż urządzenia?

Odpowiedź 46

Zamawiający dysponuje zasilaniem elektrycznym 230 V, 50Hz.

Pytanie 47

Dotyczy Parametry Techniczne: zadanie 4

Czy droga transportowa do miejsca montażu prowadzi przez drzwi o szerokości światła przejścia 90 cm? Jeśli nie to prosimy o podanie szerokości?

Odpowiedź 47

Droga transportowa do miejsca montażu prowadzi przez drzwi o szerokości światła przejścia 80 cm.

Pytanie 48

Dotyczy ZADANIA NR 3 – Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

Chcielibyśmy zaoferować bardzo nowoczesny, specjalistyczny stół operacyjny o dużej nośności (powyżej 450 kg), z blatem modułowym. Czy zatem Zamawiający dopuści do

zaoferowania elektrohydrauliczny stół operacyjny którego niektóre parametry odbiegają nieznacznie od opisu przedmiotu zamówienia? Parametry te, to:

- a) długość całkowita ok. 1872 mm;
 - b) długość z segmentem przedłużającym 2142 mm;
 - c) szerokość blatu bez szyn akcesoryjnych 530 mm, z szynami 590 mm;
 - d) regulacja wysokości do 1075 mm liczone bez materacy (parametr lepszy);
 - e) przechyły boczne +/- 25 stopni (parametr lepszy);
 - f) przesuw wzdłużny 350 mm (parametr lepszy);
 - g) regulacja ponowa podnózków, każdy niezależnie -90 do 50 stopni (parametr lepszy)
- Pozostałe parametry stołu – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 48

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 49

Dotyczy ZADANIA NR 3 – Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach wyposażenia stołu dopuści do zaoferowania:

- szyna przedłużająca o stałej długości nie mniejszej niż 480 mm?

Odpowiedź 49

Zamawiający nie dopuszcza, z powodu braku regulacji długości szyny przedłużającej.

Pytanie 50

Dotyczy ZADANIA NR 3 – Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną – 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach wyposażenia stołu dopuści do zaoferowania:

- przystawka ortopedyczna z wyciągiem regulowanym?

Odpowiedź 50

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 51

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2230mm i szerokości 1080 oraz wymiarach leża 855x1920mm? Wskazane wymiary nieznacznie różnią się od podanych przez Zamawiającego i nie powinny wpłynąć na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź 51

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 52

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające w części wezgłowia krążki chroniące łóżko wyłącznie w poziomie?

Odpowiedź 52

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 53

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże z blachy stalowej z otworami?

Odpowiedź 53

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 54

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja segmentu uda odbywa się w zakresie 0-30 stopni?

Odpowiedź 54

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 55

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem pozycji Trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie 0-15 stopni?

Odpowiedź 55

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania.

Pytanie 56

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców wynoszącą 6cm?

Odpowiedź 56

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania.

Pytanie 57

Dotyczy zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja wysokości obejmuje zakres 525-845mm?

Odpowiedź 57

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 58

Dotyczy zadania nr 1:

Proszę o informację czy ilości materacy, wieszaków kroplówki, uchwytów, wysięgników wskazane w załączniku nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – poz. 19 dotyczą jednego łóżka, czy jest to ilość asortymentu wskazana do całego pakietu łóżek tj. 20 szt.

Odpowiedź 58

Ilości materacy, wieszaków kroplówki, uchwytów, wysięgników wskazane w załączniku nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – poz. 19 dotyczy 20 szt.

Pytanie 59

Proszę o uściślenie, co oznacza zapis w umowie (zał. 4a), mówiący o "wynagrodzeniu ryczałtowym" za wykonanie umowy.

Odpowiedź 59

„Wynagrodzenie ryczałtowe” za wykonanie umowy oznacza, że ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.

Pytanie 60

Dotyczy Parametry Techniczne: Zadanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by urządzenie posiadało oświadczenia lub dokumenty zawierające opis i oznaczenie produktu wraz z numerem katalogowym zawierający informacje wskazujące, że oferowany towar spełnia wymagane parametry zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5) potwierdzone przez producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski?

Odpowiedź 60

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61

dotyczy zadania nr 4 – Sterylizator plazmowy, pkt. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o cylindrycznej komorze o wymiarach Ø400 mm x 650 mm (gł), pojemności całkowitej 80l nieznacznie różniącej się od wymaganej?

Odpowiedź 61

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 62

dotyczy zadania nr 4 – Sterylizator plazmowy, pkt. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści sterylizator posiadający zdolność sterylizacji przewodów elastycznych z tworzywa Ø1 mm x 1600 mm, sztywnych Ø1 mm x 500 mm ?

Odpowiedź 62

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 63

dotyczy zadania nr 4 – Sterylizator plazmowy, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści czynnik sterylizujący o stężeniu 50% nadtlenu wodoru, umożliwiający przeprowadzenie do max. 14 cykli, co jest aspektem bardzo korzystnym zarówno pod względem ekonomicznym, jak i użytkowym.

Odpowiedź 63

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 64

dotyczy zadania nr 4 – Sterylizator plazmowy, pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenie bardziej zaawansowane technologicznie, które posiada dodatkowy system do awaryjnego usuwania nadtlenu wodoru, lub ewentualnych pozostałości nadtlenu wodoru celem jego neutralizacji, w postaci dodatkowych zbiorników na pozostałości nadtlenu wodoru lub opakowań na puste naboje czynnika sterylizującego. System do awaryjnego usuwania H₂O₂ jest dodatkową funkcją, która działa na korzyść urządzenia, szczególnie jeżeli korzysta z czynnika wystarczającego na jeden cykl (cykle szybkie nie zużywają całości czynnika). W trakcie normalnego użytkowania urządzenie z dodatkowego systemu nie korzysta. Można z niego skorzystać w sytuacjach, gdy konieczne jest usunięcie pobranego przez urządzenie H₂O₂, dłuższej przerwy w pracy urządzenia powodującej przeterminowanie zaaplikowanego czynnika, jak również ewentualnej awarii systemu dozowania i decyduje o tym operator. Pozostałości H₂O₂ mogą zostać usunięte do dodatkowego pojemnika poprzez rozpuszczenie w wodzie, bez konieczności „przepalania” H₂O₂ w komorze (oszczędność energii i czasu). Z dodatkowego systemu korzystać można, ale nie jest to wymagane. Urządzenia wykorzystujące tak wysokie stężenia H₂O₂ powinny posiadać alternatywny/bezpieczny system usuwania H₂O₂ z urządzenia aby nie dochodziło do poparzenia operatora w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź 64

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 65

dotyczy zadania nr 4 – Sterylizator plazmowy, pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające załadunek naboju do sterylizacji na wyższej wysokości niż 1100mm gwarantującej wygodę użytkowania?

Odpowiedź 65

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 66

dotyczy zadania nr 4 – Sterylizator plazmowy, pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenie, którego przeciętna temperatura sterylizacji wynosi 55oC, a producent w dokumencie z walidacji urządzenia dopuszcza minimalne wzrosty i spadki temperatury (± 4 oC) bez wpływu na jakość i skuteczność procesu sterylizacji. Jest to bardzo ważny parametr dla Zamawiającego ponieważ minimalne wahania temperatury nie pogarszają jakości sterylizacji.

Odpowiedź 66

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 67

dotyczy zadania nr 4 – Sterylizator plazmowy, pkt. 19

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia posiadającego max. czas trwania procesu do 53minut +/-3min?

Odpowiedź 67

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 68

dotyczy zadania nr 4 – Sterylizator plazmowy, pkt. 30, 34

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer. 750 mm x wys. 1670 mm x gł. 835 mm, posiadające 1 kosz załadowczy?

Odpowiedź 68

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 69

Zadanie 4 – Sterylizator plazmowy:

Dot. pkt. 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator o pojemności 110 litrów ?

Odpowiedź 69

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 70

Zadanie 4 – Sterylizator plazmowy:

Dot. pkt. 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w generator plazmy w komorze sterylizacyjnej ? W sterylizatorach niskotemperaturowych plazmowych niezbędnym elementem służącym do wytworzenia plazmy w komorze jest tzw. elektroda. Takie rozwiązanie stosowane jest przez wiodących producentów sterylizatorów plazmowych na nadtlenek wodoru (tj. Getinge, Johnson&Johnson).

Odpowiedź 70

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 71

Zadanie 4 – Sterylizator plazmowy:

Dot. pkt. 8, 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z możliwością sterylizacji przewodów kanałowych ze stali nierdzewnej (sztywnych i półelastycznych) o średnicy wewnętrznej maksimum 1mm i długości 500mm oraz przewodów elastycznych o średnicy maksimum 1mm i długości 850mm?

Odpowiedź 71

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 72

Zadanie 4 – Sterylizator plazmowy:

Dot. pkt.13 i 17 tabeli: Powszechnie wiadomo, że im wyższe stężenie nadtlenu wodoru tym większa skuteczność procesu sterylizacji. Producenci sterylizatorów wykorzystujących nadtlenek wodoru ograniczeni są jednak przepisami dotyczącymi transportu tego środka, które ograniczają stężenie środka do wartości poniżej 60%. Jednakże w nowoczesnych sterylizatorach plazmowych wiodących producentów (np. Getinge, Johnson&Johnson) urządzenia posiadają możliwość sterylizacji w większym stężeniu tj. ok. 90%, dzięki zastosowanym koncentratorom. Wskazane byłoby raczej ograniczenie minimalnego stężenia nadtlenu wodoru. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści sterylizator, w którym stężenie nadtlenu wodoru w komorze jest wyższe niż 50% ?

Odpowiedź 72

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 73

Zadanie 4 – Sterylizator plazmowy:

Dot. pkt. 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wysokość załadunku naboju poniżej 170 cm nad posadzką co zapewni brak konieczności schylania się przez personel ?

Odpowiedź 73

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 74

Zadanie 4 – Sterylizator plazmowy:

Dot. pkt. 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści czas trwania najdłuższego procesu do 60 minut?

Odpowiedź 74

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 75

Dot. pkt. 25 tabeli: Standardowe testy Helix do sterylizacji plazmowej to Ø 2 mm x 1200 mm i taki wymiar znacząco przekracza dostępne instrumenty przewidziane do sterylizacji plazmowej. Czy Zamawiający dopuści kontrolę procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i chemicznych przy wykorzystaniu testu Helix Ø 2 mm x 1200 mm ?

Odpowiedź 75

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 76

Dot. pkt. 30 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych maksymalnie (WxSxG) 191 x 68 x 87cm ?

Odpowiedź 76

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 77

Umowa – kary: par 10, pkt 1, b),c),d) – prosimy o obniżenie kar do 0,5%.


Odpowiedź 77

Patrz odpowiedź 29.

Odpowiedzi udzielił:

Piotr Leśków – Pytanie 1-3, 16-21, 45.....

Jacek Makowski – Pytanie 4-8, 25-44, 46-50, 60-77.....

Jolanta Keklak – Pytanie 9-15, 22,23, 51-58

Joanna Piotrowska – Pytanie 24, 59.....

Sporządził:

Joanna Piotrowska.....

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.