

Świebodzin, 30.09.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.16.2020

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15, poz. nr 6 dopuści pompę elastomerową o przepływie 5 ml/h, o nominalnym czasie pracy 48h, objętości nominalnej 240 ml, objętości maksymalnej 300 ml, posiadającą obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od prędkości przepływu? Pompa posiada filtr cząstek stałych oraz ogranicznik przepływu typu Luer Lock oraz badania stabilności leków w urządzeniu. Ma obudowę blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA). Nie posiada filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej (zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). Bez DEHP. Wymagany port do napełniania zamykany koreczkiem, umieszczony jest na kapturku urządzenia w centralnym miejscu a urządzenie zapewnia żadaną nominalną objętość w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17, poz. nr 1 dopuści pompę elastomerową o przepływie 5 ml/h, o nominalnym czasie pracy 48h, objętości nominalnej 240 ml, objętości maksymalnej 300 ml, posiadającą obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od prędkości przepływu? Pompa posiada filtr cząstek stałych oraz ogranicznik przepływu typu Luer Lock oraz badania stabilności leków w urządzeniu. Ma obudowę blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA). Nie posiada filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej (zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). Bez DEHP. Wymagany port do napełniania zamykany koreczkiem, umieszczony jest na kapturku urządzenia w centralnym miejscu a urządzenie zapewnia żadaną nominalną objętość w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 3

Pakiet 12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwdrobnoustrojowej, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni

chłonnej, bez przeszyc, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 6500g/m² w badaniach jednostki akredytowanej,
- gramatura podstawowa: min.210 g/m²
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.
- pakowana po 20 sztuk/ opakowanie.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Pakiet 16 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Pakiet 16 poz.2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych dla osób z problemami skórnymi, posiadające jednoskładnikową warstwę wewnętrzną o właściwościach przeciwbakteryjnych i kosmetyczno-leczniczych. Kolor biały, Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej.. Grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm,. Oznakowane jako wyrób medyczny, zgodność z EN 455 potwierdzona certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako środek ochrony indywidualnej wg Regulacji EU 2016/425, typ co najmniej B. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska pozostałych rękawic

w opakowaniu, Rozmiary wg. potrzeb zamawiającego S-L. Op. po 100 sztuk kodowane kolorem

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Pakiet 16 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Pakiet 16 poz.4

Z powodu braków niektórych wyrobów, lub problemami z ich dostępnością, lub astronomiczną ceną prosimy zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji rękawicy sterylnej, której długość jest powyżej 280mm i o poniższych parametrach:

Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni, 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiety rolowane z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Pakiet 16 poz.5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej, jednorazowej rękawicy diagnostyczno-ochronnej, bezpudrowej, lateksowej. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankiety. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Pakiet 16 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane, AQL < 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein < 80ug/g rękawicy, mikroteksturowana antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,12 ± 0,01 mm, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) i EN 374-5. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Pakiet 16 poz.7

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej, jednorazowej rękawicy diagnostyczno-ochronnej, bezpudrowej, nitrylowej. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Pakiet nr 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę dwupanelową?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12

Pakiet nr 3 pozycja 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyłączy pozycji 2 z Pakietu nr 3

Pytanie 13

Pakiet nr 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kranik niebieski?

Odpowiedź 13

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 14

Pakiet nr 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kolor wyłącznie niebieski?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Pakiet nr 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opisową instrukcję obsługi dołączoną do opakowania?

Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Pakiet nr 4 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki przezroczyste?

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Pakiet nr 4 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści 75 sztuk w opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pakowane w folię?

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Pakiet nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę nasączoną środkiem myjącym (PH 5,5), kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części, aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą, wykonana w całości z poliestru, rozmiar: 17 cm x 24,5 cm, gramatura: 100 g/m² (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m² (część tylna bez mydła), Wyrób jednorazowy, nie zawiera lateksu?

Odpowiedź 18

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Pakiet nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Pakiet nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty)”?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie odstąpi od wymogu „Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Odstępuje od wymogu dołączenia certyfikatów do oferty.

Pytanie 21

Pakiet nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* oraz *Escherichia coli*”?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie 22

Pakiet nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści badania potwierdzające brak zawartości Coliforms, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus hemolyticus* zamiast tych wskazanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 23

Pakiet nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie: Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie a' 12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawierające w składzie m.in. ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitamina B5 oraz diglukonian chlorheksydyny?

Odpowiedź 23

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 24

Pakiet nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prostokątną ściereczkę nasączoną środkiem myjącym, aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12 x 20 cm, gramatura 100 g/m², wyrób jednorazowy, nie zawiera lateksu, opakowanie 24 sztuki?

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 25

Pakiet nr 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez graficznej instrukcji stosowania oraz składu?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 26

Pakiet nr 4 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy, rozmiar 17cm x 23,5cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce przez 20 sekund przy mocy 700W, produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Pakiet nr 4 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez ikon informujących: nie wrzucać do toalety, nie macerować?

Odpowiedź 27

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 28

Pakiet nr 4 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę wiskozowo-poliestrową, niepodfoliowaną, o wymiarze 21cm x 15,5cm?

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29

Pakiet nr 4 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 34-43oC?

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30

Pakiet nr 4 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści dokładność wyświetlania 0,2oC?

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31

Pakiet nr 4 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści z zakręcaną lub wciskaną pokrywką?

Odpowiedź 31

Zamawiający wymaga zakręcanej pokrywki.

Pytanie 32

Pakiet nr 4 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści pojemność 20ml zamiast 15ml?

Odpowiedź 32

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33

Pakiet nr 4 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści pojemność 35ml lub 50ml zamiast 30ml?

Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34

Pakiet nr 4 pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec składający się z 3 elementów: 100x160cm, 80x150cm, 3x100cm?

Odpowiedź 34

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 35

Pakiet nr 4 pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kabel 15cm x 2,5m?

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Pakiet nr 4 pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 90x90cm lub 140x140cm?

Odpowiedź 36

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 37

Pakiet nr 4 pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 20g, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź 37

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 38

Pakiet nr 4 pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Pakiet nr 4 pozycja 42-43

Proszę o informację z jakich podkładów chłonnych państwo korzystacie?

Odpowiedź 39

Poz. 42 – nowa dodana pozycja do pakietu

Poz. 43 - obecnie korzystamy z podkładów CUREA/OPTA210080010-CPBTBS-638

Pytanie 40

Pakiet nr 4 pozycja 42-43

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 42-43 z Pakietu nr 4 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź 40

Zamawiający nie wyłączy pozycji 42-43 z Pakietu nr 4

Pytanie 41

Pakiet nr 4 pozycja 42-43

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne o przybliżonych parametrach renomowanej firmy Ecolab? Podkłady jednorazowe CleanOp™ to obecnie standard w branży, a zarazem lider w dziedzinie redukcji ryzyka w salach operacyjnych. Dzięki nim można skrócić czas przygotowania sali, poprawić wyniki finansowe i udoskonalić procesy zapobiegania zakażeniom. Materiały jednorazowe, elementy wyposażenia sali operacyjnej i szkolenia personelu są częścią oferty, co pozwala Państwu na stały wzrost efektywności przygotowania sal operacyjnych?

Odpowiedź 41

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42

Pakiet nr 4 pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 42

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 43

Pakiet nr 4 pozycja 45

Czy zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji) – zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych. Wymiary: 16x43 cm?

Odpowiedź 43

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 44

Pakiet nr 4 pozycja 46

Czy zamawiający dopuści warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 60g/m², rozmiar 110x220cm?

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Pakiet nr 10 pozycja 1-2

Czy zamawiający dopuści dren antyzagięciowy zamiast 6 pasków wzmacniających?

Odpowiedź 45

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 46

Pakiet nr 10 pozycja 1-2

Czy zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź 46

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 47

Pakiet nr 10 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź 47

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 48

Pakiet nr 10 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź 48

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 49

Pakiet nr 10 pozycja 6

Czy zamawiający dopuści długość 2,1m?

Odpowiedź 49

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 50

Pakiet nr 10 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści znak CE na korpusie, natomiast znak CE z numerem jednostki na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź 50

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 51

Pakiet nr 10 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia?

Odpowiedź 51

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 52

Pakiet nr 10 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści wyłącznie opisową instrukcję użycia?

Odpowiedź 52

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 53

Pakiet nr 10 pozycja 10

Czy zamawiający dopuści znak CE na korpusie, natomiast znak CE z numerem jednostki na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź 53

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 54

Pakiet nr 10 pozycja 10

Czy zamawiający dopuści wyłącznie opisową instrukcję użycia?

Odpowiedź 54

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 55

Pakiet nr 10 pozycja 11

Czy zamawiający odstąpi od wymogów, aby maska posiadała „mankiet użebrowany”, „dodatkowy otwór poprawiający przepływ powietrza i zabezpieczający przed wkliniowaniem się nagłośni”?

Odpowiedź 55

Zamawiający nie odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie 56

Pakiet nr 10 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści łącznik oznaczony odpowiednim rozmiarem?

Odpowiedź 56

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 57

Pakiet nr 10 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści rozmiary dla pacjentów o wadze 10-20 kg oraz 20-30 kg zamiast 17-30 kg?

Odpowiedź 57

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 58

Pakiet nr 10 pozycja 12

Czy zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odpowiedź 58

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 59

Pakiet nr 10 pozycja 13

Czy zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odpowiedź 59

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 60

Pakiet nr 10 pozycja 18

Czy zamawiający dopuści karbowany wewnętrznie?

Odpowiedź 60

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 61

Pakiet nr 10 pozycja 19

Czy zamawiający dopuści rozciągliwy w zakresie 6-15 cm (+/-2cm)?

Odpowiedź 61

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 62

Pakiet nr 10 pozycja 20

Czy zamawiający dopuści z miękkiego PCV?

Odpowiedź 62

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Pakiet nr 10 pozycja 21

Czy zamawiający dopuści skalowaną co 2 cm?

Odpowiedź 63

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 64

Pakiet nr 10 pozycja 21

Czy zamawiający dopuści na korpusie umieszczony rozmiar, natomiast numer serii na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź 64

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 65

Pakiet nr 10 pozycja 21

Czy zamawiający dopuści na opakowaniu informację o rozmiarze oraz średnicy wewnętrznej i zewnętrznej?

Odpowiedź 65

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 66

Pakiet nr 10 pozycja 22

Czy zamawiający dopuści skalowaną co 2 cm?

Odpowiedź 66

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 67

Pakiet nr 10 pozycja 22

Czy zamawiający dopuści na korpusie umieszczony rozmiar, natomiast numer serii na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź 67

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 68

Pakiet nr 10 pozycja 22

Czy zamawiający dopuści na opakowaniu informację o rozmiarze oraz średnicy wewnętrznej i zewnętrznej?

Odpowiedź 68

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 69

Pakiet nr 10 pozycja 24

Czy zamawiający dopuści pasek o długości 16 mm (+/-2mm) x 40 cm (+/-2cm)?

Odpowiedź 69

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 70

Pakiet nr 10 pozycja 25-28

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 25-28 z Pakietu nr 10 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź 70

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 71

Pakiet nr 11 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści szerokość 58cm oraz długość 50m z przeliczeniem ilości do pełnych rolek?

Odpowiedź 71

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 72

Pakiet nr 11 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści długość 50m z przeliczeniem ilości do pełnych rolek?

Odpowiedź 72

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 73

Pakiet nr 18 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści dwuczęściowe w przypadku rozmiarów 3, 4, 5?

Odpowiedź 73

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 74

Pakiet nr 18 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści w rozmiarach 0-5?

Odpowiedź 74

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 75

Pakiet nr 18 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 100cm?

Odpowiedź 75

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 76

Pakiet nr 18 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści wewnętrznie karbowane?

Odpowiedź 76

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 77

Pakiet nr 18 pozycja 4

Proszę o informację do jakiego ssaka będzie używany filtr?

Odpowiedź 77

Ssak VACSax

Pytanie 78

Pakiet nr 18 pozycja 5, 6, 7, 8

Proszę o informację do jakiego ssaka należy zaoferować elementy z pozycji 5, 6, 7, 8?

Odpowiedź 78

Ssak VACSax

Pytanie 79

Pakiet nr 18 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści rozmiar 26G/88mm?

Odpowiedź 79

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 80

Pakiet 2 Poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z lateksową zastawką?

Odpowiedź 80

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 81

Pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu nazwy producenta na łączniku?

Odpowiedź 81

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 82

Pakiet 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści worki na mocz z drenem długości 110cm?

Odpowiedź 82

Zamawiający wymaga dwóch rodzajów długości drenu.

Pytanie 83

Pakiet 2 poz. 1 – 5 Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź 83

Zamawiający nie wydzieli wyżej wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu

Pytanie 84

Pakiet 10 poz.1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu dla dorosłych, wąsy tlenowe wykonane z PCV, długość drenu 2 metry, pętla donosowa 50cm, sterylne, opakowanie foliowe?

Odpowiedź 84

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 85

Pakiet 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu dla dzieci, wąsy tlenowe wykonane z PCV, długość drenu 2 metry, pętla donosowa 50cm, sterylne, opakowanie foliowe?

Odpowiedź 85

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 86

Pakiet 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź 86

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 87

Pakiet 10 poz. 1-3 Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź 87

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 88

Pakiet nr 10, poz. 4 i 5

Zamawiający w Pakiecie nr 10, poz. 4 i 5 określa ściśle parametry fizyczne produktu. Wskazuje to jednoznacznie, że został opisany produkt jednego producenta, co narusza zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej.

Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 29 ust. 2 Pzp). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców (art. 29 ust. 3 Pzp)

Wobec powyższego, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w SIWZ o możliwości zaferowania produktów równoważnych pkt. III, 2, Zamawiający opisał minimalne wymagania produktu i należy interpretować, że parametry korzystniejsze są dopuszczone?

Odpowiedź 88

Należy interpretować, że parametry korzystniejsze są dopuszczone.

Pytanie 89

Pakiet nr 10, poz. 9. Zamawiający wymaga masek krtaniowych w opakowaniu typu blister. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu, gdyż rodzaj opakowania nie ma uzasadnienia medycznego i nie wpływa na proces leczenia.

Odpowiedź 89

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 90

Pakiet nr 10, poz. 9. Zamawiający wymaga masek krtaniowych : na korpusie znak CE z numerem jednostki notyfikowanej. Prosimy o dopuszczenie maski ze znakiem CE umieszczonym na opakowaniu. Znak CE na korpusie maski nie ma uzasadnienia medycznego i nie wpływa na proces leczenia.

Odpowiedź 90

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 91

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, poz. 7 dopuści kieliszki op a'90 sztuk?

Odpowiedź 91

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 92

W pakiecie nr 10, poz. 4, 5 Zamawiający podaje konkretną wagę filtrów. Przy zaoferowaniu filtrów o parametrach lepszych niż wymagane, w parametrze waga filtra, co Zamawiający rozumie jako równoważność?

Czy wyższa waga filtra będzie parametrem lepszym czy gorszym?

Odpowiedź 92

Zamawiający potwierdza, że wyższa waga filtra będzie parametrem gorszym.

Pytanie 93

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 20 pozycji 7, 9, 21, co umożliwi złożenie oferty od wyłącznego dystrybutora.

Odpowiedź 93

Zamawiającego nie wyłącza z pakietu 20 pozycji 7, 9, 21

Pytanie 94

Pakiet 20

Prosimy o doprecyzowanie, do jakiego sprzętu oczekuje zastawek ceramicznych w pozycji 10?

Odpowiedź 94

Aparat do znieczuleń Drager Fabius Tiro.

Pytanie 95

Pakiet 20

Załącznik nr 4 umowa §9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

- ust. 1 0,2%?
- ust. 3 0,2%?
- ust. 4 0,2%?
- ust. 6 0,2%?

Odpowiedź 95

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych

Odpowiedzi udzielił:

Pytanie 1-92 Jolanta Keklak *Keklak*

Pytanie 93,94 Magdalena Gąsior..... *M. Gąsior*

Pytanie 95 Joanna Piotrowska..... *J. Piotrowska*

Sporządził: Joanna Piotrowska *J. Piotrowska*

Zatwierdzam. *[Signature]*

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.