

Świebodzin, 08.10.2019 r.

**Znak sprawy ZP.PN.13.2019**

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o. o.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 5-8 strzykawkę trzyczęściową luer z mlecznym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz.1 przyrząd do infuzji z drenem o długości 180cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 standardowy ogólnie stosowany aparat do przetaczania krwi firmy Margomed?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 4**

Dotyczy pakietu nr 6: poz. 1- 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych przeznaczonych do sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem (3 rodzaje wskaźników sterylizacji), oznaczonych znakiem CE na opakowaniu handlowym oraz bezpośrednio na rękawie (oznakowanie zgodne z ustawą o wyrobach medycznych), folia 7 warstwowa łącznie z warstwą kleju? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyroby te są zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 oraz PN EN 868-5, natomiast informacja ta nie jest nadrukowana na rękawie. Zgodność z normami będzie potwierdzona stosownymi dokumentami producenta.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 5**

Dot. treści umowy. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?



# LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1  
66-200 Świebodzin

REGON 000290630  
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>  
fax: 68 475 06 02, mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

## Odpowiedź 5

Tak, za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

## Pytanie 6

Dot. treści umowy. Zważywszy na zapis § 1 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o założenie i określenie przez Zamawiającego minimalnego stopnia realizacji umowy.

## Odpowiedź 6

Zamawiający określając przedmiot zamówienia oraz jego ilość na podstawie potrzeb z poprzedniego okresu 12 m-cy zakładał, że zużycie będzie zbliżone z planowanym. Jednak Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować i określić % minimalnego zakresu realizacji przedmiotu zamówienia ponieważ zgodnie z SIWZ rozdział III pkt. 2 określone w załączniku nr 5 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.

## Pytanie 7

Dot. treści umowy. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

## Odpowiedź 7

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczącym wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

## Pytanie 8

Dot. treści umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze numeru umowy, której dotyczy (§ 6 ust. 5)?

## Odpowiedź 8

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy dotyczy (§ 6 ust. 5).

## Pytanie 9

Dot. treści umowy. Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie?

## Odpowiedź 9

Tak, Zamawiający potwierdza.

## Pytanie 10

Dot. treści umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu telefonicznego zgłoszenia zamówienia?

## Odpowiedź 10

Zamawiający nie odstępuje od wymogu telefonicznego zgłoszenia zamówienia.

## Pytanie 11

Dot. treści umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”



zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki”?

**Odpowiedź 11**

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy dotyczy § 9 ust. 1.

**Pytanie 12**

Dot. treści umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §9 słowa „opóźnienia” zostały zamienione słowami „zwłoki”?

**Odpowiedź 12**

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy dotyczy § 9.

**Pytanie 13**

Pakiet 1, poz. 1-4,9-10

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 ,9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź 13**

Zamawiający nie wydziela z pakietu 1 poz.1-4 ,9-10 do osobnego pakietu.

**Pytanie 14**

Pakiet 1, poz. 5-8

Czy zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze mlecznym?

**Odpowiedź 14**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 15**

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kropłowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kropłowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź 15**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie 16**

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź 16**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie 17**

Pakiet 1, poz. 1



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

### Odpowiedź 17

Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

### Pytanie 18

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

### Odpowiedź 18

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 19

Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> (objętość 3,69 cm<sup>3</sup>)?

### Odpowiedź 19

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 20

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

### Odpowiedź 20

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 21

Pakiet 1, poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

### Odpowiedź 21

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 22





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

### Odpowiedź 22

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 23

Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

### Odpowiedź 23

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 24

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trój płaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 $\mu$ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

### Odpowiedź 24

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 25

Pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

### Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

### Pytanie 26

Pakiet 2, poz. 4-5

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4-5 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

### Odpowiedź 26

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 27

Pakiet 4, poz. 4-7,11,27,35,39-40,42



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Czy zamawiający wydzieli poz.4-7,11,27,35,39-40,42 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

### Odpowiedź 27

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 4 poz.4-7,11,27,35,39-40,42 do osobnego pakietu.

### Pytanie 28

Pakiet 4, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

### Odpowiedź 28

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 29

Pakiet 4, poz. 27

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt.) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

### Odpowiedź 29

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 30

Pakiet 9, poz. 1,3,7

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

### Odpowiedź 30

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 9 poz.1,3,7 do osobnego pakietu.

### Pytanie 31

Pakiet 9, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany w całości z włókny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

### Odpowiedź 31

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 32

Pakiet 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym?

### Odpowiedź 32

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 33

Pakiet 9, poz. 1,3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folię gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

### Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 34

Pakiet 11, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład papier-folia, z perforacją co 70 cm, o wysokości 50 cm, długości 40 m?

### Odpowiedź 34

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 35

Pakiet 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

### Odpowiedź 35

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 36

Pakiet 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

### Odpowiedź 36

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 37

Pakiet 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

### Odpowiedź 37

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 38

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorecznej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

### Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 39

Zadanie nr 1 , poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem BFE o skuteczności 96%?

### Odpowiedź 39

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 40

Zadanie nr 1 , poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający logo na zaciskaczu rolkowym?

### Odpowiedź 40

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 41

Zadanie nr 1 , poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania infuzyjnych z komorą kroplową jednoczęściową?

### Odpowiedź 41

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 42

Zadanie nr 1 , poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły bioreczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

### Odpowiedź 42

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 43

Zadanie nr 1 , poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający logo na zaciskaczu rolkowym?

### Odpowiedź 43

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 44

Zadanie nr 1 , poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z komorą kroplową jednoczęściową posiadającą filtr w komorze kroplowej?

### Odpowiedź 44

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 45

Zadanie nr 1 , poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządu do przetaczania krwi był wolny od ftalanów?

### Odpowiedź 45

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 46

Zadanie nr 1 , poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi bez filtra hydrofobowego na końcu drenu?

### Odpowiedź 46

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 47

Zadanie nr 1 , poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z odpowietrznikiem?

### Odpowiedź 47

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 48

Zadanie nr 1 , poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do infuzji płynów w opakowaniu typu folia?

### Odpowiedź 48

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 49

Zadanie nr 1 , poz. 5-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. Luer z rozszerzoną skalą: 2-2,5 ml ; 5-6 ml;; 20-22 ml ?

### Odpowiedź 49

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 50

Zadanie nr 1 , poz. 5-8

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. Luer z informacją na opakowaniu: wolną od ftalanów, lateksu i PVC?

### Odpowiedź 50

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 51

Zadanie nr 1 , poz. 5-8

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. Luer Nazwą producenta na cylindrze?

### Odpowiedź 51

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 52

Zadanie nr 1 , poz. 5-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej Luer z tłokiem w kontrastującym kolorze mlecznym?

### Odpowiedź 52

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 53



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Zadanie nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki 50/60 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

### **Odpowiedź 53**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 54**

Zadanie nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 50/60 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem?

### **Odpowiedź 54**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### **Pytanie 55**

Zadanie nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?

### **Odpowiedź 55**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 56**

Zadanie nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

### **Odpowiedź 56**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 57**

Zadanie nr 1, poz. 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaworu bezigłowego z 2 drenami o szybkości przepływu 143 ml/min?

### **Odpowiedź 57**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### **Pytanie 58**

dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic: o lepszym poziomie AQL = 1.0, przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1, potwierdzone raportem z badania, rękawice w rozmiarach S-XL. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

### **Odpowiedź 58**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 59**

dotyczy Pakietu nr 16 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic zgodnych z normą EN 455 (1-3), potwierdzone raportem z badań. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

### **Odpowiedź 59**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 60**





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02, mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania normy PN EN 868-2, 4 w przypadku rękawów foliowo-papierowych, gdyż Norma EN 868-2 dotyczy papieru krepowego, a EN 868-4 dotyczy torebek papierowych, nie zaś rękawów papierowo-foliowych.

### **Odpowiedź 60**

Odstępujemy od wymogu spełniania normy PN EN 868-2, 4. Rękawy do sterylizacji mają być zgodne z normą PN EN 868-3,5

### **Pytanie 61**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji prawidłowo oznakowane wyłącznie normami EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2 na linii zgrzewu fabrycznego?

### **Odpowiedź 61**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### **Pytanie 62**

Pakiet nr 4, poz. 6 - Kieliszki do leków plastikowe 30 ml . Op=75 szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków op=90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

### **Odpowiedź 62**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 63**

Zamawiający w pakiecie nr 4, poz. 30 - Pojemniki na preparaty przeznaczone do badania histopatologicznego, szczelne z zakręcaną pokrywką, sztywne, nieprzemakalne, odporne na przekłucie wymaga Pojemność 2,3l- 2,5l.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 2,3l- 2,5l. – wciskanego, pozostałe parametry bez zmian ?

### **Odpowiedź 63**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### **Pytanie 64**

Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 23

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

### **Odpowiedź 64**

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 1 poz. 1,2,23 do oddzielnego pakietu.

### **Pytanie 65**

Pakiet nr 1 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne rozmiar 0,8x40?

### **Odpowiedź 65**

Nie, Zamawiający w pakiecie 1 poz. 19 wymaga rozmiarów igieł iniekcyjnych 0,8x50

### **Pytanie 66**

Pakiet nr 1 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne rozmiar 1,2x40?

### **Odpowiedź 66**

Nie, Zamawiający w pakiecie 1 poz. 21 wymaga rozmiarów igieł iniekcyjnych 1,2x50



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 67

Pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem w zakresie pojemności 5-10ml?

### Odpowiedź 67

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 68

Pakiet nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem w zakresie pojemności 5-10ml lub 30-50ml?

### Odpowiedź 68

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 69

Pakiet nr 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton ze zmrożoną powierzchnią ułatwiającą wprowadzanie?

### Odpowiedź 69

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 70

Pakiet nr 2 pozycja 6-7

Czy Zamawiający oczekuje żelu sterylizowanego parą wodną?

### Odpowiedź 70

Zgodnie z zapisami SIWZ.

### Pytanie 71

Pakiet nr 2 pozycja 6-7

Czy Zamawiający oczekuje żelu w opakowaniu typu Tyvec?

### Odpowiedź 71

Zgodnie z zapisami SIWZ.

### Pytanie 72

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm i długości 50m z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek w górę

### Odpowiedź 72

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 73

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach:

Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylny, chłonności min. 3820ml?

### Odpowiedź 73

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 74

Pakiet nr 13 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona z trokarem ściętym dwupłaszczyznowo z perforacją na długości 15cm?

### Odpowiedź 74

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 75

Pakiet nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, o grubości na palcu  $0,10 \pm 0,01$  mm, na dłoni  $0,08 \pm 0,01$  mm, na mankiecie  $0,06 \pm 0,01$  mm długości min 240 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

### Odpowiedź 75

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 76

Pakiet nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice wewnętrznie chlorowane o grubości na palcu min 0,07 mm, na dłoni min 0,06 mm, na mankiecie min 0,05 mm, z poziomem AQL 1,5?

### Odpowiedź 76

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 77

Pakiet nr 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, o grubości na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,30 mm i na mankiecie 0,20 mm, pakowane a'50szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

### Odpowiedź 77

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 78

Pakiet nr 16, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym, powierzchnią zewnętrzną pokrytą mikroteksturą antypoślizgową, długości zależnej od rozmiaru (od 287 mm do 300 mm) oraz grubości na palcu  $0,20 \pm 0,02$  mm, na dłoni  $0,18 \pm 0,02$  mm i na mankiecie  $0,16 \pm 0,02$  mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

### Odpowiedź 78

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

### Odpowiedź 79

Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 80

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych?



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

### **Odpowiedź 80**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 81**

Dotyczy pakiet 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw spełniający normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,5? Norma EN 868 część 4 dotyczy: Torebki papierowe -- Wymagania i metody badań, co nie jest przedmiotem pakietu 6.

### **Odpowiedź 81**

Rękawy do sterylizacji mają być zgodne z normą PN EN 868-3,5

### **Pytanie 82**

Dotyczy pakiet 6.

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m<sup>2</sup> i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

### **Odpowiedź 82**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 83**

Dotyczy pakiet 6.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

### **Odpowiedź 83**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### **Pytanie 84**

Dotyczy pakiet 6.

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a termokurczliwą folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

### **Odpowiedź 84**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### **Pytanie 85**

Dotyczy pakiet 6.

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

### **Odpowiedź 85**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 86**

Dotyczy zadanie 7.1.





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02, mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier z oświadczeniem o potwierdzeniu szczelności mikrobiologicznej wydanej przez producenta?

### Odpowiedź 86

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 87

Dotyczy zadanie 7.2. – 7.3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę SMS o poniższej charakterystyce:

Opakowanie włókninowe typu SMS:

- przeznaczone do sterylizacji parowej i plazmowej,
- kolor niebieski/ zielony,
- brak naprzemiennego pakowania,
- gramatura 47-55 g/m2?

### Odpowiedź 87

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 88

Dotyczy zadanie 7.5.

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

### Odpowiedź 88

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 89

Dotyczy zadanie 7.8.-7.10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy posiadające zgodność z normami potwierdzona przez producenta?

### Odpowiedź 89

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 90

Dotyczy zadanie 7.11

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

### Odpowiedź 90

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 91

Dotyczy zadanie 7.11

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

### Odpowiedź 91

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 92

Dotyczy zadanie 7.11



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji?

### Odpowiedź 92

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 93

Dotyczy zadanie 7.11

Czy Zamawiający wymaga aby testy dostarczane były w opakowaniu strunowym ułatwiającym przechowywanie, nie przepuszczającym światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?

### Odpowiedź 93

Zamawiający wymaga, aby testy dostarczane były w opakowaniu fabrycznym.

### Pytanie 94

Dotyczy zadanie 7.13.

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności?

### Odpowiedź 94

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 95

Dotyczy zadanie 7.13.

Czy Zamawiający wymaga aby testy dostarczane były w opakowaniu strunowym ułatwiającym przechowywanie, nie przepuszczającym światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?

### Odpowiedź 95

Zamawiający wymaga, aby testy dostarczane były w opakowaniu fabrycznym.

### Pytanie 96

Dotyczy zadanie 7.13.

Czy Zamawiający wymaga, aby test był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

### Odpowiedź 96

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 97

Dotyczy zadanie 7.14.

Czy Zamawiający wymaga aby test mycia był przeznaczone do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych oraz ultradźwiękowych?

### Odpowiedź 97

Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie 98

Dotyczy zadanie 7.14.

Czy Zamawiający wymaga aby substancja wskaźnikowa była koloru ciemnoczerwonego w formie kwadratu i zawierała m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy?

### Odpowiedź 98





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 99

Dotyczy zadanie 7.14.

Czy Zamawiający wymaga aby na teście znajdowały się informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i przydatności.

### Odpowiedź 99

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 100

Dotyczy zadanie 7.14.

Czy Zamawiający wymaga aby testy dostarczane były w opakowaniu strunowym ułatwiającym przechowywanie, nie przepuszczającym światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?

### Odpowiedź 100

Zamawiający wymaga, aby testy dostarczane były w opakowaniu fabrycznym.

### Pytanie 101

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękojeść LED w rozmiarze M o średnicy 28 mm lub w rozmiarze L o średnicy 34 mm- zgodne z normą ISO 7376/3 wraz z tolerancją długości rękojeści +/- 5mm, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymaga SIWZ? Powyższe w żaden sposób nie wpływa merytorycznie na aspekty kliniczne oferowanego wyrobu.

### Odpowiedź 101

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 102

Pakiet 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści opisową instrukcję obsługi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 102

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 103

Pakiet 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści Myjkę do ciała, nasączoną środkiem myjącym, aktywowaną poprzez zwilżenie wodą, wykonaną w całości z poliestru, w wymiarze 17cm x 24,5cm, gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła), wyrób jednorazowy, nie zawiera lateksu, kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części, pakowana po 20 sztuk?

### Odpowiedź 103

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 104

Pakiet 4, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści Myjka rękawica jednorazowa nie wymagająca spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 20cm x 20cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sekund w 700W). Zawierające w składzie m. in. dimetikon, polisorbato 20, chlorheksydyne. Zapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk. Na opakowaniu nadrukowana ilość myjek. Data ważności min. 12 miesięcy. Opakowanie=8 szt.?

### Odpowiedź 104



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 105

Pakiet 4, pozycja 9 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85% (potwierdzone testami dołączonymi do oferty)”?

### Odpowiedź 105

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 106

Pakiet 4, pozycja 9 - Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „pole do opisu daty otwarcia opakowania”?

### Odpowiedź 106

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 107

Pakiet 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści Myjka rękawica jednorazowa, sucha rękawica, myjka jednorazowego użytku celulozowo-włókninowa, wytrzymała, chłonna do codziennej higieny pacjenta, bez podfoliowania w formie rękawicy o wymiarze 21x15,5cm, biała?

### Odpowiedź 107

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 108

Pakiet 4, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści termometry wielorazowe, elektroniczne, bezdotykowe, zakres pomiarowy: 34 – 43°C, dokładność pomiaru +/- 0,30C, pomiar z odległości od czoła pacjenta 5 – 10 cm, funkcja pamięci z ostatnich 12 pomiarów, automatyczny wyłącznik po 30 sekundach bezczynności, wskaźnik wyczerpania baterii?

### Odpowiedź 108

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 109

Pakiet 4, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do mycia rąk o równej długości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 109

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 110

Pakiet 4, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do mycia rąk o równej długości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 110

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 111

Pakiet 4, pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania leków filtrem antybakteryjny 0,2 lub 0,1 mikrona? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 111

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 112

Pakiet 4, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści wciskaną pokrywkę? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 112

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 113

Pakiet 4, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści pojemności:

- 20 ml zamiast 15 ml

- 35 ml zamiast 30 ml

- 50 ml zamiast 60-70 ml?

Pozostałe bez zmian.

### Odpowiedź 113

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 114

Pakiet 4, pozycja 37 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kabel o wymiarach 15x250 cm lub 16x250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 114

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 115

Pakiet 4, pozycja 41 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 41 do osobnego pakietu?

### Odpowiedź 115

Zamawiający nie wydziela z pakietu 4 poz. 41 do osobnego pakietu.

### Pytanie 116

Pakiet 4, pozycja 43 - Czy Zamawiający dopuści kaczkę jednorazowego użytku w formie worka o wymiarach 16x43 cm wyposażonego w wkład żelujący pochłaniający 600 ml płynów, z możliwością jego zamknięcia po użyciu, uniemożliwiając tym samym wylanie moczu. Worek z możliwością stosowania z kaczkami wielorazowego użytku lub samodzielnie, pakowany po 20 sztuk?

### Odpowiedź 116

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 117

Pakiet 4, pozycja 44 - Czy Zamawiający dopuści Koc ogrzewający jednorazowego użytku chroniący przed wyziębieniem. Wymiary produktu: 150 x 220 cm. Specyfikacja techniczna: 2 x włóknina PP 30 g/m kw. + wypełnienie Molton 60 g/m kw.. Kolor: niebiesko-zielony. Produkt pakowany indywidualnie?

### Odpowiedź 117

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 118

Pakiet 10, pozycje 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 118

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 119

Pakiet 10, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści Filtr oddechowy bez wymiennika, elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, przestrzeń martwa do 34 ml, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, masa do 22g, z portem kapno z koreczkiem, mleczny, przezroczysty, opory przepływu 0,6hPa przy 30l/min, opakowanie folia-papier, sterylny?

### Odpowiedź 119

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 120

Pakiet 10, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści Filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME, elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, przestrzeń martwa do 40 ml, okrągły, złącza proste 22M/15F-22M-15M, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,99%, objętość oddechowa 150-1500ml, masa do 29g, wydajność nawilżania przy VT=500ml min. 32,0mg/l H<sub>2</sub>O, z portem kapno z zakręcanym koreczkiem, zielony, na opakowaniu podana objętość oddechowa, nie zawiera latexu i DEPH, sterylny?

### Odpowiedź 120

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 121

Pakiet 10, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści długość 3,05m? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 121

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 122

Pakiet 10, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści balonik z graficznym oznaczeniem rozmiaru? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 122

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 123

Pakiet 10, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści mankiet bez ożebrowania i dodatkowego korpusu, łącznik zdejmowany w kolorze korpusu oraz następujące rozmiary: dla pacjentów o wadze 10-20 kg, dla pacjentów o wadze 20-30 kg, dla pacjentów o wadze 30-50 kg, dla pacjentów o wadze 50-70 kg, dla pacjentów o wadze 70-100 kg? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 123

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 124

Pakiet 10, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści rozmiary 0-5? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 124

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 125

Pakiet 10, pozycja 18 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 18 do osobnego pakietu?

### Odpowiedź 125





## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Zamawiający nie wydziela z pakietu 10 poz. 18 do osobnego pakietu.

### Pytanie 126

Pakiet 10, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści Długa komora 10cm (+/-2cm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 126

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 127

Pakiet 10, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści przedłużkę wykonaną z miękkiego PCV? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź 127

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

### Pytanie 128

Pakiet 10, pozycja 35 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 35 do osobnego pakietu?

### Odpowiedź 128

Zamawiający nie wydziela z pakietu 10 poz. 35 do osobnego pakietu.

### Pytanie 129

Pakiet 10, pozycja 37 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję 37 do osobnego pakietu?

### Odpowiedź 129

Zamawiający nie wydziela z pakietu 10 poz. 37 do osobnego pakietu.

### Pytanie 130

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niepylnego, wysokochłonnego, nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonany z 5 warstw: mocnej, nieprzemakalnej polietylenowej warstwy spodniej w kolorze niebieskim, celulozy, wysokochłonnej warstwy polimerowej i włókniny Spunbond. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 5cm). Wymiary rdzenia chłonnego: 208+/-2,5cm x 50+/-2.5 cm. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianność co najmniej 4l.

### Odpowiedź 130

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 131

Pakiet nr 9, pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu do pielęgnacji chorych z 20-to warstwowym wkładem chłonnym pakowanym a'5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

### Odpowiedź 131

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 132

Pakiet nr 9, pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu do pielęgnacji chorych z 8-mio warstwowym wkładem chłonnym pakowanym a'100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

### Odpowiedź 132

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



# LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

## Pytanie 133

### Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie co najmniej 5-warstwowego podkładu o chłonności 4.500 ml, wymiary całkowite - 100 x 220 cm oraz rdzeń z super absorbentem o wymiarach - 50 x 180 cm?

### Odpowiedź 133

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Odpowiedzi sporządził:

Pytanie 1-4, 13-133 - Jolanta Keklak..... 

Pytanie 5-12 - Joanna Piotrowska..... 

Zatwierdzam:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.