



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 13.12.2018 r.

Znak sprawy ZP.PN.15.2018

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych

Pytanie nr 1

PAKIET 46- Śruby do artrodez

Czy Zamawiający dopuści śruby o długościach od 45mm do 95mm i następujących wymiarach:

- w części dystalnej - 7.3 mm
- rdzeń śruby 5 mm
- gwint w części proksymalnej śruby 8.5 mm.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 2

PAKIET 72 - Zestaw implantów do zabiegów z zakresu chirurgii stopy

Pytanie do poz. 7

W celu uzyskania korzystnej oferty produktowo-cenowej czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie osobnego pakietu dla pozycji nr 7

Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 3

PAKIET 79 - Substytut kości w formie granulatu

Czy Zamawiający dopuści substytut kostny składający się z czystego trójfosforanu wapnia.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian

Odpowiedź 3

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 4

PAKIET 110 - Endoproteza głowy kości promieniowej, bezcementowa

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie:

Cementowa proteza głowy kości promieniowej wykonana ze stopu kobalt – chrom. Endoproteza składająca się z dwóch elementów: głowy bipolarnej o min. 2 średnicach (19 mm i 22 mm) oraz trzpieni z małą głową o min. 2 długościach (55 mm i 60 mm) i min. 2 średnicach (6,5 mm i 8 mm). Trzpień powinien mieć 150 kąt szyjkowo-trzonowy. Proteza dzięki systemowi bipolarnemu powinna umożliwiać zakres ruchu 350



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Odpowiedź 4

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 5

do zadania nr 122

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o określenie ilości śrub blokowanych i korowych wychodzących w skład jednego kompletu (płyta + ilość sztuk śrub blokowanych + ilość sztuk śrub korowych) i oczekiwanych przez Zamawiającego, celem poprawnej wyceny kompletów.

Odpowiedź 5

W skład kompletu wchodzi 1 płyta + do wyboru 10 śrub blokowanych i korowych.

Pytanie 6

do zadania nr 123

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o określenie ilości śrub blokowanych i korowych wychodzących w skład jednego kompletu (płyta + ilość sztuk śrub blokowanych + ilość sztuk śrub korowych) i oczekiwanych przez Zamawiającego, celem poprawnej wyceny kompletów.

Odpowiedź 6

W skład kompletu wchodzi 1 płyta + 4 śruby blokowane, 5 śrub korowych.

Pytanie 7

do zadania nr 124

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o określenie ilości śrub blokowanych i korowych wychodzących w skład jednego kompletu (płyta + ilość sztuk śrub blokowanych + ilość sztuk śrub korowych) i oczekiwanych przez Zamawiającego, celem poprawnej wyceny kompletów.

Odpowiedź 7

W skład kompletu wchodzi 1 płyta + 6 śrub blokowanych, 5 śrub korowych.

Pytanie 8

do zadania nr 125

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o określenie ilości śrub blokowanych i korowych wychodzących w skład jednego kompletu (płyta + ilość sztuk śrub blokowanych + ilość sztuk śrub korowych) i oczekiwanych przez Zamawiającego, celem poprawnej wyceny kompletów.

Odpowiedź 8

W skład kompletu wchodzi 1 płyta + do wyboru 12 śrub blokowanych i korowych.

Pytanie 9

do zadania nr 127

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie drutów Kirschnera w następujących długościach: 0,8mm – 100mm długości; 1,1mm – 100mm długości; 1,6mm – 200mm długości; 2,2mm – 250mm długości.

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

do zadania nr 122,123,124,125,126



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu użyczenia napędów na czas zabiegu.

Odpowiedź 10

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu użyczenia napędów na czas zabiegu.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.