



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 14.09.2021 r.

Znak sprawy ZP.TP.7.2021

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pod nazwą: Cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Pakiet 21 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji przewodu powietrznego o długości 3,7m, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pulsoksymetru o wymiarach 60x34x30mm o ciężarze ok 50g z bateriami, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganej elektrody. Prosimy o podanie typu aparatu, modelu bądź nr katalogowego dotychczas stosowanej elektrody.

Odpowiedź 3

Defibrylator INNOMED. Elektroda do defibrylacji dla dorosłych Nihon Kohden/Arthema Innomed F7955

Pytanie 4

Pakiet nr 1 poz. 3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek trzyczęściowych z tłokiem w kolorze białym ?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza oferowane strzykawki pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 5



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pakiet nr 2 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foley o poniższym opisie ?

- Silikonowa powłoka stanowi barierę pomiędzy lateksową powierzchnią cewnika, a cewką moczową pacjenta, zwiększając stopień zgodności biologicznej
- Duże otwory drenażowe i duże światło przewodu cewnika ułatwiają przepływ moczu
- Gruby lejek zapobiega zapadaniu się przy irygacji
- Wzmocniona końcówka
- Mocne symetryczne baloniki zapobiegają wypadnięciu cewnika
- Przeznaczony do krótkotrwałego użytku
- Wyposażony w zastawkę lateksową
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Sterylny, pakowany podwójnie folia/folia-papier

Cewnik foley występuje w rozmiarach:

- od CH 6 do CH 10 z prowadnicą rozmiar balonu 3 ml / 5 ml długość 270 mm
- od CH 12 do CH 22 rozmiar balonu 5 ml / 10 ml / 30 ml długość 400 mm
- od CH 24 do CH 30 rozmiar balonu 10 ml / 30 ml

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Nelaton o poniższym opisie:

- wykonane z PCW
- powierzchnia satynowa („zmrożona”)
- jednorazowego użytku
- jałowa, sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane – opakowanie foliowe
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika

Cewnik nelaton występuje w rozmiarach:

od CH 6 do CH 24 długość 400 mm

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków do dobowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

Worek o pojemności 2 l z podziałką co 100ml, wykonany z PCV bez zawartości lateksu, drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do cewnika, z poprzecznym zaworem odpływu dennego. Dren o długości 110 cm.

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Pakiet nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków w opakowaniu a=80 szt. z dokładnym przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań ?

Odpowiedź 8



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Pakiet nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie myjki o poniższym opisie:

Jednorazowa rękawica myjąca wykonana z miękkiej włókniny Molton. Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydłony delikatnym, niskopieniącym detergentem przebadanym dermatologicznie. pH 5,5.

Zgrzewanie ultradźwiękowe.

Jakość	Włóknina Molton
Składniki	100% PET (włókna poliestrowe)
Waga	80 g / m ² . ± 5%
Laminowanie	NIE
Tłoczenie	NIE
Mydło	TAK
Kolor	biały
Kolor detergentu	niebieski
Chłonność	750% (7,5-krotność wagi)
Wymiary produktu	23 cm. x 16 cm ± 5%
Rozmiar	Jeden
Okres ważności produktu (okres przydatności do użycia)	36 miesięcy
Okres ważności po otwarciu	1 miesiąc

SKŁADNIKI: Woda, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, Citric Acid, Fragrance, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone, CI 42051

Odpowiedź 9

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązania pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów związanych z czystością mikrobiologiczną.

Pytanie 10

Pakiet nr 4 poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników o poniższych parametrach:

- pojemniki na odpady medyczne posiadają atest PZH.
- są w żółtym lub czerwonym kolorze w zależności od rodzaju zbieranych do nich odpadów.
- zaopatrzone są w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania
- dostępne pojemności: 0,2 l; 0,7 l; 1 l; 2 l; 3,5 l; 5 l; 10 l; 20 l



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

- wykonane z polipropylenu

Wymiary pojemników:

Pojemność (litry)	Wysokość (mm)	Średnica górna/dolna (mm)
10	245	280/235

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 11

Pakiet nr 4 poz. 30a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 30 ml?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12

Pakiet nr 4 poz. 30d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 150 ml z wtykaną pokrywką?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemników z wtykaną pokrywką.

Pytanie 13

Pakiet nr 4 poz. 30e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 500 ml z wtykaną pokrywką?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemników z wtykaną pokrywką.

Pytanie 14

Pakiet nr 4 poz. 30f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 1l z wtykaną pokrywką?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemników z wtykaną pokrywką.

Pytanie 15

Pakiet nr 4 poz. 30g

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 3l z wtykaną pokrywką?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemników z wtykaną pokrywką.

Pytanie 16



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że zamówione produkty powinny być magazynowane i transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tej kwestii. Zamawiający nie zamierza sprawdzać w jaki sposób towar będzie dostarczany.

Pytanie 17

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że na każdy etapie przechowywania lub transportu muszą być przestrzegane przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

Pytanie 18

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu środków transportu. Transport ma się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 19

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?


Odpowiedź 19

Zamawiający informuje, że warunki transportu mają być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 20

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd, który posiada odpowietrznik umiejscowiony jak na rys. poniżej?



Odpowiedź 20

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 21

Pakiet nr 1 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z elastyczną komorą kroplową jednoczęściową.

Odpowiedź 21

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 22

Pakiet nr 1 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez filtra hydrofobowego na końcu drenu. Dren zakończony Końcówką luer lock z zakrętką.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 23

Pakiet nr 1 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź 23

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Pakiet nr 1 poz. 3-6

Proszę o dopuszczenie strzykawek z tłokiem kontrastującym w stosunku do cylindra w kolorze mlecznym.

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów

Pytanie 25

Pakiet nr 1 poz. 3-6

Proszę o dopuszczenie Strzykawek z rozszerzona skalą 2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-22ml.

Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 26

Pakiet nr 1 poz. 7

Proszę o dopuszczenie strzykawki o pojemności 50 ml bez rozszerzonej skali do 60 ml.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Pakiet nr 1 poz. 8

Proszę o dopuszczenie strzykawki o pojemności 100 ml bez rozszerzonej skali do 120 ml.

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28

Pakiet nr 10 poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie masek trójwarstwowych. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź 28

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 29

Pakiet nr 10 poz. 1, 2

Proszę o wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wydziela poz. 1,2 z pakietu 10

Pytanie 30

Pakiet nr 10 poz. 4

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy w kolorze niebieskim wykonanych tylko z folii albo włókniny (a nie z materiału łączonego).

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31

Pakiet nr 10 poz. 5, 6, 8, 10

Proszę o dopuszczenie czepka w kolorze niebieskim.

Odpowiedź 31

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32

Pakiet nr 10 poz. 6

Proszę o dopuszczenie czepka w opakowaniu foliowym.

Odpowiedź 32

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 33

Pakiet nr 10 poz. 7

Proszę o dopuszczenie czepka na troki.

Odpowiedź 33

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 34

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1,3,4:



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną każdorazowo w przypadku nieterminowej dostawy towaru zgodnie z §5 umowy, w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego, którego dotyczy nieterminowa dostawa brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieterminowo dostarczonej dostawy

3. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku niedostarczenia towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów.

4. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku niedokonania wymiany towaru na wolny od wad lub nieuzupełnienia ilości zamówionego towaru stosownie do treści §7 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej lub nieuzupełnionej części zamówienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej lub nieuzupełnionej części zamówienia,

Odpowiedź 34

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ w zakresie §9 ust. 1,3,4

Pytanie 35

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź 35

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ

Pytanie 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź 36

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ w zakresie § 6 ust. 3.

Pytanie 37

Pakiet 1, poz. 3-6

Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?

Odpowiedź 37

Zamawiający dopuszcza proponowany kolor pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie 38

Pakiet 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do pomp, nieperfuzyjna?

Odpowiedź 38

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 39

Pakiet 1, poz. 1-8



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź 39

Zamawiający nie wydziela poz. 1-8 z pakietu 1

Pytanie 40

Pakiet 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75-80 szt.?

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Pakiet 9, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe zbiorcze, a nie kartonik?

Odpowiedź 41

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 42

Pakiet 9, poz. 1,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź 42

Zamawiający nie wydziela poz. 1,4 z pakietu 9.

Pytanie 43

Pakiet 10, poz. 4

Czy zamawiający dopuści pokrowce w całości niebieskie?

Odpowiedź 43

Zamawiający dopuszcza pokrowce w kolorze niebieskim z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 44

Pakiet 10, poz. 5-8,10

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Pakiet 10, poz. 5-10

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe zbiorcze, a nie kartonik?

Odpowiedź 45

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 46

Pakiet 10, poz. 6

Czy zamawiający dopuści czepek w całości z włókniny PP?

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź 46



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie 47

Pakiet 10, poz. 9

Czy zamawiający dopuści włókninę PP, nieperforowaną, przewiewną?

Odpowiedź 47

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie 48

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 m, z perforacją co 80 cm, o gramaturze 24 g/m², folia o grubości 15 +/- 2 µm, 63 szt. odcinków na rolce?

Odpowiedź 48

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 49

Czy zamawiający dopuści inną w/w rolki z przeliczeniem ilości za rolkę-pełne opakowanie handlowe (niepodzielne) z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 49

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 50

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź 50

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 51

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź 51

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 52

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź 52

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 53

Pakiet 12, poz. 2

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź 53

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 54



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pakiet 16, poz. 30,32

Czy zamawiający wydzieli poz.30,32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź 54

Zamawiający nie wydziela poz. 30,32 pakiet 16.

Pytanie 55

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką?

Odpowiedź 55

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 56

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń, gdzie nazwa producenta znajduje się na zacisku rolkowym?

Odpowiedź 56

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 57

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z zaciskiem rolkowym, wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą?

Odpowiedź 57

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 58

Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną w opakowanie typu blister-pack?

Odpowiedź 58

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 59

Pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem w zakresie pojemności 5-10ml?

Odpowiedź 59

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 60

Pakiet nr 2 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z gumową zastawką?

Odpowiedź 60

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 61

Pakiet nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem w zakresie pojemności 5-10ml lub 30ml?

Odpowiedź 61

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 62

Pakiet nr 2 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 11ml?

Odpowiedź 62

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Pakiet nr 4 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 63

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 64

Pakiet nr 4 pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści nerki w op.a300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 64

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 65

Pakiet nr 4 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x22cm?

Odpowiedź 65

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 66

Pakiet nr 4 pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przyklepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź 66

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 67

Pakiet nr 4 pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o długości 220cm?

Odpowiedź 67

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 68



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pakiet nr 4 pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną dla pacjenta wiązaną na troki w pasie oraz przy szyi?

Odpowiedź 68

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 69

Pakiet nr 4 pozycja 39, 41-42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 69

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 70

Pakiet nr 4 pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź 70

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 71

Pakiet nr 4 pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem?

Odpowiedź 71

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 72

Pakiet nr 4 pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze L?

Odpowiedź 72

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 73

Pakiet nr 11 pozycja 7, 8

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź 73

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 74

Pakiet nr 11 pozycja 19

Czy Zamawiający miał na myśli rozciągliwy w zakresie 9-18mm?

Odpowiedź 74

Zamawiający potwierdza, że miał powyższe rozmiary na myśli.

Pytanie 75

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm i długości 50m z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek w górę?

Odpowiedź 75



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 76

Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach:

Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylny, chłonności min. 3820ml?

Odpowiedź 76

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 77

Pakiet nr 13 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a`10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 77

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 78

Pakiet nr 14 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona z trokarem ściętym dwupłaszczyznowo z perforacją na długości 15cm?

Odpowiedź 78

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 79

Pakiet 21

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 18 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź 79

Zamawiający nie wydziela poz. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 18 z pakietu 21.

Pytanie 80

Pakiet 21 poz. 2 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m lub 3m.

Odpowiedź 80

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 81

Pakiet 21 poz. 3 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27cm.

Odpowiedź 81

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 82

Pakiet 21 poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm.

Odpowiedź 82

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 83



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pakiet 21 poz. 9 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m lub 3m.

Odpowiedź 83

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 84

Pakiet 21 poz. 18 prosimy o dopuszczenie

Pulsoksymetr z kolorowym wyświetlaczem OLED (24x13mm) z 4 kierunkami wyświetlania i 1 poziomem jasności, zakres wskazań: (SpO₂: 70-100%(tolerancja błędu +/- 3%), puls: 30-240 BMP, histogram pulsu/widok fal SpO₂. Urządzenie zasilane 2 bateriami (typ AAA), waga z bateriami 60g g. Wymiar 66 × 36 × 33 mm.

Odpowiedź 84

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 85

Pakiet nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź 85

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 86

Pakiet nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź 86

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 87

Pakiet nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści długość 3,05m?

Odpowiedź 87

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 88

Pakiet nr 11 poz. 7-8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu znajdowała się instrukcja użycia?

Odpowiedź 88

Zamawiający nie odstąpi od wymogu. Wymaga opakowania z instrukcją obsługi w języku polskim na opakowaniu.

Pytanie 89

Pakiet nr 11 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier?

Odpowiedź 89



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 90

Pakiet nr 11 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści znak CE umieszczony na opakowaniu zamiast na korpusie?

Odpowiedź 90

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 91

Pakiet nr 11 pozycje 9, 10, 11

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 9, 10, 11 z Pakietu nr 11 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź 91

Zamawiający nie wyłącza poz. 9, 10, 11 z pakietu nr 11

Pytanie 92

Pakiet nr 11 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odpowiedź 92

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 93

Pakiet nr 11 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odpowiedź 93

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 94

Pakiet nr 11 poz. 12-13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu znajdowała się instrukcja użycia?

Odpowiedź 94

Zamawiający nie odstąpi od wymogu. Wymaga opakowania z instrukcją obsługi w języku polskim na opakowaniu.

Pytanie 95

Pakiet nr 11 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz rozciągliwy do 15 cm?

Odpowiedź 95

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 96

Pakiet nr 11 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przedłużkę wykonaną z miękkiego PCV?

Odpowiedź 96

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 97

Pakiet nr 11 poz. 23



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Czy Zamawiający dopuści rurkę z kolorystycznym kodowaniem rozmiaru, natomiast z liczbowym na opakowaniu?

Odpowiedź 97

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 98

Pakiet nr 11 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści produkt zawierający śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź 98

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 99

Pakiet nr 11 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odpowiedź 99

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 100

Pakiet nr 11 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH 24 – 5,00 mm/8,00 mm?

Odpowiedź 100

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 101

Pakiet nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wielorazowe zarówno jedno jak i dwuelementowe w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź 101

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie przy spełnieniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie 102

Pakiet nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurę dodatkową o długości 120 cm?

Odpowiedź 102

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 103

Pakiet nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału EVA?

Odpowiedź 103

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 104

Pakiet nr 19 poz. 5-6

Zwracamy się z prośbą o wskazanie do jakiego ssaka asortyment jest wymagany w pozycjach 5 i 6?

Odpowiedź 104

Ssak typu Vacssax.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 105

Proszę o informację, czy w pakiecie 10 w pozycji 9 i 10 wykonawca, jako jednostkę miary ma na myśli sztuki czy opakowania.

Odpowiedź 105

Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 9 i 10 miał na myśli sztuki.

Odpowiedzi udzielił:

Jolanta Keklak Pytania 1-15,20-33,37-105 *Keklak*

Joanna Piotrowska Pytania 16-19, 34-36..... *Piotrowska*

Magdalena Gąsior - Strzełińska Pytanie 1-15,20-33,37-105 *M. Gąsior-Strzełińska*

Sporządził: Joanna Piotrowska..... *Piotrowska*

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.