LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII
im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1 REGON 000290630 tel.: 68 475 06 01 http://www.loro.pl
66-200 Świebodzin NIP 9271938119 fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 25.02.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.2.2020

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa łóżek szpitalnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

Pytanie 1
Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o podstawie pantografowej podpierające leże w minimum 6 punktach co również gwarantuje doskonałą stabilność leża?
Odpowiedź 1
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2
Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w których wolna przestrzeń między podłożem a całym podwoziem wynosi 150mm? Jest to parametr jednie o 10mm mniejszy od wymaganego i nie będzie miał w pływu na utrudnienie przejazdu łóżkiem przez progi, czy też wjazdu do dźwigów osobowych?
Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3
Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850mm przy szerokości całkowitej 980mm? Powyższe wymiary uwarunkowane są z normami europejskimi dotyczącymi łóżek a zwłaszcza minimalnych odległości pomiędzy leżem a barierkami, które związane są z bezpieczeństwem pacjenta i nie dopuszczeniem do powstania incydentu medycznego w postaci zakleszczenia jakiegokolwiek elementu ciała pacjenta prowadzącego do urazu?
Odpowiedź 3
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 4
Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości leża w zakresie 400-800mm +/-10mm?
Odpowiedź 4
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości leża w zakresie 460-860mm +/-10mm?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterowania bez przycisku świadomego użycia?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 7

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterowania z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych w postaci przezroczystej klapki?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 8

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterowania nieumożliwiający dowolne zaprogramowanie pozycji?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 9

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterowania niewyposażonym we wskaźniki naładowania akumulatora i podłączenia do sieci?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV nieodejmowane?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20cm z mechanizmami zwalniającymi umieszczonymi pod ramą leża? Mechanizm umieszczony w ten sposób utrudnia dostęp osób niepowołanych do ustawiania powyższej funkcji, co wiąże się przede wszystkim z bezpieczeństwem pacjenta.

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami, w których górna porzeczka szczytu wykonana jest ze stali węglowej malowanej proszkowo, natomiast uchwyty do zawieszania

kul łokciowych przymocowane są do płyty HPL w jej górnej części, co zapewnia równie dobrą funkcjonalność uchwytów oraz wygodę pacjentów?

Odpowiedź 12

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe malowane proszkowo niezintegrowane ze szczytami chroniące pacjenta na ¾ długości ciała, uzupełnione o metalowy protektor chroniący pozostałą ¼ długość ciała pacjenta (protektor otwieralny i łatwo demontowalny)?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 14

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami niewyposażonymi w tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na całej długości barierek? Barierki nie wystają poza odbojniki w związku z powyższym nie istnieje potrzeba dodatkowej ich ochrony, czy też ochrony ścian?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli o maksymalnym obciążeniu 5kg?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 16

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy 2 segmentach umiejscowione w ten sposób, że nie ma możliwości przypadkowe uszkodzenia kończyn przez pacjenta?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 17

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 18

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podwójną ramę wyciągową, w której wszystkie belki (porzeczne, wzdłużne i pionowe) mają średnicę 25mm przy grubości ścianki rury 2mm?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 19

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści podwójną ramę wyciągową niewyposażoną w siatkę do zawieszania podwieszek?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 20
Zadanie 1. Czy Zamawiają dopuści łóżko wyposażone w materac szpitalny o grubości 10 cm?
Odpowiedź 20
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 21
Zadanie 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne o regulacji segmentu uda w zakresie 0o – 40o?
Odpowiedź 21
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 22
Zadanie 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne bez funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
Odpowiedź 22
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 23
Zadanie 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne bez autoregresji oparcia pleców?
Odpowiedź 23
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 24
Zadanie 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne o bezpiecznym obciążeniu 200kg?
Odpowiedź 24
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 25
Zadanie 2. Czy Zamawiają dopuści łóżko hydrauliczne wyposażone w materac szpitalny o grubości 10 cm?
Odpowiedź 25
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 26
Zadanie 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów z 6 kolorów?
Odpowiedź 26
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27
Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne o regulacji segmentu uda w zakresie 0o – 40o?
Odpowiedź 27
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28

Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne bez funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
Odpowiedź 28
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 29
Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne bez autoregresji oparcia pleców?
Odpowiedź 29
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 30
Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne o bezpiecznym obciążeniu 200kg?
Odpowiedź 30
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 31
Zadanie 3. Czy Zamawiają dopuści łóżko hydrauliczne wyposażone w materac szpitalny o grubości 10 cm?
Odpowiedź 31
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 32
Zadanie 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów z 6 kolorów?
Odpowiedź 32
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2100mm +/- 10mm?
Odpowiedź 33
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wymiary leża wózka i materac o wymiarach 1900x630mm +/- 10mm?
Odpowiedź 34
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 35
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek z wysokością regulowaną nożnie z pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 620 – 920mm +/- 10mm?
Odpowiedź 35
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą pompy hydraulicznej?
Odpowiedź 36
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 37
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych za pomocą pedałów nożnych dostępnych z boków wózka?
Odpowiedź 37
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 38
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem czterosegmentowym?
Odpowiedź 38
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w dwie listwy aluminiowe z uchwytami po obu stronach łóżka?
Odpowiedź 39
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 40
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku?
Odpowiedź 40
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 41
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe jednoosiowe?
Odpowiedź 41
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 42
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki zbudowane z aluminium, stali węglowej i tworzywa sztucznego, o długości 1500mm i wysokości 205mm powyżej leża, składające się z jednej porzeczki podłużnej i pięciu pionowych, niewyposażone w listwę odbojową, spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52?
Odpowiedź 42
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 43
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 4 cm?
Odpowiedź 43
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 44
Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażone w piąte dodatkowe koło ułatwiające jego manewrowaniem?
Odpowiedź 44
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII
im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin
REGON 000290630
NIP 9271938119
tel.: 68 475 06 01
fax: 68 475 06 02,
http://www.loro.pl
mail: lco@loro.pl

Zadanie 4. Czy Zmawiający dopuści wózek z podstawą wózka osłoniętą obudową tworzywową z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową z gazem bez zabezpieczającego paska z zapięciem na rzepy?

Odpowiedź 45

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 46

Zadanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek z osłoną podwozia niedemontowalną?

Odpowiedź 46

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Sporządził: Jolanta Keklak……

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.