



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 http://www.loro.pl
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 14.05.2020 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa myjni dezynfektora, myjni do kaczek i basenów oraz ogrzewacza pacjenta dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. Sprawa nr ZP.PN.4.2020

Działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu w następujący sposób:

Dotychczasową treść : Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Myjnia do kaczek i basenów 1 szt. – Zadanie 2, załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający modyfikuje w następujący sposób:

Pkt 4 wykreśla

Pkt 34 wyrażenie „dwulinijkowy wyświetlacz” zastępuje sformułowaniem” wielolinijkowy wyświetlacz”

Pkt 40 wykreśla

Treści wprowadzonych wyżej modyfikacji są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zadania nr 2

Sporządził: Joanna Piotrowska...

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.