



# LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02, mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Świebodzin, 14.12.2018 r.

Znak sprawy ZP.PN.15.2018

## WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy przetargu nieograniczonego:** Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych

### Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 31 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem przynasadowym i artykulacją ceramika/poli dopuści: bez zachowania pierwotnych parametrów, trzpień przynasadowy, anatomiczny, w części proksymalny pokryty hydroksyapatytem, dostępny w 16 rozmiarach i dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni opcjonalnie trzpień krótki, bezcementowy, anatomiczny, przynasadowy, tytanowy, kołnierkowy z możliwością usunięcia kołnierza śródoperacyjnie, dostępny w dwóch wersjach krzywizny w płaszczyźnie przednio-tylnej oraz dwóch wersjach kąta szyjkowego 126° i 117°, dostępny w co najmniej 5 rozmiarach oraz panewkę bezcementową, press-fit, pokrytą porowatą tytanem, napyłaną hydroksyapatytem w rozmiarach 44-62mm, panewka posiada także otwory do dodatkowej stabilizacji śrubami, opcjonalnie dostępna wersja z gwintem na obrzeżu lub panewka napyłana hydroksyapatytem, w rozmiarach od 46 do 68 mm, z wcięciem mediocaudalnym chroniącym mięśnie i nerw udowy oraz zwiększającym zakres ruchu, śruby o średnicy 6,5mm i długościach 20-60mm, wkład polietylenowy standardowy lub okapem o średnicy wewnętrznej 28,32 i 36 mm, głowa ceramiczna w rozmiarach 28,32 i 36mm w minimum trzech długościach szyjki ?

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 2

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 34 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem anatomicznym i artykulacją metal/poli hypoalergiczny dopuści: bez zachowania pierwotnych parametrów, trzpień przynasadowy, anatomiczny, w części proksymalny pokryty hydroksyapatytem, dostępny w 16 rozmiarach i dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni opcjonalnie trzpień krótki, bezcementowy, anatomiczny, przynasadowy, tytanowy, kołnierkowy z możliwością usunięcia kołnierza śródoperacyjnie, dostępny w dwóch wersjach krzywizny w płaszczyźnie przednio-tylnej oraz dwóch wersjach kąta szyjkowego 126° i 117°, dostępny w co najmniej 5 rozmiarach oraz panewkę bezcementową, press-fit, pokrytą porowatą tytanem, napyłaną hydroksyapatytem w rozmiarach 44-62mm, panewka posiada także otwory do dodatkowej stabilizacji śrubami, opcjonalnie dostępna wersja z gwintem na obrzeżu lub panewka napyłana hydroksyapatytem, w rozmiarach od 46 do 68 mm,



# LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

z wcięciem mediocaudalnym chroniącym mięśnie i nerw udowy oraz zwiększającym zakres ruchu, śruby o średnicy 6,5mm i długościach 20-60mm, wkład polietylenowy standardowy lub okapem o średnicy wewnętrznej 28,32 i 36 mm, głowa metalowa w rozmiarach 28,32 i 36mm w minimum czterech długościach szyjki ?

## Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

## Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 35 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem nieanatomicznym i artykulacją metal/poli dopuści: bez zachowania pierwotnych parametrów, trzpień udowy, bezcementowy, prosty, pokryty porowatym tytanem na całej długości, opcjonalnie dopylany hydroksyapatytem, dostępny w 11 rozmiarach w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7mm offsetem oraz panewkę bezcementową, press-fit, pokrytą porowatym tytanem, napyłaną hydroksyapatytem w rozmiarach 44-62mm, panewka posiada także otwory do dodatkowej stabilizacji śrubami, opcjonalnie dostępna wersja z gwintem na obrzeżu obrzeżu lub panewka napyłana hydroksyapatytem, w rozmiarach od 46 do 68 mm, z wcięciem mediocaudalnym chroniącym mięśnie i nerw udowy oraz zwiększającym zakres ruchu, śruby o średnicy 6,5mm i długościach 20-60mm, wkład polietylenowy standardowy lub okapem o średnicy wewnętrznej 28,32 i 36 mm, głowa metalowa w rozmiarach 28,32 i 36mm w czterech długościach szyjki ?

## Odpowiedź 3

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.