

Świebodzin, 25.02.2019 r.

Znak sprawy ZP.PN.2.2019

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 4.

Po przeanalizowaniu parametrów zawartych w OPZ dotyczącym zadania nr 4 w/w postępowania, stwierdzamy, iż opis dotyczy wyłącznie jednego modelu urządzenia produkcji CISA, model P-640, dystrybuowany przez firmę Sterimed w Warszawie. W związku z rażącym i oczywistym naruszeniem PZP wnosimy o dopuszczenie sprzętu równoważnego do postępowania o parametrach podstawowych wymaganych przez Zamawiającego, tj. max. wymiary zewnętrzne i pojemność 4 STE.

Odsyłamy do największej bazy w Polsce urządzeń medycznych - strony Medipment, gdzie oprócz modelu CISA nie ma żadnego urządzenia spełniającego opis parametrów technicznych w SIWZ.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisie technicznym sterylizatora, którego zakup dotyczy nie używa nazw własnych ani żadnych parametrów jednoznacznie wskazujących na konkretne rozwiązanie. Jedynie ze względu na potrzebę przeniesienia posiadanego sterylizatora została podana nazwa modelu posiadanego sterylizatora. Zamawiający nie zastrzegł w żadnym punkcie że oferowane urządzenie musi być tego samego producenta czy w jakikolwiek sposób kompatybilne z posiadanym urządzeniem. Zamawiający mając na uwadze swoje specyficzne potrzeby jako podmiot, który świadczy usługi medyczne oraz możliwości technologiczne w miejscu instalacji a w tym ograniczenia wymiarowe i mediów istniejących precyzuje wymagania w sposób maksimum, minimum oraz podając zakresy co wprost dowodzi możliwość zaoferowania różnych rozwiązań równoważnych ale umożliwiających zamawiającemu korzystanie z urządzenia zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem i indywidualnymi potrzebami.

Zamawiający odpowiadając na pytanie, które jest nieprecyzyjne nie wyraża zgody na zaoferowanie dowolnego sterylizatora o pojemności 4 jednostek wsadu. Prosimy podać konkretne parametry techniczne, które oferent chce zaproponować jako równoważne i do których zamawiający ustosunkuje się. Zgodnie z wiedzą zamawiającego wymagane parametry spełnia co najmniej kilka sterylizatorów parowych np. pojemność komory 310 ± 5 litrów – model Sterivap 666-2 firmy MMM(314I), T-max 4 firmy Tuttnauer (310I), HST 469 firmy Zirbus (305I).



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Jednocześnie z wiedzy zamawiającego urządzenia firmy CISA są oferowane przez co najmniej dwóch dystrybutorów w Polsce.

Pytanie 2

Zadanie nr 1, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga kpl w którego skład wchodzi: optyka, płaszcz, obturator, czy kpl w którego skład wchodzi: 2x optyka, 2x płaszcz, 2x obturator.

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga kpl. w skład którego wchodzi: 1x optyka, 1x płaszcz, 1x obturator.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.