



# LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1  
66-200 Świebodzin

REGON 000290630  
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01    <http://www.loro.pl>  
fax: 68 475 06 02,    mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Świebodzin, 10.12.2018 r.

Znak sprawy ZP.PN.16.2018

## WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy przetargu nieograniczonego:** Cykliczne dostawy leków, środków odurzających i substancji psychotropowych i materiałów opatrunkowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o. w Świebodzinie

### Pytanie nr 1

Pakiet 3, poz. 2-4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II areg.7.

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

### Pytanie 2

Pakiet 3, poz.9

Czy zamawiający wymaga gazy w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

### Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 3

Pakiet 3, poz.9

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

### Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 4

Pakiet 3, poz. 15-18

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

### Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 5

Pakiet 3, poz. 26

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

### Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Lubuskie Centrum Ortopedii  
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1  
66-200 Świebodzin

REGON 000290630  
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01    <http://www.loro.pl>  
fax: 68 475 06 02,    mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 6

Pakiet 3, poz. 28-29

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

### Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 7

Pakiet 3, poz. 28-29

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

### Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 8

Pakiet 3, poz. 28-29

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

### Odpowiedź 8

Zamawiający nie wymaga.

### Pytanie 9

Pakiet 3, poz. 28-29

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

### Odpowiedź 9

Zamawiający nie wymaga.

### Pytanie 10

Pakiet 3, poz. 1-18,26,28-30

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-18,26,28-30 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie



## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02, mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

### **Odpowiedź 10**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.