

Świebodzin, 17.12.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.23.2020

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy leków, środków odurzających i substancji psychotropowych, materiałów opatrunkowych i koców do ogrzewacza dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o. w Świebodzinie

Pytanie 1

Pakiet nr 3, Pozycje 2-4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy poprzez dodanie poniższego zapisu:

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Pakiet nr 3, Pozycja 30. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości zadania i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców? Wymieniony produkt został wycofany z oferty.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Pytanie 3

Pakiet nr 3, Pozycja 31. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń o składzie:

- 1 x nieprzyklepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm
- 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 6 x tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejona, zapakowany 7,2 cm x 5 cm

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Pakiet nr 4, Pozycje 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.

- Pozycja 1 – 3 opakowania
- Pozycja 2 – 10 opakowań
- Pozycja 3 – 30 opakowań?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Pakiet nr 4, Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6,5 x 10 cm?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Pyt. 1. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 15

Czy zamawiający dopuści złożenie w pozycji nr 15 oferty na lek Betadine o stężeniu 10% według CHPL i Ulotki jak w załączeniu?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 7

Pyt. 2. Dotyczy pakietu nr 2, poz. 15

Czy w celu uzyskania oferty korzystnej cenowo, po cenach producenta, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 15?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 8

Pakiet 9



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.


ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01
fax: 68 475 06 02,

<http://www.loro.pl>
mail: lco@loro.pl

Poz. 1, Prosimy o dopuszczenie rozm. 192 x 57 mm




Prosimy o dopuszczenie koca z możliwością zamocowania przy pomocy troków
Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia kompatybilności przez producenta koca

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 9

Poz. 2, Prosimy o dopuszczenie rozm. 192 x 180 mm



Prosimy o dopuszczenie koca z możliwością zamocowania przy pomocy troków
Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia kompatybilności przez producenta koca

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Pakiet 9 pkt 1 i pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści koc kompatybilny z ogrzewaczem Mistral Air Plus potwierdzony przez producenta?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 11

Pakiet 9 pkt 1 – Czy Zamawiający dopuści koc na górną część ciała o wym. 195 cm x 64 cm?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12

Pakiet 9 pkt 1 – Czy Zamawiający dopuści koc na górną część ciała Wielopozycyjny o wym. 198 cm x 80 cm?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 13

Pakiet 9 pkt 2 – Czy Zamawiający dopuści koc do zabiegów chirurgicznych na całe ciało z



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

dostępem operacyjnym o wym. 210 cm x 120 cm?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 14

Pakiet 9 pkt 2 – Czy Zamawiający dopuści koc z możliwością podłączenia rury tylko z jednej strony (od dołu pacjenta)?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 sztuk z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, czyli 13 opakowań po 12 sztuk?

Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Pakiet 3, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie o długości 9,14m?

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 sztuk z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, czyli 61 opakowań po 6 sztuk?

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 sztuk z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, czyli 17 opakowań po 12 sztuk?

Odpowiedź 18

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100mb, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 20



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01
fax: 68 475 06 02,

<http://www.loro.pl>
mail: lco@loro.pl

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

Pakiet 3, pozycja 19-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 22

Pakiet 3, pozycja 19-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a' 1szt?

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

Pakiet 3, pozycja 19-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 24

Pakiet 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a' 12szt z przeliczeniem zamawianej ilości, czyli 1000 opakowań po 12 sztuk?

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Pakiet 3, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a' 6szt z przeliczeniem zamawianej ilości, czyli 2667 opakowań po 6 sztuk?

Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 26

Pakiet 3, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a' 20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości, czyli 150 opakowań po 20 sztuk?

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Pakiet 3, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej w rolce pakowane 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości, czyli 840 opakowania?

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Pakiet 3, pozycja 28-29

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy wykonany z 70-80% przędzy poliamidowej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź 28

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 29

Pakiet 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości w stanie swobodnym 4,0-6,5cm?

Odpowiedź 29

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 30

Pakiet 3, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości w stanie swobodnym 8,0-14,0cm?

Odpowiedź 30

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 31

Pakiet 3, pozycja 28-29

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 31

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 32

Pakiet 3, pozycja 28-29

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 1m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 32

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 33

Pakiet 3, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zawierający:

- serweta chirurgiczna 50 cm x 50 cm 2-warstwowa
- tupfer gazowy bez nitki rtg 17N 30 cm x 30 cm
- kompres z gazy 17N 12 W 7,5 cm x 7,5 cm
- chwytak plastikowy do tamponów 14 cm?

Odpowiedź 33

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 34

Pakiet 4, pozycja 5-11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 34

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Pytanie 35

Pakiet 4, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Pakiet 4, pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bawełniany impregnowany parafiną?

Odpowiedź 36

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 37

Pakiet 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź 37

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 38

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku mocującego w rozmiarze 2cm x 3m? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostaw na cito w terminie 24 godzin dla pakietu 6 i 7, gdyż nie są to wyroby ratujące życie?

W przypadku odpowiedzi negatywnej czy Zamawiający wydłuży ten okres do 48 godzin.

Odpowiedź 39

Zamawiający wydłuża okres dostaw na cito do 48 godzin.

Pytanie 40

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej – tzn. faktury w formacie pdf? Nie jesteśmy hurtownią farmaceutyczną i nie mamy możliwości przesłania faktury w innym formacie dokumentu elektronicznego.

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Pakiet 3, poz. 5-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 41

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42

Pakiet 3, poz. 19-22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej, która nawinięta jest na trzpień w formie tulei wykonanej z tworzywa sztucznego z otworami (perforacją) w celu równoległego i bardzo szybkiego namoczenia opaski, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 42

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 43

Pakiet 3, poz. 23-24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski podgipsowej w opakowaniu a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 43

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 44

Pakiet 3, poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wyposażonej dodatkowo w nitkę RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Pakiet 3, poz. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a2x500 szt. z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź 45

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 46

Pakiet 3, poz. 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego poliuretanowo-poliamidowego o szerokości 5,0cm-6,5cm oraz długości 10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 46

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 47

Pakiet 3, poz. 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego poliuretanowo-poliamidowego o szerokości min. 14cm oraz długości 10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 47

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 48

Pakiet 3, poz. 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kompres z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5 cm - 5szt.
- tuffer z gazy 17N 20 x 20 cm - 3 szt.



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01
fax: 68 475 06 02,
<http://www.loro.pl>
mail: lco@loro.pl

- serweta SMS 40 x 45 cm - 1 szt.
- pęseta plast. anatomiczna 13 cm - 1 szt.

Odpowiedź 48

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 49

dot. treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy odbywały się w godzinach od 7.30 do 15.00 (§ 5 ust. 2)?

Odpowiedź 49

Zamawiający nie zmienia wzoru treści umowy (§ 5 ust. 2).

Pytanie 50

dot. treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” (§ 9 ust. 1)?

Odpowiedź 50

Zamawiający nie zmienia wzoru treści umowy (§ 9 ust. 1).

Pytanie 51

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 3
Czy Zamawiający zrezygnuje z tak wygórowanej kary umownej w przypadku niedostarczenia towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem?
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o zmianę wysokości kary na 2% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów.

Odpowiedź 51

Zamawiający zmienia wysokość kary na 5 % dotyczy projektu umowy § 9 ust. 3

Pytanie 52

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 4
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis na:
„Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku niedokonania wymiany towaru na wolny od wad lub niezuzupełnienia ilości zamówionego towaru stosownie do treści §7 umowy w wysokości 2% wartości brutto wadliwej lub niezuzupełnionej części zamówienia.”

Odpowiedź 52

Zamawiający zmienia wysokość kary na 5 % dotyczy projektu umowy § 9 ust. 4

Pytanie 53

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 5
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis na:
„Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto tj. wartości określonej w § 2 ust. 1 pomniejszonej o sumę należności wynikającą z wystawionych przez Dostawcę i zapłaconych przez Zamawiającego faktur, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.”

Odpowiedź 53

Zamawiający zmienia zapis na, dotyczy projektu umowy § 9 ust. 5
„Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto tj. wartości określonej w § 2 ust. 1 pomniejszonej



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 http://www.loro.pl
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

o sumę należności wynikającą z wystawionych przez Dostawcę i zapłaconych przez Zamawiającego faktur, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

Pytanie 54

Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 6

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis na:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy tytułem kary umownej 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto tj. wartości określonej w § 2 ust. 1 pomniejszonej o sumę należności wynikającą z wystawionych przez Dostawcę i zapłaconych przez Zamawiającego faktur, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).”

Odpowiedź 54

Zamawiający zmienia zapis na, dotyczy projektu umowy § 9 ust. 6

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy tytułem kary umownej 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto tj. wartości określonej w § 2 ust. 1 pomniejszonej o sumę należności wynikającą z wystawionych przez Dostawcę i zapłaconych przez Zamawiającego faktur, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).”

Odpowiedzi udzielił:

Pytanie 6,7 Anna Nikody

Pytania 8-14 Magdalena Gąsior

Pytanie 1-5, 15-38, 41-48 Jolanta Keklak

Pytanie 39,40,49,50-54 Joanna Piotrowska

Sporządził:

Joanna Piotrowska

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.