



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 12.11.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.17.2020

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 10.11.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa stołu operacyjnego, urządzenia do bezkontaktowej iluminacji naczyniowej, sterylizatora plazmowego oraz łóżek szpitalnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania wyjaśnień treści SIWZ przekazanych wykonawcom w dniu 10.11.2020. Zakres sprostowania obejmuje treść pytania 6:

Dotychczasową treść:

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści komorę z aluminium? (Materiał posiada o wiele lepsze właściwości odporności chemicznej na H₂O₂ oraz szybsze nagrzewanie i rozpoczęcie cyklu)

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zastępuje się treścią:

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści komorę z aluminium? (Materiał posiada o wiele lepsze właściwości odporności chemicznej na H₂O₂ oraz szybsze nagrzewanie i rozpoczęcie cyklu)

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Sporządził:

Joanna Piotrowska.....


Zatwierdza:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.
