

Świebodzin, 13.11.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.17.2020

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENÍ ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 10.11.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa stołu operacyjnego, urządzenia do bezkontaktowej iluminacji naczyniowej, sterylizatora plazmowego oraz łózek szpitalnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania wyjaśnień treści SIWZ przekazanych wykonawcom w dniu 10.11.2020. Zakres sprostowania obejmuje treść pytania 22 i 23:

Dotychczasową treść:

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko ze szczytami odejmowanymi, z wypełnieniem z płyty hpl montowanym na stałe?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 410 – 810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Zastępuje się treścią:

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko ze szczytami odejmowanymi, z wypełnieniem z płyty hpl montowanym na stałe?

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 410 – 810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź 23

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2020 r.



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Sporządził:

Joanna Piotrowska.....

Zatwierdza:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.
