LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII
im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1 REGON 000290630 tel.: 68 475 06 01 http://www.loro.pl
66-200 Świebodzin NIP 9271938119 fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 24.03.2021 r.

Znak sprawy ZP.TP.1.2021

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pod nazwą: Cykliczne dostawy zestawów operacyjnych, odzieży chirurgicznej i preparatów do leczenia ran dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Pakiet nr 6
Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety chirurgicznej dwuwarstwowej polipropylen + polietylen o wymiarach 75 x 90 cm, o gramaturze min. 55g/m2 gdzie warstwa PP ma 30g/m2 i folia PE 25g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH2O?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2
Pakiet nr 6
Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej polipropylen + polietylen o wymiarach 150 x 175 cm, o gramaturze min. 55g/m2 gdzie warstwa PP ma 30g/m2 i folia PE 25g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH2O?
Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 3
Pakiet nr 6
Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o wymiarach 25 x 80 cm o gramaturze min. 55g/m2 gdzie włóknina polipropylenowa posiada gramaturę min. 30g/m2 oraz folia polietylenowa min 21µm, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro min. 125kPa?
Odpowiedź 3
Zamawiający dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 4
Pakiet nr 6
Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm o gramaturze min. 55g/m2 gdzie włóknina polipropylenowa posiada

gramaturę min. 30g/m2 oraz folia polietylenowa min 21μm, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro min. 125kPa?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 5

Pakiet nr 6

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy lepnej wykonanej z włók-niny poliestrowej o gramaturze min. 68g/m2, w rozmiarze 10 x 50 cm?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 6

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści: Fartuchy są wykonane z włókniny poliestrowo-celulozowej. Zastosowana włóknina bawełnopodobna zapewnia wysoki komfort pracy, związany ze zwiększoną oddychalnością materiału. Fartuch jest luźny, szeroki, umożliwia dokładne okrycie sylwetki chirurga. fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny poliestrowo - celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2, rękaw zakończony niepylącym mankietem poliestrowym o długości min. 8 cm, rękawy typu reglan, szwy bieliźniane, zapięcie pod szyją na rzep, kartonik do podtrzymywania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na "brudno", a następnie na "czysto", złożenie w sposób " book folded" ułatwiający samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny. Odporność na przenikanie cieczy min 23,2 cm H2O, paroprzepuszczalność na poziomie min. 3092 g/m2/24h. Wytrzymałośc na wypychanie na sucho 398 kPA, na mokro 414 kPa, czystość pod względem cząsteczek stałych min. 3,3 IPM, pylenie min. 3,7 log10, czystość mikrobiologiczna min. 68cfu/dm3 I klasa palności wg. metody badań 16 CFR 1610

Pakowane w opakowanie foliowo-papierowe zgodne z normami PN-EN ISO 11607-1, 2 i PN-EN 868 - 5;owijane w papier krepowany-dodatkowe zabezpieczenie (zgodne z PN EN 868-2). Dodatkowe serwetki (40 x 20 cm) wykonane z niepylącej i chłonnej włókniny. Etykieta typu TAG - 4 odklejane nalepki do dokumentacji medycznej

Długość fartucha M - 130 cm, L - 140 cm, XL - 150 cm, XXL - 165 cm. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Ogromnym plusem fartucha chirurgicznego jest to, że włóknina posiada odporność na działanie środków z zawartością alkoholu.

Fartuchy są zgodne z normą EN 13795.

Odpowiedź 6

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego.

W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 7

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści: Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68g/m2 wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze 40 ± 3 g/m². Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Kartonik do podtrzymywania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na "brudno", a następnie na "czysto", złożenie w sposób " book folded" ułatwiający samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Wytrzymałość na wypychanie na sucho dla powierzchni krytycznych 401 kPA, na mokro 415 kPa. czystość pod względem cząsteczek stałych min. 3,0 IPM, pylenie min. 3,5 log10, czystość mikrobiologiczna min. 68cfu/dm3, I klasa palności wg. metody badań 16 CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 224 cmH2O, mniej krytycznej min. 23,2cmH2O. Paroprzepuszczalność 4080 g/m2/24h. Pakowane w opakowanie foliowo-papierowe zgodne z normami PN-EN ISO 11607-1, 2 i PN-EN 868 - 5;owijane w papier krepowany-dodatkowe zabezpieczenie (zgodne z PN EN 868-2). Dodatkowe serwetki (40 x 20 cm) wykonane z niepylącej i chłonnej włókniny. Etykieta typu TAG - 4 odklejane nalepki do dokumentacji medycznej . Fartuch bez lateksu. Sterylizacja tlenkiem etylenu. RozmiaryM-130, L-140, XL-150, XXL-165. Termin ważności 5 lat.

Odpowiedź 7

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego.
W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 8

Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego kompletu wykonanego z miękkiej antystatycznej, niepylącej, oddychającej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2, składającego się z bluzy i spodni:
- bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic z 3 kieszeniami – jedna na piersi i dwie na dole bluzy, dół bluzy ma zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki,
- spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie,

Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu.
Komplet dostępny w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach, dostępne w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu.
Ubranie o wytrzymałości na wypychanie min. 138 kPa, czystość pod względem cząsteczek stałych 2,7 IPM, pylenie 2,8 log10.
Wyroby zgodne w pełnym zakresie z normą PN EN 13795.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 9
Pakiet 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O?
Odpowiedź 9
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10
Pakiet 6, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 73 g/m2, o wymiarach 240 x 180 cm, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 191cmH2O
Odpowiedź 10
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11
Pakiet 6, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 80 x 45 cm wykonaną z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 218/130kPa
Odpowiedź 11
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12
Pakiet 6, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 120 x 37 cm, wykonaną z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (gramatura min. 56g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 150/150kPa
Odpowiedź 12
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13
Pakiet 6, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 50 x 9 cm, z włókniny spunlace (poliester, wiskoza), adhezja do płytki stalowej pod kątem 180* ≥ 20 N/25mm?
Odpowiedź 13
Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego.
W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 14
dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze numeru umowy, której dotyczy (§ 6 ust. 5)?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie 15

dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości zamówienia częściowego, którego dotyczy nieterminowa dostawa brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia" zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki"?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §9 ust. 1 słowa „opóźnienia" zostały zamienione słowami „zwłoki"?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c."

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Zestaw do artroskopii kolana
Pakiet 1, pozycja 1, składowa 1
Czy zamawiający dopuści serwetę 230 x 300 cm, dwuwarstwowy laminat włóknina 30g/m2, folia 30g/m2, z samouszczelniającym się otworem o śr. 7 cm, wzmocnienie o wymiarach 50 x 100 cm o gramaturze 80g/m2, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 180/172 kPa?
Odpowiedź 18
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 19
Zestaw do artroskopii kolana
Pakiet 1, pozycja 1, składowa 3
Czy zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny 150 x 190 cm, obszar chłonny 65 x 190 cm, folia 35g/m2?
Odpowiedź 19
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20
Zestaw do artroskopii kolana
Pakiet 1, pozycja 1, składowa 4
Czy zamawiający dopuści taśmę lepną z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, o wymiarach 10 x 50 cm?
Odpowiedź 20
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 21
Zestaw do artroskopii kolana
Pakiet 1, pozycja 1, składowa 6
Czy zamawiający dopuści miskę z polipropylenu 500 ml, niebieską?
Odpowiedź 21
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 22
Zestaw do artroskopii kolana
Pakiet 1, pozycja 1, składowa 7
Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości min. 23 cm?
Odpowiedź 22
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23
Zestaw do artroskopii kolana
Pakiet 1, pozycja 1, składowa 8
Czy zamawiający dopuści osłonę stopy min. 22 x 75 cm?
Odpowiedź 23
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24
Zestaw do artroskopii kolana
Pakiet 1, pozycja 1, składowa 9

Czy zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, wykonana z folii PE 50g/m2 i włókniny 30g/m2?

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Zestaw do artroskopii kolana

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL lub XXL?

Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 26

Zestaw do artroskopii kolana

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 11

Czy zamawiający dopuści wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź 26

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 27

Zestaw do artroskopii kolana

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL?

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28

Zestaw do artroskopii kolana

Pakiet 1, pozycja 1, składowa 12

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentalny o wymiarach 150 x 260 cm, wykonana z włókniny 28g/m2 i folii 35g/m2, chłonność 350%, wzmocniona 65 x 190 cm

Odpowiedź 28

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 29

Zestaw do artroskopii barku

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 1

Czy zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne barku 263 x 406 cm z otworem 13 x 14 cm, gramatura włókniny 30g/m2 oraz folii 30g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 120 cm H2O?

Odpowiedź 29

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 30

Zestaw do artroskopii barku

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 2

Czy zamawiający dopuści serwetę 150 x 200 cm z przylepnym wycięciem U 6 x 65 cm, gramatura 50g/m2, wzmocniona?

ul. Zamkowa 1 REGON 000290630 tel.: 68 475 06 01 http://www.loro.pl
66-200 Świebodzin NIP 9271938119 fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Odpowiedź 30
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 31
Zestaw do artroskopii barku
Pakiet 1, pozycja 2, składowa 3
Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę min. 22 x 75 cm?
Odpowiedź 31
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32
Zestaw do artroskopii barku
Pakiet 1, pozycja 2, składowa 4
Czy zamawiający dopuści taśmę lepną z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, o wymiarach 10 x 50 cm?
Odpowiedź 32
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 33
Zestaw do artroskopii barku
Pakiet 1, pozycja 2, składowa 5
Czy zamawiający dopuści opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny 6 x 7 cm?
Odpowiedź 33
Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 34
Zestaw do artroskopii barku
Pakiet 1, pozycja 2, składowa 7
Czy zamawiający dopuści miskę z polipropylenu 500 ml, niebieską?
Odpowiedź 34
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 35
Zestaw do artroskopii barku
Pakiet 1, pozycja 2, składowa 8
Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości min. 23 cm?
Odpowiedź 35
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36
Zestaw do artroskopii barku
Pakiet 1, pozycja 2, składowa 9

Czy zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, wykonana z folii PE 50g/m2 i włókniny 30g/m2?

Odpowiedź 36

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

Zestaw do artroskopii barku

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 11

Czy zamawiający dopuści wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź 37

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 38

Zestaw do artroskopii barku

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL lub XXL?

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Zestaw do artroskopii barku

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL?

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

Zestaw do artroskopii barku

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 12

Czy zamawiający dopuści wzmocnienie 65 x 190 cm?

Odpowiedź 40

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 41

Zestaw do artroskopii barku

Pakiet 1, pozycja 2, składowa 13

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentalny, wykonana z włókniny 28g/m2 i folii 35g/m2, chłonność 350%, wzmocniona 65 x 190 cm?

Odpowiedź 41

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 42

Zestaw do protezy biodra izolacyjny

Pakiet 1, pozycja 3, składowa 1

Czy zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny o gramaturze min. 28g/m2 oraz dolii 35g/m2, obszar chłonny 65 x 190 cm?

Odpowiedź 42

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 43
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 2
Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego 240 x 150 cm, wzmocniona 25 x 60 cm, chłonność w strefie krytycznej 1280%?
Odpowiedź 43
Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 44
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 3
czy zamawiający dopuści kieszeń foliową dwukomorową, samoprzylepną w rozmiarze 40 x 30 cm?
Odpowiedź 44
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 4
czy zamawiający dopuści opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny 10 x 20 cm?
Odpowiedź 45
Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 46
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 5
Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności 700 ml?
Odpowiedź 46
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 47
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 6
Czy zamawiający dopuści miskę z polipropylenu 500 ml, niebieską?
Odpowiedź 47

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 48
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 7
Czy zamawiający dopuści kleszczyki o długości min. 23 cm?
Odpowiedź 48
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 49
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 8
Czy zamawiający dopuści dren do ssaka 24CH, długość 3m?
Odpowiedź 49
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 50
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 9
Czy zamawiający dopuści aspirację 21CH, długość 26cm, 4 otwory?
Odpowiedź 50
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 51
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 11
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL lub XXL?
Odpowiedź 51
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 52
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 12
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL?
Odpowiedź 52
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 53
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 12
Czy zamawiający dopuści wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 40g/m2
Odpowiedź 53
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 54
Zestaw do protezy biodra izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 3, składowa 13

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentalny o wymiarach 150 x 260 cm, wykonana z włókniny 28g/m2 i folii 35g/m2, chłonność 350%, wzmocniona 65 x 190 cm?

Odpowiedź 54

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 55

Zestaw do protezy biodra

Pakiet 1, pozycja 4, składowa 1

Czy zamawiający dopuści obłożenie wzmocnione o wymiarach 230 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie U o wymiarach 20 x 100 cm o gramaturze 30g/m2 oraz folii 30g/m2, wzmocnienie 75 x 140 cm o gramaturze 80g/m2?

Odpowiedź 55

Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 56

Zestaw do protezy biodra

Pakiet 1, pozycja 4, składowa 2

Czy zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną 240 x 150 cm z przylepcem, o gramaturze 30g/m2 oraz folii 30g/m2, wzmocnienie 25 x 60 cm o gramaturze 80g/m2?

Odpowiedź 56

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 57

Zestaw do protezy biodra

Pakiet 1, pozycja 4, składowa 3

Czy zamawiający dopuści dren 24CH, długość 3m?

Odpowiedź 57

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 58

Zestaw do protezy biodra

Pakiet 1, pozycja 4, składowa 4

Czy zamawiający dopuści aspirację 21CH, długość 26cm, 4 otwory?

Odpowiedź 58

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 59

Zestaw do protezy biodra

Pakiet 1, pozycja 4, składowa 6

Czy zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny 150 x 190 cm o gramaturze 28g/m2 oraz folii 35g/m2, obszar chłonny 65 x 190 cm?

Odpowiedź 59

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 60
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 7
czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35 x 120 cm?
Odpowiedź 60
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 61
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 8
Czy zamawiający dopuści taśmę lepną z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, o wymiarach 10 x 50 cm?
Odpowiedź 61
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 62
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 9
czy zamawiający dopuści kieszeń foliową dwukomorową, samoprzylepną w rozmiarze 40 x 30 cm?
Odpowiedź 62
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 63
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 10
Czy zamawiający dopuści opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny 6 x 7 cm?
Odpowiedź 63
Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 64
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 11
Czy zamawiający dopuści opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny 10 x 20 cm?
Odpowiedź 64
Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 65
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 12
Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności 700 ml?
Odpowiedź 65
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 66
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 13
Czy zamawiający dopuści miskę z polipropylenu o pojemności 500 ml, niebieski?
Odpowiedź 66
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 67
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 14
Czy zamawiający dopuści kleszczyki min. 23 cm?
Odpowiedź 67
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 68
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 16
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL lub XXL?
Odpowiedź 68
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 69
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 17
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL?
Odpowiedź 69
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 70
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 17
Czy zamawiający dopuści wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 40g/m2
Odpowiedź 70
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 71
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 18
Czy zamawiający dopuści serwetę 150 x 190 wykonaną z włókniny min. 23g/m2, folia 35g/m2, chłonność 350%, obszar chłonny 65 x 190 cm?

Odpowiedź 71
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 72
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 19
Czy zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, wykonana z folii PE 50g/m2 i włókniny 30g/m2?
Odpowiedź 72
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 73
Zestaw do protezy biodra
Pakiet 1, pozycja 4, składowa 20
Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentalny o wymiarach 150 x 260 cm, wykonana z włókniny 28g/m2 i folii 35g/m2?
Odpowiedź 73
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 74
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 1
Czy zamawiający dopuści serwetę 230 x 300 cm, dwuwarstwowy laminat włóknina 30g/m2, folia 30g/m2, z samouszczelniającym się otworem o śr. 7 cm, wzmocnienie o wymiarach 50 x 100 cm o gramaturze 80g/m2, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 180/172 kPa?
Odpowiedź 74
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 75
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 2
Czy zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny 150 x 190 cm o gramaturze 28g/m2 oraz folii 35g/m2, obszar chłonny 65 x 190 cm?
Odpowiedź 75
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 76
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 3
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 23g/m2 oraz folię 30g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 120 cm H2O?
Odpowiedź 76
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 77
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 4
Czy zamawiający dopuści dren 24CH, długość 3m?

Odpowiedź 77
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 78
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 5
Czy zamawiający dopuści aspirację 21CH, długość 26cm, 4 otwory?
Odpowiedź 78
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 79
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 6
Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę min. 22 x 75 cm?
Odpowiedź 79
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 80
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 7
Czy zamawiający dopuści taśmę lepną z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, o wymiarach 10 x 50 cm?
Odpowiedź 80
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 81
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 8
Czy zamawiający dopuści opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, rozmiar 10 x 25 cm?
Odpowiedź 81
Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 82
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 10
Zwracamy się z prośbą o zaoferowanie zestawu nie posiadającej w/w składowej.
Odpowiedź 82
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 83
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 11
Czy zamawiający dopuści kieszeń foliową o wymiarach 40 x 30 cm, dwukomorową z taśmą przylepną?

Odpowiedź 83
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 84
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 12
Czy zamawiający dopuści miskę z polipropylenu o pojemności 500 ml, niebieski?
Odpowiedź 84
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 85
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 13
Czy zamawiający dopuści kleszczyki min. 23 cm?
Odpowiedź 85
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 86
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 16
Czy zamawiający dopuści wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź 86
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 87
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 16
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL lub XXL?
Odpowiedź 87
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 88
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 17
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL?
Odpowiedź 88
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 89
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 17
Czy zamawiający dopuści serwetę 150 x 190 wykonaną z włókniny min. 23g/m2, folia 35g/m2, chłonność 350%, obszar chłonny 65 x 190 cm?
Odpowiedź 89
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 90
Zestaw do protezy kolana

Pakiet 1, pozycja 5, składowa 18
Czy zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, wykonana z folii PE 50g/m2 i włókniny 30g/m2?
Odpowiedź 90
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 91
Zestaw do protezy kolana
Pakiet 1, pozycja 5, składowa 19
Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentalny o wymiarach 150 x 260 cm, wykonana z włókniny 28g/m2 i folii 35g/m2
Odpowiedź 91
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 92
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 1
Czy zamawiający dopuści serwetę 230 x 300 cm, dwuwarstwowy laminat włóknina 30g/m2, folia 30g/m2, z samouszczelniającym się otworem o śr. 7 cm, wzmocnienie o wymiarach 50 x 100 cm o gramaturze 80g/m2, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 180/172 kPa?
Odpowiedź 92
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 93
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 2
Czy zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny 150 x 190 cm o gramaturze 28g/m2 oraz folii 35g/m2, obszar chłonny 65 x 190 cm?
Odpowiedź 93
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 94
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 3
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 23g/m2 oraz folię 30g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 120 cm H2O?
Odpowiedź 94
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 95
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 4
Czy zamawiający dopuści dren 24CH, długość 3m?
Odpowiedź 95
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 96
Zestaw do protezy kolana izolacyjny

Pakiet 1, pozycja 6, składowa 5
Czy zamawiający dopuści aspirację 21CH, długość 26cm, 4 otwory?
Odpowiedź 96
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 97
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 6
Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę min. 22 x 75 cm?
Odpowiedź 97
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 98
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 7
Czy zamawiający dopuści taśmę lepną z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, o wymiarach 10 x 50 cm?
Odpowiedź 98
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 99
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 8
Czy zamawiający dopuści opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, rozmiar 10 x 25 cm?
Odpowiedź 99
Wykonawca w swoim pytaniu nie odnosi się do wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Zamawiającego brakuje stwierdzenia, że pozostałe parametry nie wymienione przez Wykonawcę, są zgodne z opisem SWZ. Zamawiający zatem nie może jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane przez Wykonawcę produkty, w szczególności ich pozostałe, nie wymienione przez Wykonawcę w pytaniach parametry, są tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 100
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 10
Czy zamawiający dopuści kieszeń foliową o wymiarach 40 x 30 cm, dwukomorową z taśmą przylepną?
Odpowiedź 100
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 101
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 11
czy zamawiający dopuści miskę z polipropylenu o pojemności 500ml, niebieską?
Odpowiedź 101
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 102

Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 12
czy zamawiający dopuści kleszczyki min. 23 cm?
Odpowiedź 102
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 103
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 15
Czy zamawiający dopuści wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź 103
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 104
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 16
czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny min. 28g/m2 oraz folii 35g/m2, chłonność 350%, obszar chłonny 65 x 190 cm?
Odpowiedź 104
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 105
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 17
Czy zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, wykonana z folii PE 50g/m2 i włókniny 30g/m2?
Odpowiedź 105
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 106
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 18
Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentalny o wymiarach 150 x 260 cm, wykonana z włókniny 28g/m2 i folii 35g/m2?
Odpowiedź 106
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 107
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 14
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL lub XXL?
Odpowiedź 107
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 108
Zestaw do protezy kolana izolacyjny
Pakiet 1, pozycja 6, składowa 15
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL?

Odpowiedź 108
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 109
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 1
Czy zamawiający dopuści serwetę 230 x 300 cm, wykonaną z laminatu PP 30g/m2 + PE 30g/m2, z otworem samouszczelniającym się 3,5 cm, wzmocnienie 50 x 100 cm o gramaturze 80g/m2, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 180/172 kPa?
Odpowiedź 109
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 110
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 2
Czy zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny 150 x 190 cm o gramaturze 28g/m2 oraz folii 35g/m2, obszar chłonny 65 x 190 cm?
Odpowiedź 110
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 111
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 3
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 23g/m2 oraz folię 30g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 120 cm H2O?
Odpowiedź 111
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 112
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 4
Czy zamawiający dopuści taśmę lepną z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2, o wymiarach 10 x 50 cm?
Odpowiedź 112
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 113
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 5
czy zamawiający dopuści miskę z polipropylenu o pojemności 500ml, niebieską?
Odpowiedź 113
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 114
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 6
czy zamawiający dopuści kleszczyki min. 23 cm?
Odpowiedź 114
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 115
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 8
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL lub XXL?
Odpowiedź 115
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 116
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 9
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL?
Odpowiedź 116
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 117
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 9
Czy zamawiający dopuści wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź 117
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 118
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 10
Czy zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, wykonana z folii PE 50g/m2 i włókniny 30g/m2?
Odpowiedź 118
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 119
Zestaw do drobnej ortopedii
Pakiet 1, pozycja 7, składowa 11
Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentalny o wymiarach 150 x 260 cm, wykonana z włókniny 28g/m2 i folii 35g/m2?
Odpowiedź 119
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 120
Zestaw LIGHT z serwetą z wycięciem U
Pakiet 1, pozycja 8, składowa 2
Czy zamawiający dopuści serwetę 230 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem U 20 x 100 cm?
Odpowiedź 120
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 121
Zestaw LIGHT z serwetą z wycięciem U
Pakiet 1, pozycja 8, składowa 3

Czy zamawiający dopuści ręczniki chłonne min. 18 x 25 cm?
Odpowiedź 121
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 122
Zestaw LIGHT z serwetą z wycięciem U
Pakiet 1, pozycja 8, składowa 4
Czy zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, wykonana z folii PE 50g/m2 i włókniny 30g/m2?
Odpowiedź 122
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 123
Zestaw LIGHT z serwetą z wycięciem U
Pakiet 1, pozycja 8, składowa 5
Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny 28g/m2, oraz z folii 35g/m2, obszar chłonny 65 x 190 cm, rozmiar 150 x 190 cm?
Odpowiedź 123
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 124
Pakiet 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny bez wzmocnień o odporności na penetracje alkoholi – 8 stopień?
Odpowiedź 124
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 125
Pakiet 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o długości 7,5cm?
Odpowiedź 125
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 126
Pakiet 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści ściereczki do wytarcia rąk w rozmiarze 30x30cm?
Odpowiedź 126
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 127
Pakiet 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch o czystości mikrobiologicznej 0 CFU/100cm2?
Odpowiedź 127
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 128
Pakiet 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 6800 g/m2/24h?
Odpowiedź 128

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 129
Pakiet 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu folia-papier?
Odpowiedź 129
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 130
Pakiet 2, pozycja 1, 2
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby fartuchy pakowane były próżniowo.
Odpowiedź 130
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 131
Pakiet 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź 131
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 132
Pakiet 2, pozycja 1-,2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane podwójnie w karton transportowy oraz wewnętrzy worek foliowy?
Odpowiedź 132
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 133
Pakiet 2, pozycja 1-,2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL , XXL, XXXL?
Odpowiedź 133
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 134
Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w okolicy przedramion, klatki piersiowej oraz brzucha dwuwarstwowym laminatem: włóknina polipropylenowa 25g/m2 + folia PE 15g/m2?
Odpowiedź 134
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 135
Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści odzież chirurgiczną wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2,
o wytrzymałości na wypychanie na sucho 106kpa, czystości pod względem cząstek stałych 2,0IPM, pylenie równe 2,1Log10?
Odpowiedź 135
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 136
Pakiet 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kartę techniczną potwierdzająca zgodność z norma 13795?
Odpowiedź 136
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 137
Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane w całości z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, składające się z bluzy z krótkim rękawem, posiadającej wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej) bez ściągaczy na rękawach i dole bluzy oraz spodni bez kieszeni, z trokami w pasie bez ściągaczy, nogawki proste bez obszycia?
Odpowiedź 137
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 138
Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 40g/m2 (włóknina 25g/m2 + folia PE 15g/m2), o odporności na przenikane cieczy 105cm H2O?
Odpowiedź 138
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 139
Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 60g/m2 (włóknina 30g/m2 + folia PE 30g/m2), o odporności na przenikane cieczy 120cm H2O?
Odpowiedź 139
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pytanie 140
Pakiet 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 60g/m2 (włóknina 30g/m2 + folia PE 30g/m2), o odporności na przenikane cieczy 120cm H2O?
Odpowiedź 140
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 141
Pakiet 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
Odpowiedź 141
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 142
Pakiet 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu trójwarstwowego 75g/m2 (włóknina 28g/m2 + folia PE 25g/m2 + włóknina 22g/m2) o odporności na przenikanie cieczy 180cm H2O?
Odpowiedź 142
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 143
Pakiet 6, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m2 (włóknina 28g/m2 + folia PE 28g/m2) o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kpa?
Odpowiedź 143
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 144
Pakiet 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m2 (włóknina 28g/m2 + folia PE 28g/m2) o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kpa?
Odpowiedź 144
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 145
Pakiet 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną w rozmiarze 10x50cm wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m2?
Odpowiedź 145
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 146
Pakiet 7
Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące elastyczne wykonane w 41% z wiskozy i 59% z poliamidu?
Odpowiedź 146
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 147
Pakiet 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne mocowane na gumki o barierowości bakteryjnej 98,27%?
Odpowiedź 147
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 148
Pakiet 8, pozycja 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 100 opakowań?
Odpowiedź 148
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 149
Pakiet 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wiązaną na troki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, długość troków 40 cm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-

EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g?

Odpowiedź 149

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 150

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kocyk jednorazowy z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2, w rozmiarze 160cm x 210cm w kolorze zielonym, pakowany po 10 sztuk?

Odpowiedź 150

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 151

Pakiet 3.

Pyt 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Niesterylnego jednorazowego ubrania chirurgicznego, składającego się z bluzy i spodni: - Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie. - Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu, nogawki bez ściągaczy

Komplet wykonany z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL.

Pakowane osobno koszulka i spodnie następnie jako komplet w opakowanie foliowe.

Odpowiedź 151

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Pytanie 152

Pakiet 4 .

Pyt2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Niesterylnego jednorazowego ubrania chirurgicznego, składającego się z bluzy i spodni: - Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie. - Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu, nogawki bez ściągaczy

Komplet wykonany z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL.

Pakowane osobno koszulka i spodnie następnie jako komplet w opakowanie foliowe.

Odpowiedź 152

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

Odpowiedzi udzielił:

Pytanie 1 – 13, 18-152 Magdalena Gąsior-Strzelińska
Pytanie 14-17 Joanna Piotrowska

Sporządził: Joanna Piotrowska.....

Zatwierdził:

Z up. Prezesa Zarządu
Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o.

mgr Bogusława Olszewska
Główny Księgowy