



Lubuskie Centrum Ortopedii  
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

# LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Świebodzin, 04.09.2018 r.

**Znak sprawy ZP.PN.6.2018**

## WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy zapytania ofertowego:** Dostawa systemu radiologii cyfrowej bezpośrednio do analogowego aparatu rtg oraz przyłóżkowego przewoźnego aparatu analogowego rtg dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o. o.

### **Pytanie 1:**

Zadanie nr 2 - Zamawiający w pkt. 12 wymaga „Zakres [mAs] <0.2 – >100 i w pkt. 13 Zakres [mAs] <0.2 – >200. Przypuszczamy, że powielił się ten sam wymóg 2 krotnie. Prosimy o informację jaki zakres mAs Zamawiający wymaga?

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wymaga zakres [mAs] <0.2 – >100.

### **Pytanie 2**

Zadanie nr 2 - Zamawiający w pkt. 45 wymaga „ Wykorzystanie detektorów oferowanych w rozwiązaniu typu DR

” Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga spełnienia wymagania zgodnie z opisem zadania nr. 1 ogłoszonego przetargu

### **Odpowiedź 2**

Tak, Zamawiający wymaga spełnienia wymagania zgodnie z opisem zadania nr. 1 ogłoszonego przetargu.

### **Pytanie 3**

Zadanie nr 2 - Zamawiający w siwz w pkt. VIII wymaga terminu realizacji zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji umowy do 60 dni od dnia jej podpisania. W miesiącu sierpniu, fabryki partnerskie miały przerwę urlopową, która wiązała się z zamknięciem fabryki i wstrzymaniem produkcji. Może to wpłynąć na wydłużenie się czasu realizacji umów w stosunku do firm zlecających i tym samym wpłynąć na czas realizacji wykonania zamówienia przez naszą firmę.

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający wydłuża czas realizacji umowy do 60 dni od dnia jej podpisania.

### **Pytanie 4**

Zadanie nr 2 - Zamawiający w pkt. 58 wymaga „Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz”. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. W przypadku obsługi urządzenia poprzez laptop nie ma zastosowania wymagana konfiguracja.

### **Odpowiedź 4**

Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu.





Lubuskie Centrum Ortopedii  
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1  
66-200 Świebodzin

REGON 000290630  
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01    <http://www.loro.pl>  
fax: 68 475 06 02,    mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

### Pytanie 5

Zadanie nr 1 - Zamawiający w pkt. 49 wymaga „Wykorzystanie oferowanych detektorów do obsługi mobilnego aparatu rtg” Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga spełnienia wymagania zgodnie z opisem zadania nr. 2 ogłoszonego przetargu

### Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający wymaga spełnienia wymagania zgodnie z opisem zadania nr. 2 ogłoszonego przetargu.

### Pytanie 6

Zadanie nr 1 - Zamawiający w siwz w pkt. VIII wymaga terminu realizacji zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji umowy do 60 dni od dnia jej podpisania. W miesiącu sierpniu, fabryki partnerskie miały przerwę urlopowa, która wiązała się z zamknięciem fabryki i wstrzymaniem produkcji. Może to wpłynąć na wydłużenie się czasu realizacji umów w stosunku do firm zlecających i tym samym wpłynąć na czas realizacji wykonania zamówienia przez naszą firmę.

### Odpowiedź 6

Zamawiający wydłuża czas realizacji umowy do 60 dni od dnia jej podpisania.

### Pytanie 7

Oba zadania – umowa: Zamawiający w § 6 pkt. 5 w zakresie czasów reakcji odnosi się do ilości godzin, podczas gdy w opisie parametrów technicznych w warunkach gwarancji / serwisu wymóg dotyczy ilości godzin w dni robocze. Wnosimy o potwierdzenie, że chodzi o godziny w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz o modyfikację zapisów w umowie poprzez dodanie dopisku „w dni robocze”

### Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza, że chodzi o godziny w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz modyfikuje zapisy w umowie poprzez dodanie dopisku „w dni robocze” w § 6 pkt. 5.

### Pytanie 8

Oba zadania – umowa: wnosimy o modyfikację zapisu § 6 pkt. 7 do brzmienia „W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji 5 takich samych wad (awarii/usterek) któregośkolwiek (...)”

### Odpowiedź 8

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 pkt. 7 do brzmienia „W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji 5 takich samych wad (awarii/usterek) któregośkolwiek (...)”

### Pytanie 9

Oba zadania – umowa: wnosimy o modyfikację zapisu § 6 pkt. 7 do brzmienia „W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji 5 3 wad (awarii/usterek) któregośkolwiek ~~podzespołu~~ (składającego się na urządzenie / sprzęt medyczny), które nie powstały z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (a także zamontowani i uruchomienia) na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego nowego podzespołu (składającego się na urządzenie / sprzęt medyczny), co do którego wystąpiła w/w liczba wad (awarii / usterek). Dostawa winna nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia piątej wady (awarii/usterek). W przypadku wymiany, o której mowa powyżej ~~urządzenia~~ (składającego się na ~~Sprzęt medyczny~~) na nowe, okres gwarancji biegnie na nowo dla danego ~~podzespołu~~ od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru nowego ~~podzespołu~~ bez zastrzeżeń. (...)”





Lubuskie Centrum Ortopedii  
Im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

http://www.loro.pl

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Prośba o modyfikację podyktowana jest faktem, iż w długim okresie gwarancji mogą wystąpić drobne usterki, które nie wpływają istotnie na całe urządzenie jako takie, dlatego wymiana usterkowego/wadliwego podzespołu urządzenia jest skuteczna i nie wymaga wymiany całego np. aparatu rtg na nowy. Dodatkowo w pierwotnym brzmieniu określenie „urządzenie (składające się na sprzęt medyczny)” de facto w praktyce w odniesieniu do przedmiotu zamówienia w przypadku aparatu rtg oznacza jedno urządzenie składające się z podzespołów.

### Odpowiedź 9

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 pkt. 7 do brzmienia „W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji 3 takich samych wad (awarii/usterek) któregośkolwiek podzespołu (składającego się na urządzenie / sprzęt medyczny), które nie powstały z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (a także zamontowania i uruchomienia) na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego nowego podzespołu (składającego się na urządzenie / sprzęt medyczny), co do którego wystąpiła w/w liczba wad (awarii / usterek). Dostawa winna nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia trzeciej wady (awarii/usterek). W przypadku wymiany, o której mowa powyżej urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) na nowe, okres gwarancji biegnie na nowo dla danego podzespołu od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru nowego podzespołu bez zastrzeżeń. (...)”

### Pytanie 10

Wnosimy o obniżenie kar umownych za opóźnienia w usuwaniu wad (umowa § 10 pkt. 1c – e) do wysokości 0,5%.

### Odpowiedź 10

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy (umowa § 10 pkt. 1c – e).

### Pytanie 11

Wnosimy o obniżenie kar umownych za opóźnienia w usuwaniu wad (umowa § 10 pkt. 1 f) do wysokości 1%.

### Odpowiedź 11

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy (umowa § 10 pkt. 1 f)

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.