



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 24.03.2021 r.

Znak sprawy ZP.TP.1.2021

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pod nazwą: Cykliczne dostawy zestawów operacyjnych, odzieży chirurgicznej i preparatów do leczenia ran dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

dotyczy pakietu 9 pozycja 2:

Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wodnego roztworu nadtlenkowego na bazie kwasu podchloraowego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 50 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 500ml?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

dotyczy pakietu 9 pozycja 3:

Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie wodnego roztworu nadtlenkowego na bazie kwasu podchloraowego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 50 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 250ml?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

dotyczy pakietu 9 pozycja 4:

Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wodnego roztworu nadtlenkowy na bazie kwasu podchloraowego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 50 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych 1000 ml. ?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMS/SMMS lub SMMMS, gramatura 40 g/m2, komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem, luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończony białą lamówką, bluza posiada 3 kieszenie boczne, proste spodnie, wiązane w



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

pasie na trok, lekki i przewiewny, elastyczna włóknina zapewnia komfort w trakcie noszenia, stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony, jednorazowego użytku, opakowanie zewnętrzne – folia, produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania..?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 5

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny o parametrach zgodnych z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź 5

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 6

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMS/SMMS lub SMMMS, gramatura 40 g/m², komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem, luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończony białą lamówką, bluza posiada 3 kieszenie boczne, proste spodnie, wiązane w pasie na trok, lekki i przewiewny, elastyczna włóknina zapewnia komfort w trakcie noszenia, stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony, jednorazowego użytku, opakowanie zewnętrzne – folia, produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania..?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 7

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny o parametrach zgodnych z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź 7

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 8

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny SMS/SMMS lub SMMMS, gramatura 40 g/m², komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem, luźna bluza z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończony białą lamówką, bluza posiada 3 kieszenie boczne, proste spodnie, wiązane w pasie na trok, lekki i przewiewny, elastyczna włóknina zapewnia komfort w trakcie noszenia, stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony, jednorazowego użytku, opakowanie zewnętrzne – folia, produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania..?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Pytanie 9

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny o parametrach zgodnych z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź 9

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Odpowiedzi udzielił:

Magdalena Gąsior-Strzebińska

Sporządził:

Joanna Piotrowska.....

Zatwierdził:

Z up. Procesa Zarządu
Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o.

mgr Bogusława Chyżewska
Główny Księgowy