

Świebodzin, 18.10.2021 r.

**Znak sprawy ZP.TP.8.2021**

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pod nazwą: Cykliczne dostawy nici chirurgicznych, materiałów szwowych, materiałów medycznych jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Zadanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni ?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 2**

Zadanie 1 poz.6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły o długości 31mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 3**

Zadanie 1 poz.8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły konwencjonalnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 4**

Zadanie 1 poz.8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły o długości 19mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Pytanie 5**

Zadanie 1 poz.8



Lubuskie Centrum Ortopedii  
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

## LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły okrągło-tnącej o długości 17mm i nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

### Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

### Pytanie 6

Zadanie 3 poz. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły przeciwzakłóciowej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

### Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 7

Zadanie 3 poz.10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

### Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Pytanie 8


Zadanie 3 poz.10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły o grubości USP 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

### Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Odpowiedzi udzielił:

Magdalena Gąsior-Strzebińska.....

Sporządził: Joanna Piotrowska.....