

Świebodzin, 28.02.2019 r.

Znak sprawy ZP.PN.2.2019

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa urządzeń medycznych, sterylizatora parowego i stołów medycznych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 333 litry? Wymagając tak dokładnej pojemności, z tolerancją jedynie 5 litrów, jednoznacznie wskazuje Zamawiający na rozwiązania jednego producenta, co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 7 - Prosimy o dopuszczenie komory o wysokości 700 mm. Proponowana przez nas wysokość komory sterylizatora umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej sterylizatora, w tym ustawienie przedmiotów większej wysokości na górnej półce wózka wsadowego. Większa przestrzeń pomiędzy koszem a komorą pozwala na lepszą penetrację pary oraz zapobiega przeładowaniu sterylizatora.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 11 - Prosimy o dopuszczenie komory o bardzo dużej wytrzymałości wykonanej ze stali o grubości 6 mm. Grubość stali użytej do produkcji komory nie jest jedynym parametrem charakteryzującym wytrzymałość komory oraz jej energooszczędność, większe znaczenie ma izolacja komory, jakość spawów oraz użyta izolacja komory.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 30 - Prosimy o wykreślenie punktu ze względu na niezgodność z Prawem Zamówień Publicznych art. 29 ust. 2 oraz 3. Zapis ten jednoznacznie wskazuje na produkt firmy Tuttnauer dystrybuowany wyłącznie przez firmę Sterimed Sp. z o.o. z Warszawy.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wykreśla pkt. 30. Dopuszcza grzałkę w wytwornicy pary wykonanej z innego stopu, który jest odporny na korozję.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 31 - Prosimy o zmianę zapisu na : „wszystkie elementy izolowane w sposób zapewniający prawidłową pracę urządzenia oraz zabezpieczające personel przez poparzeniem”, aby umożliwić uczciwą konkurencję większej ilości dostawców.

Odpowiedź 5

Zamawiający zmienia zapis w pkt. 31 w następujący sposób: „wszystkie elementy izolowane w sposób zapewniający prawidłową pracę urządzenia oraz zabezpieczające personel przez poparzeniem – temperatura powierzchni urządzenia nie może przekroczyć 45°C”.

Pytanie 6

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 34 - Prosimy o doprecyzowanie, w jakim celu Zamawiający stawia wymóg, aby sterownik urządzenia był produkowany przez niezależnego dostawcę? Czy Zamawiający nie będzie wymagał serwisu urządzenia przez autoryzowany serwis producenta?

Odpowiedź 6

Zamawiający chce mieć pewność, że urządzenie będzie obsługiwane i kontrolowane przez sterownik o jak najbardziej otwartej konstrukcji, co umożliwi w przyszłości podłączenie sprzętu do sieci informatycznej placówki (niezależnie od zastosowanego oprogramowania zarządzającego placówką) czyli ma pozwolić na wymianę danych ze światem zewnętrznym. Jeżeli Zamawiający otrzyma nieograniczony dostęp do sterownika zamontowanego w oferowanym urządzeniu oraz jego dokumentację projektową łącznie z dostępem do oprogramowania. Celem jest możliwość modernizacji układu sterownika, w szczególności po upływie okresu gwarancyjnego, aby np. dostosować prace urządzenia do obowiązujących przepisów.

Pytanie 7

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 38 - Prosimy o dopuszczenie kolorowego, dotykowego ekranu sterownia po stronie załadowczej o przekątnej 5,6” . Proponowany przez nas wyświetlacz prezentuje w sposób czytelny wszelkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz zapewnia łatwość obsługi.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający wymaga większego ekranu sterowania ze względów praktycznych: po pierwsze większej czytelności prezentowanych komunikatów, po drugie łatwiejszej obsługi i eliminacji pomyłek np. przy wybieraniu programu sterylizacji.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 42 - Prosimy o wykreślenie zapisu o niedopuszczalnym wydruku na papierze termicznym jako nie zgodnego z normą PN EN 285 oraz Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wymagany przez Zamawiającego typ wydruku jest rozwiązaniem gorszym od niedopuszczonego rozwiązania tj. wydruków na papierze termicznym. Wydruk z drukarki igłowej staje się nieczytelny po roku przechowywania oraz wymaga stosowania dodatkowych taśm barwiących. Wydruki na papierze termicznym natomiast charakteryzują się niższymi kosztami użytkowania brakiem konieczności stosowania dodatkowych taśm, oraz niższymi kosztami obsługi przy zachowaniu czytelności wydruku przez wymagany prawem czas.

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza papier termiczny. Wykreśla zapis o niedopuszczalnym wydruku na papierze termicznym.

Pytanie 9

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 43 - Prosimy o odstąpienie od wymogu posiada przez sterylizator portu usb na panelu czołowym.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający wymaga portu USB na panelu czołowym ze względu na ułatwienie dostępu do portu USB personelowi celem pobrania elektronicznego archiwum wykonywanych procesów do celów archiwizacyjnych.

Pytanie 10

Dotyczy umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 3 ust. 4 „2 dni” słowa „roboczych”?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w proponowanym zakresie

Pytanie 11

Dotyczy umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 3 ust. 4 „2 dni” słowa „roboczych”?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w proponowanym zakresie

Pytanie 12

Dotyczy umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 3 ust. 9 użytego określenia „opóźnienie” określeniem „zwłokę”?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w proponowanym zakresie

Pytanie 13

Dotyczy umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 3 ust. 11 i ust. 12 „7 dni” słowa „roboczych”?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w proponowanym zakresie

Pytanie 14

Dotyczy umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust. 4 po słowach „ 24 godziny ” słów „w dni robocze”?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w proponowanym zakresie

Pytanie 15

Dotyczy umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust. 5 po słowach „ 7 dni” słowa „roboczych”?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w proponowanym zakresie

Pytanie 16

Dotyczy umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6 ust. 6 poprzez nadanie mu brzmienia:

„W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji 5 wad (awarii/usterek) któregośkolwiek urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), które powstały z przyczyn tkwiących w

urządzeniu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (a także zamontowania i uruchomienia) na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny), co do którego wystąpiła w/w liczba wad (awarii/usterek). Dostawa winna nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia piątej wady (awarii/ustereki). W przypadku wymiany urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) na nowe, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru nowego urządzenia bez zastrzeżeń. Niedostarczenie przez Wykonawcę urządzenia (składającego się na Sprzęt medyczny) zgodnie z niniejszym ustępem zobowiązuje Wykonawcę do zwrotu całości wynagrodzenia za dane urządzenie, o którym mowa w §8 ust. 1 zdanie pierwsze in fine, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim. W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego odsetek za zwłokę.”

Odpowiedź 16

Proszę zwrócić uwagę, że SIWZ zawiera dwa wzory umowy. Dla zadań 1, 2, 3 jest to załącznik 4a dla zadania 4 załącznik 4b. We wzorze umowy treść, do której odnosi się pytanie występuje w § 6 ust. 18. Odnosząc się do prośby o modyfikację Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów umowy w proponowanym zakresie.

Pytanie 17

Dotyczy umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 10 ust. 1 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w proponowanym zakresie

Pytanie 18

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator z bieżącej produkcji-rok 2019?

Odpowiedź 18

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator o max. pojemności 4,5 STE za to o mniejszej pojemności-okolo 250 litrów i znacznie mniejszym zapotrzebowaniu mocy?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zbyt mała pojemność w stosunku do planowanego wykorzystania urządzenia.

Pytanie 20

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 4. Żądając wymiarów $670 \times 670 \times 710 = 318,7$ litra. W związku z tą rozbieżnością prosimy o dopuszczenie komory o wymaganej poj. 4STE (340 l), sześciokątnej, gwarantującej najbardziej optymalne i równomierne nagrzewania.

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 8. Zamawiający podaje takie Wymiary zewnętrzne sterylizatora maksymalnie 1450 x 1900 x 1050 mm (szer. x wys. x gł.). Czy w przypadku zaoferowania

sterylizatora o znacznie mniejszej szerokości, gdzie pozostanie wystarczająco dużo miejsca do serwisu z boku(i z przodu), Zamawiający dopuści do zaoferowania takie urządzenie?

Odpowiedź 21

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 22

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 9. Ra 0,2-0,4 μm stosuje się w wyjątkowych przypadkach w przemyśle farmaceutycznym. Zamawiający określił, że sterylizator ma być użytkowany w celach medycznych.(wymogi certyfikatów medycznych). W medycynie wystarczająca jest Ra do 0,8 μm .

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania sterylizatora o dokładności szlifowania komory Ra do 6 mikrometrów. Ze względu na stosowanie obecnie logerów bezprzewodowych do walidacji procesów sterylizacji prosimy o wykreślenie wymogu posiadania portów walidacyjnych.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Konieczność użycia logerów bezprzewodowych podniesie koszty eksploatacji urządzenia a zamawiający chce mieć dowolność w tym zakresie.

Pytanie 23

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 10. Komora ogrzewana może być równomiernie poprzez zewnętrzne jej ożebrowanie a zatem urządzenie staje się energooszczędne i o małej wadze. (zapewnia dostęp inspekcji spawów przez UDT). Prosimy o uwzględnienie w wymaganiach.

Odpowiedź 23

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 11. Przy grubości ścian 8 mm czas nagrzewania komory znacznie się wydłuży, wystarczająca jest komora o grubości ścian 5-6 mm

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizatora z komorą o grubości ścian 6 mm? lub czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizatora z komorą o grubości ścian 4mm?

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora z komorą o grubości ścian 6 mm.

Pytanie 25

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści komorę z minimalnym przewężeniem światła (14mm) – zabezpieczającą obsługę przed awydydostawaniem się kondensatu w przypadku awarii ?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przewężenia komory utrudniają obsługę i zmniejszają efektywną pojemność urządzenia.

Pytanie 26

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści uszczelkę rozprężaną powietrzem o dużej żywotności lub uszczelkę działającą na zasadzie rozprężania parą wodną? (nie dociskaną)

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 17. Zamawiający wymaga aby Zawory parowe z napędem pneumatycznym wykonane ze stali nierdzewnej, do czego niezbędne jest sprężone powietrze. W związku z powyższym prosimy o zgodę zaoferowania sterylizatora z drzwiami o płynnym napędzie pneumatycznym? (zbędny dodatkowy silnik elektryczny).

Napęd pneumatyczny drzwi umożliwia, podczas sytuacji awaryjnych, personelowi na wyjęcie wsadu bez konieczności oczekiwania na serwis, który tylko może takie drzwi odblokować

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania.

Pytanie 28

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 25. Ze względu na fakt iż przedmiotem postępowania jest sterylizator medyczny, pracujący głównie w temperaturach 134 i 121 st.C, wnosimy o wykreślenie skrajnych wartości temperatury zarezerwowanej dla urządzeń laboratoryjnych-niemedycznych. Temperatura 105 st. C nie jest temperaturą sterylizacji a ciśnienie 2,6 bara i temp. 140 C może uszkadzać sterylizowany materiał.

Odpowiedź 28

Zamawiający wymaga jedynie możliwości pracy urządzenia w tym zakresie co gwarantuje w przyszłości jeśli zajdzie taka potrzeba korzystanie z programów o innych temperaturach które dla nowoczesnych narzędzi optycznych mogą być wymagane.

Pytanie 29

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 26. Czy Zamawiający wymaga tylko IQ? Czy również należy przeprowadzić OQ i PQ? Jeśli tak – to dla jakich reprezentatywnych wsadów i programów.

Odpowiedź 29

Tak, Zamawiający wymaga tylko IQ.

Pytanie 30

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 27. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o bez dodatkowych elementów zwiększających zużycie wody.

Odpowiedź 30

Zamawiający ma na myśli brak edektora lub podobnych rozwiązań.

Pytanie 31

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 30. Czy Zamawiający dopuszcza grzałki z innego stopu, które są również odporne na działanie korozji?

Odpowiedź 31

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 31. Prosimy o doprecyzowanie o jakich elementach Zamawiający pisze? Sterylizator jako całość generuje energię cieplną i jego poszczególne elementy ulegają nagrzaniu w różnym stopniu. Czy obudowa sterylizatora ma również być z aluminium ?

Odpowiedź 32

Zamawiający dopuszcza pokrycie izolacji blachą z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Obudowa wymagana jest ze stali nierdzewnej.

Pytanie 33

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 35. Czy sterownik ma umożliwiać dostęp wielostopniowy wg. kompetencji pracowników? Jeśli tak prosimy określić ile stopni zabezpieczeń wymaga Zamawiający?

Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza dla minimum 3 poziomów.

Pytanie 34

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator z czytelnym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 5,5``?

Odpowiedź 34

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Patrz odpowiedź na pytanie nr 7

Pytanie 35

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 38. Czy ekran ma być umieszczony obok komory w celu uniknięcia ewentualnego oddziaływania pary z otwartych drzwi komory?

Odpowiedź 35

Tak, wymagany jest ekran obok komory.

Pytanie 36

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 38. Jakiej wielkości ma być wyświetlacz po stronie wyładowczej?

Odpowiedź 36

Zamawiający dopuszcza dowolną wielkość po stronie wyładowczej.

Pytanie 37

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 39. Czy Zamawiający wymaga również manometru pokazującego ciśnienie w wytwornicy co gwarantuje bezpieczniejszą pracę urządzenia?

Odpowiedź 37

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 40. Zawory bezpieczeństwa muszą być w wytwornicy pary i w komorze sterylizacyjnej. Czy zamawiający dopuści taki system zabezpieczeń ?

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator z trwałym wydrukiem termicznym lub trwałym wydrukiem z karty SD?

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 43. Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator z czytnikiem kart SD, co również umożliwia pobranie danych archiwalnych cyklu.

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymagania portu USB.

Pytanie 41

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 49. Czy Zamawiający dopuści sterylizator z wymaganymi programami, bez ingerencji obsługi w zmianę kolejności faz procesu podczas trwającego procesu sterylizacji ?

Odpowiedź 41

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 52. Ze względu na obostrzenie dotyczące korzystania z łącz szpitalnych zwracamy się z zapytaniem, czy na potrzeby zdalnej diagnostyki Zamawiający umożliwi korzystanie z sieci swojego Internetu?

Odpowiedź 42

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Obecnie nie ma możliwości podłączenia do sieci urządzeń w sterylizacji.

Pytanie 43

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 56. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki poprzez wpisanie mocy całkowitej na poziomie max 50kW?

Jeśli moc maksymalna grzałek 30 kW, to w sterylizatorze dla pozostałych podzespołów wystarczy 2 - 4 kW, czyli max.34kW.

Odpowiedź 43

Zamawiający dopuszcza moc maksymalną 34kW.

Pytanie 44

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 61. Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta zlokalizowanego na terenie woj. lubuskiego, co gwarantuje niskie koszty obsługi i szybką interwencję?

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 61. Na jakie urządzenia wykonawca żąda autoryzowanego serwisu? Przedmiotem postępowania jest jeden sterylizator.

Odpowiedź 45

Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu na oferowane urządzenie.

Pytanie 46

Dotyczy Zadania 4. Pkt. 64. Co mają oznaczać wyeksponowane na żółto znaki „TAK” w parametrach wymaganych. Czy mogły być to oznaczenia zewnętrznej firmy?

Odpowiedź 46

Zamawiający w pliku umieszczonym na swojej stronie internetowej nie wyeksponował na żółto znaków ”TAK”.

Pytanie 47

Dotyczy: Zadanie nr 3-Stoły medyczne, punkt 1 i 3.

Czy zamawiający dopuści stoły o szerokości 64 cm? To zaledwie 1 cm różnicy względem szerokości określonej w specyfikacji. Dopuszczenie umożliwi wystartowanie większej podmiotów.

Odpowiedź 47

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 48

Dotyczy: Zadanie nr 3-Stoły medyczne, punkt 1,2,3.

Czy zamawiający w punkcie opisującym regulację wysokości „regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu” ma na myśli ramę wykonującą ruch przesuwu w poziomie w kierunku do szczytu po stronie głowy i do szczytu po stronie nóg stołu?

Odpowiedź 48

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 49

Dotyczy: Zadanie nr 3-Stoły medyczne, punkt 3.

Czy zamawiający ma na myśli stół 2-sekcyjny wyposażony w relingi do zamocowania pasów do terapii manualnej?

Odpowiedź 49

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 50

Czy Zamawiającego wyrazi zgodę na oferowanie w Zadaniu nr 2 w pozycji 2 „Uchwyt na giętki fiberoskop - z uchwytem do zamocowania tub”, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź 50

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51

Prosimy o doprecyzowanie, jaka jest potrzebna ilość optyk o kącie widzenia 30st, a jaka ilość optyk o kącie widzenia 70st.?

Odpowiedź 51

5 sztuk optyki do kolana (30 st.) oraz 1 sztukę do biodra (70st.).

Pytanie 52

Dot. zadania nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o długości 190 cm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na przeprowadzenie zabiegu. Pozytywna odpowiedź na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać te same zabiegi pacjenta a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź 52

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 53

Dot. zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stół do ćwiczeń specjalnych z maksymalnym obciążeniem 200kg, które w praktyce w zupełności jest wystarczające?

Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postępowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie zamawiającego.

Odpowiedź 53

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 54

Dot. zadania nr 3, poz.3

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o długości 190 cm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na przeprowadzenie zabiegu. Pozytywna odpowiedź na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać te same zabiegi pacjenta a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź 54

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.