



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Świebodzin, dn. 10.08.2017 r.

Znak sprawy ZP.ZO.31.2017

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: Zapytania o cenę na zakup wraz z dostarczeniem łóżek, materacy oraz szafek przyłóżkowych.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 12 tygodni od momentu złożenia zamówienia?
Akceptacja umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezstopniową, ręczną regulacją kąta oparcia pleców realizowaną za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 0- 75 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające krążków odbojowych, wyposażone w wezgłowia pełniące role odbojów płaskich?

Wezgłowia są wykonane z trwałego tworzywa ABS i zabezpieczają ściany przed uszkodzeniami, brak krążków odbojowych zmniejsza rozmiar całkowity łóżka przez co manewrowanie w ciasnych przestrzeniach jest łatwiejsze.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści blokadę indywidualną każdego koła? Dopuszczenie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, dzięki czemu znacznie wzrośnie konkurencyjność ofert

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko zaopatrzone w szczyty wykonane z tworzywa ABS w kształcie zaokrąglonego prostokąta zamkniętego, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienie UV. Szczyty są wyjmowane bez użycia narzędzi wyposażone w wyprofilowany uchwyt ułatwiający transport stanowiący 70% długości szczytu. Wezgłowia tworzywowe są wzmacniane dodatkową płytą



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

stalową, która zapobiega wyłamywaniu się szczytów, jak to ma miejsce w przypadku węzłowi montowanych na tulejach, co zapewnia wieloletnią trwałość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę o poniższych parametrach:

- szafka przyłóżkowa z blatem do karmienia pacjenta
- wymiary zewnętrzne: 46x44x76 cm
- szkielet szafki, boki korpusu oraz podstawa : stal malowana proszkowo; drzwiczki i blat wykonane z tworzywa ABS
- szafka wyposażona w chowane wieszaki na ręcznik umieszczone po bokach szafki
- blat szafki z wyprofilowanymi krawędziami, zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów
- czoła szuflad z tworzywa ABS
- wysuwany blat do spożywania posiłków z miejscem na kubek
- wewnętrzna półka o regulowanej wysokości

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.