

Pytanie 9. Z 3 odp. kable EKG klamerki

Odpowiedź 9. Zamawiający dopuszcza defibrylator z 3 odp. kable EKG klamerki

Pytanie 10. Z mankietem średnim 25-35 cm

Odpowiedź 10. Zamawiający dopuszcza defibrylator z mankietem średnim 25-35 cm

Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR
LUBUSKIEGO OŚRODKA
REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNEGO SP ZOZ
Elżbieta Kozak