



Świebodzin, 19.05.2015 r.

Znak sprawy LORO ZP.ZO.111.2015

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę defibrylatora do LORO SP ZOZ przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie.

Niniejszym Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone poniżej pytania.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator, którego ciężar z łyżkami i akumulatorem nie przekroczy wagi 7,30 kg?

Odpowiedź 1. Zamawiający nie dopuści defibrylatora, którego ciężar z łyżkami i akumulatorem przekroczy 6 kg.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z łyżkami zewnętrznymi, z poziomu których możemy ładować i rozładować impuls, natomiast pełne sterowanie regulacją energii odbywa się z poziomu panelu defibrylatora?

Odpowiedź 2. Zamawiający nie dopuści proponowanego rozwiązania

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z zewnętrzną wtyczką testową umożliwiającą wykonanie ręcznej defibrylacji testowej /szkoleniowej?

Odpowiedź 3. Zamawiający nie dopuści proponowanego rozwiązania.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z mankietem do pomiaru NIBP o średnicy 27,0-35,0cm ?

Odpowiedź 4. Zamawiający dopuści defibrylator z mankietem do pomiaru NIBP o średnicy 27,0-35,0cm.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora o przedstawionych poniżej rozwiązaniach technicznych i funkcjonalnych:

Pytanie 5. Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 7,2 kg.

Odpowiedź 5. Zamawiający nie dopuszcza wagi powyżej 6 kg.

Pytanie 6. Defibrylator bez monitorowania oddechu.

Odpowiedź 6. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7. Z akumulatorem niklowo-metalowa-wodorkowy NiMH.

Odpowiedź 7. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8. Bez możliwości wydruku raportu po przeprowadzonym autoteście.

Odpowiedź 8. Zamawiający nie dopuszcza